

NOT: Teklif mektuplarının en geç **11/01/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

İNFÜZYON TAŞIYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Serum askısının gövdesi 25 mm (+/-1) mm ϕ ında, taşıyıcı borusu 18 mm (+/-1) mm ϕ ında kromaj kaplı borudan imal edilmelidir.
- 2- Serum askısı dört adet serum kancasına sahip olmalıdır.
- 3- Serum askısının kancası plastik yapıda olmalıdır.
- 4- Kancanın ucu dairesel olarak şekillendirilmiş olmalıdır.
- 5- Serum askısının kancaları minimum 1,5 kg taşıma kapasitesinde olmalıdır.
- 6- Serum askısının yüksekliği en az 1000 mm 2000 mm arasında ayarlanabilir olmalıdır.
- 7- Askı yüksekliğinin sabitlenebilmesi için kelebek yapıda üzeri plastik kaplı vida sistemi bulunmalıdır.
- 8- Serum askısının gövdesi infüzyon pompasını taşıyabilecek dengeye sahip olmalıdır.
- 9- Ayak yapısı gövde yapısı ile aynı kromaj kaplı olarak imal edilmelidir.
- 10-Ayak bölümünde beş adet tekerlek bulunmalıdır.
- 11-Ayak bölümünde bulunan tekerlerin ϕ apı 50 mm (+/-2)mm olmalıdır.
- 12-Tekerlerden en az iki adedi frenli olmalıdır.
- 13-Serum askısı imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.


Prof. Dr. Ali DOĞAN
Kardiyoloji A.D. Başkanı
Dip. Tes. No: 36/2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahane