

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
26.01.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin **TIBBİ SARF DEPO** kullanılmak üzere ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1.	BESLENME TORBASI	2500 ADET	
	(ŞARTNAMELER VE MALZEME LİSTESİ EKTEDİR.)		
	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR. NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATOLOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ		

BESLENME TORBASİ YIKAMALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Verilen setler peristaltik enteral beslenme pompası ile uyumlu olmalıdır.
2. 1000 ml kapasiteli beslenme torbası ve 1000 ml yıkama torbası bulunmalıdır.
3. Setin üzerinde damlama haznesi bulunmamalıdır.
4. Setin ucunda beslenme t b ne baėlantı yapılmasına olanak saėlayan ařamalı male(erkek) konnekt r bulunmalıdır.
5. Beslenme ve yıkama setinin  zerinde 100 ml aralıklı derecelendirme  izgileri bulunmalıdır.
6. Beslenme seti serbest akışı  nleyecek řekilde tasarlanmış olmalıdır.
7. Beslenme seti ve yıkama seti DEHP (dietileksil fitalat) i ermemelidir.
8. Setin  zerinde hasta takip formunun konulması i in b lme bulunmalıdır.
9. Enteral ve Yıkama setleri pompaya takılan yerde birleřmelidir.
10. Setler steril olmalı ve ambalaj  zerinde lot ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
11. Setler ile birlikte pompalar ihtiya  miktarınca firma tarafından teslim edilecektir. Pompa sayısı ihtiya  halinde artırılabilir.
12. Setler ile kullanılan pompalar kalibre edilebilir ve kalibrasyonun rapor halinde sunulabilmesi gerekir.
13. CE belgesine sahip olmalı,  r n  zerinde yazılı olmalıdır.
14. Malzeme, depoya teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.