

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88  
MAIL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ  
05.02.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin **KARDİYOLOJİ A.D.** miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

**TACİM DEMİRTAŞ**  
Dön.Ser.İşlt. Müd.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ                                                                                                                                                                                                                               | Miktarı | Birim fiyatı |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1.   | STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN NİTİNOL OTW                                                                                                                                                                                   | 1 ADET  |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |         |              |
|      | 22F KAPSAMINDA FİRİM FİYAT SÖZLEŞMESİ YAPILACAKTIR.                                                                                                                                                                                            |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |         |              |
|      | (ŞARTNAME EKTEDİR)                                                                                                                                                                                                                             |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                |         |              |
|      | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.                                                                                                                                                                   |         |              |
| A    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                                                                  |         |              |
| B    | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.                                                                                                                                                                                        |         |              |
| C    | ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                                                                                                                               |         |              |
| D    | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.                                                                                                                                                                |         |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.                                                                                                                                                                                |         |              |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.                                                                                                                                                                          |         |              |
| G    | YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.                                                                                                                                                   |         |              |
| H    | İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. ( ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE |         |              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | ARANMAYACAKTIR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| I | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI'TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.                                                                                      |  |  |
| K | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. |  |  |
| L | İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.                                                                                                                         |  |  |
| M | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.                                                                                                                                                                        |  |  |
| N | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR.<br><br>O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.<br><br>P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.                                                         |  |  |
| O | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| P | TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

'Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anılan Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdareimizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdareimizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde 'Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)' durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.' Hususları belirtilmiştir.

İdareimizce istekli ifirmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları,

Teklif mektuplarının en geç **19/02/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

## **STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, BALONA YÜKLENMEMİŞ- GR1132 – KR1157 – KV1164**

- 1) STENT SFA DAMARLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILMAYA UYGUN OLMALIDIR.
- 2) STENT NİTİNOL TÜPTEN LAZER KESİM OLMALIDIR.
- 3) STENT AÇIK HÜCRELİ DİZAYN EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- 4) STENTİN HÜCRELER ARASI KÖPRÜ BAĞLANTILARI SARMAL DİZAYN EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- 5) STENT ÖZELLİKLE SFA STENTLEMEDE UZAMAYA, BURULMAYA, KATLANMAYA VE KIRILMAYA KARŞI DAYANIKLI OLACAK ŞEKİLDE FLEKSİBİLE YAPIDA OLMALIDIR.
- 6) STENTİN HER İKİ UCUNDA MARKER OLMALIDIR.
- 7) STENT MARKERLARI GÖRÜNÜR OLMALIDIR.
- 8) STENT AÇILIRKEN ZIPLAMASINI ENGELLEYEN ŞAFT TASARIMINA SAHİP OLMALIDIR.
- 9) STENT DAMAR İÇİNDE, BIRAKILACAĞI BÖLGEYE GÖNDERİLİRKEN, AÇILMASINI ENGELLEYECEK BİR KİLİT MEKANİZMASINA SAHİP OLMALIDIR.
- 10) 80, 120 VE 150 CM KATETER BOY SECENEKLERİ OLMALIDIR.
- 11) STENT OTW VE 0.035" GUIDEWIRE İLE ÇALIŞMALIDIR.
- 12) STENT CAPLARI, 5, 6, 7 VE 8 MM SECENEKLERİ ARASINDAN SEÇİLEBİLMELİDİR.
- 13) STENT BOYLARI, ÇAPLARINA GÖRE 40, 60, 80, 100, 120 (+/-10MM) MM SEÇENEKLERİ OLMALIDIR.
- 14) STENTİN TÜM SIZE'LARI 6F INTRODUCER İLE UYUMLU OLMALIDIR.
- 15) STENT KATETERİNİN UC KISMI DAMARA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE ATRAVMATİK OLMALIDIR.

Dr. Şaban İzzet EROĞLU  
Kardiyoloji Uzmanı  
Erciyes Univ. Tıp Fak. Hastaneleri

Prof. Dr. Nihat KUTLAY  
Kardiyoloji Uzmanı  
Erciyes Univ. Tıp Fak. Hastaneleri

Prof. Dr. Ali DOĞAN  
Kardiyoloji Uzmanı  
Erciyes Univ. Tıp Fak. Hastaneleri