

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00

KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ

26/02/2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi BEYİN CERRAHİ BÖLÜMÜ (NEBİ CEYHAN) bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
DÖNER SER. İŞLT MÜD.

S.no	malzemenin cinsi	Miktarı	Birim fiyatı
1	SÜBKUTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN BEYİN SİMÜLATÖRÜ ÇİFT ÇIKIŞLI, ŞARJ EDİLEMEYEN(NEUROSTİMÜLATÖR PULSE GENERAT)	1 ADET	
	NOT: EKTEKİ BELGENİN DE DOLDURULURAK İMZALI VE KAŞELİ BİR ŞEKİLDE TEKLİF VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR!		
	Aşağıdaki açıklamaları dikkate alarak teklif vermeniz önemle rica olunur.		
1	Teklif mektupları firma başlıklı kağıtlara yazılacaktır.		
2	Zamanında verilmeyen, açık adres, kaşe ve imza olmayan, silinti ve kazıntı olan teklifler değerlendirilmez.		
3	Teklif zarfları kapalı olmalı ve teklif konusu zarfın üzerine yazılı olmalıdır.		
4	TEKLİF MEKTUPLARINA HASTA ADI VE ÜRÜN BARKODU YAZILMALIDIR.		
5	İstekli firmalar; sosyal güvenlik kurumunun yayınlamış olduğu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümlerine göre teklif etmiş oldukları malzemeler ile ilgili, malzemenin ek-3 listesinde olup olmadığını, malzemenin Ek-3 listesinde olması durumunda, SUT kodunu firma orijinal antetli kağıda yazarak bildireceklerdir.		
6	Teklif edilen ürünlerin, markası ve ambalaj şekli yazılmalıdır. Teklif edilen ürünlerin, birim fiyatı rakam ve yazı ile yazılmalıdır.		
7	Teklif edilen ürünlerden, teklif mektubu ile birlikte numune getirilecek numunesi getirilemeyecek cihazlar için katalog gönderilecektir.		
8	Sipariş edilen malzemeler depoya teslim edilirken, kesilen faturanın üzerinde malzemelerin barkod kodları bulundurulmalıdır.		
9	Satınalma konusu olan malzemeler; Şu anda hastanemizde yatarak tedavi gören hastalara kullanılacağı için acilen temin edilmesi gerektiğinden, teklif mektubunun 1 GÜN içerisinde verilmesi, malzemelerin de en geç 2 GÜN içerisinde teslimi sağlanacaktır.		
10	Ödeme sırasının ve gününün belirlenmesinde; Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümleri uygulanacaktır.		
11	Bu ilan tarihinden önceki son 1 (bir) yıl içerisinde, İdareimizin yapmış olduğu doğrudan temin alımlarında, taahhütlerini layığı ile yerine getirmediği tutanak ile tespit edilen isteklilerin, teklifleri kabul edilmeyecektir.		
12	Fatura tarihinden ödemeye kadar geçen süre içerisinde firmalar vade farkı ya da faiz talep etmeyeceklerdir		

NOT :NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anı Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdareimizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdareimizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdareimizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunulması gerekmektedir.

Teklif mektuplarının en geç 27/02/2024 saat:10.00 a kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica ederim. satinalma1@erciyes.edu.tr

Sıra No	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malınveya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı

BRAIN SENSE ÇİFT KANALLI ÇOKLU PROGRAM SEÇENEKLİ DERİN BEYİN STİMÜLASYONU YAPABİLEN NÖROSTİMÜLATÖR

- 1- Çift kanallı çoklu program seçenekli derin beyin stimölasyonu yapabilen nörostimölätör, dışarıdan programlanabilir, Parkinson hastalığı, Hareket Bozuklukları ve Distoni tedavisinde kullanılabilen, beyindeki iki bölgeye düşük akımda elektrik akımı vererek stimölasyon saęlayan bir sistem olmalıdır.
- 2- Nörostimölätör titanyumdan yapılmış olmalıdır.
- 3- Nörostimölätör, RF sistemi ile çalışan programlayıcısı aracılığı ile programlanabildiğı gibi programlanabilen özellikleri arasında batarya ömrü, akım şiddeti, frekans, dalga genişliğı ve elektrod polariteleri ile ilgili parametreler yer almalıdır.
- 4- Nörostimölätör, kraniyel 3Tesla MR görüntülemesi için uyumlu olmalıdır.
- 5- Nörostimölätörün Parkinson, Esansiyel Tremor ve Distoni endikasyonları için CE onayları bulunmalıdır.
- 6- Nörostimölätör aynı lead üzerindeki farklı iki kontakt noktasını aynı anda farklı akım değerleriyle stimüle edebilmelidir.
- 7- Nörostimölätör hastanın farklı gereksinimlerine göre en az 4 farklı program moduna ayarlanabilmelidir.
- 8- Nörostimölätör, hastanın endikasyonuna baęlı olarak aşığıda belirtilen iki ayrı çalışma moduna programlanabilmelidir.
 - Cycling Mod : Programlanan zaman aralıklarına göre gün içerisinde nörostimölätörün otomatik olarak çalışıp durması
 - Continuous mod:Programlanan ayarda nörostimölätörün sürekli çalışması
- 9- Nörostimölätör, 24 ay (2 yıl) garantili olmalıdır.
- 10- Nörostimölätör LFP ölçümü yapıyor ve brain sense özellikte olmalıdır.
- 11- Malzeme steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir.Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası, CE işaretli ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
- 12- Ürün miadı en az 6 ay olacaktır.Firma ürünün miadının 1 ay kala kullanılmamış ürünü deęiştirmeyi taahhüt etmelidir
- 13- Ürün çift paketli steril ve kuru olmalı paketlenmiş olmalı, oda sıcaklığında saklanabilmeli, taşıma ve depolama için soğuk ortam gerektirmemelidir.
- 14- Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na(TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'da Saęlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.

Dr. Doç. Dr. H. H. ULUTABANCA
Beyin Cerrahisi A.B.
Dip. No: 99 - 244
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri