

NOT : Teklif mektuplarının en geç 27/03/2024 günü mesai bitimine (17:00) kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

BALONLU KATETERE YÜKLENMİŞ STENT GREFT (PERİFERİK) SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Balonlu kateter üzerine yüklenmiş; yerleştirmeye hazır olmalıdır.
2. Vasküler anevrizma tedavisi (kapatılması), akut perforasyon, ekstremitasyon, fistül kapatma gibi tedavilere uygun olmalıdır.
3. Stent iskelesi kompozit kobalt-krom (CoCr) materyalinden mamul olmalıdır.
4. Greft materyali PTFE olmalıdır.
5. Taşıma ve yerleştirme sistemi (balonlu kateter), OTW (Over The Wire) yapısında olmalı; 80 ve 140cm (+/-5cm,+/-10cm) shaft uzunluk seçenekleri olmalıdır.
6. Taşıma ve yerleştirme sistemi 0.035" kılavuz teller ile uyumlu olmalıdır.
7. Yerleştirmeye hazır greft stent (6-7-8-9 mm) 7F kılıflarla uyumlu olmalıdır.
8. Greft stent uzunlukları farklı uzunluk aralığından seçilebilmelidir.
9. Greft stent tek katmanlı ve geçiş profili düşük olmalıdır.
10. Greft stent raf ömrü minimum 1 (bir) yıl olmalıdır.
11. Firma malzemenin miadına 3(üç)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

Prof. Dr. Ali DOĞAN
Dip. No: 3622
K. J. İ. D. U. T. T. B. D.
Erciyes Ün. T. T. B. D. Kurul Başkanı

PTCA BALON KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Balonlar 5F, 6F, 7F, 8F, Guiding kateler ile uygulanabilmelidir.
2. Balon uzunluğu 9-12-15-20-30 mm (+/-1,+/-2mm) uzunlukları arasında olmalıdır.
3. Balon çapı 1,5mm ile 4,0mm arası çaplarda olmalıdır.
4. Balonun lazer teknolojisi kullanılarak bağ yerlerinin kaynatılmış imal edilmiş olmalıdır.
5. Balon çapı, en az 6ATM (+/-2) şişirme basınca nominal değerine ulaşmalıdır.
6. Balonun "Rated Burst Basıncı" 14 ATM (+/-2atm) den az olmamalıdır.
7. 0,014 inç ve daha küçük çaplı Guide Wire ile uygulanabilir olmalıdır.
8. Proksimal şaft değeri en fazla 2,3F, Distal şaft değeri değişen çaplara göre 2,3 ile 2,7F arasında olmalıdır.
9. Balon distal şaftı sürtünmeyi azaltıcı hidrofilik kaplama ile kaplı olmalıdır.
10. Balon çift Radyopak Makere Sahip olmalıdır. Bu Markerler bolunun proksimal ve distalinde yer almalıdır.
11. Balon uç kısmı inceltilmiş olmalıdır.
12. Balonlar steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
13. Balon ambalajları üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi ve balonun özellikleri bulunmalıdır.
14. Firma malzemenin miadına 6(altı)ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
15. Ölçüsü biten ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.
16. Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürü eş yada benzer ürünlerle değiştirilmelidir.
17. Son kullanma tarihinin dolmasına en az 1 (bir) yıl raf ömrü olmalıdır.

Doc.Dr Deniz ELCİK
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.B.D.
Dip No:3822 / Dip.Tes.No:110545

Prof. Dr. Mehmet Tugrul INANÇ
Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dip.Tes.No: 19661
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hast.

Prof.Dr.Ali DOĞAN
Dip.No:3822
Kardiyoloji A.B.D.
Erciyes Üniversitesi Hastaneleri

YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI POST DİLATASYON BALONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Balonlar 5F, 6F, 7F, 8F Guiding kateter ile uygulanabilmelidir.
2. Balon, stentleme sonrası post dilatasyon işleminde kullanılacaktır. Bu nedenle yüksek basınç değerlerine ulaşabilmeli, rated burst basıncına şişirildiğinde nominal değerinde ulaştığı çapı %4 den fazla aşmamalıdır.(Non-komplian özellikte olmalıdır.)
3. Balon uzunluğu 9-12-15-20-21-24-27 mm (+/-1,+/-2,+/-3mm). uzunluklarında olabilmelidir.
4. Balon çapı 2,5 ile 5.0mm-arası çaplarda olmalıdır.
5. Balonun lazer teknolojisi kullanılarak bağ yerlerinin kaynatılmış imal edilmiş olması tercih nedenidir.
6. Balon çapı, 12 Atm. (+/-2atm) şişirme basıncında nominal değerine ulaşmalıdır.
7. Balonun "Rated Burst Basıncı" ölçüsüne göre 18-20 Atm. (+/-2atm)'den az olmamalıdır.
8. 0.014 inç ve daha küçük çaplı GuideWire ile uygulanabilmelidir.
9. Proksimal shaft değeri 1.8 ile 2.2F arası, distal shaft değeri 2,7F (+/-0,1) olmalıdır.
10. Balon uç kısmı inceltilmiş olmalı, lezyon giriş profili 0.018 inç' ten fazla olmamalıdır.
11. Ölçüsü biten ürünler ve son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünler başka ölçülü ürünlerle değişebilmelidir.
12. Fabrika üretiminin durması ya da başka benzeri durumlarda ürün eş ya da benzer ürünlerle değiştirilmelidir.
13. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.

Doç.Dr.Deniz ELÇİK
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.B.D.
Dip No:3816 Dip.Tes.No:10545

Prof. Dr. Mehmet Tuğrul İNANÇ
Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dip. Tes. No:99661
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hast.

Prof. Dr. Ali DOĞAN
Dip No:38622
Kardiyoloji A.B.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hast.