

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
19.04.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **DEMİRBAŞ DEPO (GÖĞÜS HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM)** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım **DEMİRTAŞ**
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ŞİLTE (YATAK)	100 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **06/05/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

ŞİLTE ŞARTNAMESİ

1. Şilte, hasta yataklarına uygun tasarlanmalıdır.
2. Hasta yataklarında bulunan ayak, baldır ve baş pozisyonlarını yaparken pozisyona uygun hareket etmelidir.
3. Şiltenin 4 köşesi Radius kesim olmalıdır.
4. Yatak şiltesi en az 28 kg/m³ PU süngerden üretilmiş olacaktır.
5. Özel CNC kesimleri olacak ve hava sirkülasyonu sağlanacaktır. Bu sayede kullanıcının aşırı terlemesini engelleyecek özellikte olacaktır.
6. Özel CNC kesimleri ile basınç noktalarını minimize ederek hastanın konforunu arttırır özellikte olacaktır.
7. Hasta şiltesi açık hücreli poliüretan süngerden üretilmiş olacaktır.
8. Hasta şiltesi istenilen ölçülerde ve özelliklerde olacaktır.
9. Yatak şiltesi 195 x 86 x (±2) ölçüde, 12 cm (±2) kalınlıkta olacaktır.
10. PU kılıf 10 yıkamaya kadar dayanıklı olacaktır.
11. Kılıf nefes alabilir, sıvı geçirmez özelliklerde olacaktır.
12. Kılıf, gözenekli bir yapıya ve nefes alma özelliğine sahip olacaktır.
13. Kılıf max. 90°C de çamaşır makinesinde yıkanabilir özellikte olmalıdır.
14. Poliüretan yatak kılıfı, PVC esaslı madde içermez özellikte olacaktır.
15. Kılıf dış yüzeyi kolayca çıkarılabilmesi için 3 tarafı fermuarlı olarak hazırlanacaktır.
16. Kılıfta bulunan kapaklı fermuar yapısı sayesinde sıvının fermuar sisteminden içeri nüfus etmesi engellenecektir.
17. PU kılıf kan ve vücut sıvılarını geçirmeme özelliğine sahip olacaktır.
18. Poliüretan kılıf 180 g/m² (±5gr) ağırlığında olmalıdır.
19. Yüksek esnekliğe sahip polyester jarse özelliğine sahip olmalıdır.