

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAIL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
29.04.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin **GASTROENTEROLOJİ A.D.** kullanılmak üzere ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
	ENDOSKOPI ÜNİTESİNE 14 KALEM MALZEME ALIMI		
	(ŞARTNAMELER VE MALZEME LİSTESİ EKTEDİR)		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.		
G	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. (ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)		

I	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI'TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.		
K	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.		
L	İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.		
M	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.		
N	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		
O	SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.		
P	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

'Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde 'Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)' durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.' Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları,

Teklif mektuplarının en geç 13/05/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Kaç Aylık İhtiyaç	Birimi	İstenen Miktar
1	150.03.03.02.66.04.037	GS2470	KILAVUZ TEL(0,035)HIDROFLİK YÜKSEK RADYOLOJİK GÖRÜNÜME SAHİP	70TL	KILAVUZ TEL(0,035)HIDROFLİK YÜKSEK RADYOLOJİK GÖRÜNÜME SAHİP	OLGU DURUMUNA GÖRE	ADET	150
2	150.03.03.02.66.06.011	GS2380	TAŞ ÇIKARMA BALONU	130TL	TAŞ ÇIKARMA BALONU	OLGU DURUMUNA GÖRE	ADET	150
3	150.03.03.02.66.01.003	GS1480	BİLİYER STENT SET PLASTİK TAŞIYICI İTİCİ VE SET(10CM 10FR,7CM 10FR5CM10FR)	100TL	BİLİYER STENT SET PLASTİK TAŞIYICI İTİCİ VE SET(10CM 10FR,7CM10FR,5CM10FR	OLGU DURUMUNA GÖRE	ADET	60
4	150.03.03.02.66.06.008	GS2290	SPINKTERETOM ÜÇ LÜMENLİ	170	SPINKTERETOM ÜÇ LÜMEN	OLGU DURUMUNA GÖRE	ADET	150
5	150.03.03.02.66.01.009	GS1510	PANKREATİK STENT SET	30TL	DÜZ PANKREATİK STENT SET (5FR, 5 CM)	OLGU DURUMUNA GÖRE	ADET	30
6	150.03.03.02.20.06.023	GS1900	BIYOBİ FORSEPSİ KOLOSKOPIK (İGNELİ)	60TL	BIYOBİ FORSEPSİ KOLOSKOPIK (İGNELİ)	OLGU DURUMUNA GÖRE	ADET	80
7	150.03.03.270002154	QR1570	PERKÜTAN ENDOSKOPIK GASTROSTOM (PEG)	90TL	PERKÜTAN BESLENME TUPU VE GASTROSTOM KATETERİ TÜM BOYLAR	OLGU DURUMUNA GÖRE	ADET	80
8	150.03.03.02.66.04.049	GS1810	ENDOSONOĞRAFI BIYOPSİ İGNEİ 22 G (FNB)	525	ENDOSONOĞRAFI BIYOPSİ İGNEİ 22 G (FNB)	OLGU DURUMUNA GÖRE	ADET	10
9	150.03.03.02.66.04.002	GS1090	ENDOSKOPIK BANT LİGASYONU	250 TL	ENDOSKOPIK BANT LİGASYONU	OLGU DURUMUNA GÖRE	ADET	50
10	150.03.03.02.66.04.005	GS1070	SKLEROTERAPİ İGNEİ (230 CM)	30 TL	SKLEROTERAPİ İGNEİ (230 CM)	OLGU DURUMUNA GÖRE	ADET	60
11	150.03.03.02.66.04.057		ÖZEFAGIAL PİLORİK KOLONİK BİLİYER DİLATASYON BALONU (12-13,5- 15MM VE 15-16,5- 18MM)		ÖZEFAGIAL PİLORİK KOLONİK BİLİYER DİLATASYON BALONU 12-13,5-15MM VE15-16,5- 18MM)	OLGU DURUMUNA GÖRE	ADET	10
12	150.03.03.02.66.04.045	GS1060	ENDOSKOPIK HEMOKLİPS YENİDEN KONUMLANDIRILABİLİR		ENDOSKOPIK HEMOKLİPS YENİDEN KONUMLANDIRILABİLİR	OLGU DURUMUNA GÖRE	ADET	60
13	150.03.03.02.67.05.085	GS1130	ENDOSKOPIK POLİPEKTOMİ SNARE	50 TL	POLİPEKTOMİ SNARE 24MM	OLGU DURUMUNA GÖRE	ADET	60
14	150.03.03.02.66.06.016	GS241	ERCP.DİSP.TAŞ ÇIKARMA VE KIRMA BASKETİ	245TL	ERCP.DİSP.TAŞ ÇIKARMA VE KIRMA BASKETİ	OLGU DURUMUNA GÖRE	ADET	50

1-KILAVUZ TEL 0.035 HİDROFİLİK

- 1-uç kısmı düz ve açılı tipde olacak.istenilen model istenilen miktarda verilebilmelidir.
- 2-uç kısmı en az 65 mm flexible ve hidrofilik kaplı olacaktır.
- 3-opak madde tutmayacak.
- 4-0.035 inch (0.89 mm)çapında olacak
- 5-en az 450 cm uzunluğunda olacak.
- 6-ardışık gelen iki farklı renkten oluşacak.hidrofilik uç kısmı ise siyah renkli olacak.
- 7-kılavuz tel materyali nikel titanyum ve flexible uç kısmı platin olacak.
- 8-tek kullanımlık ve kılıf içerisinde yer alacak.
- 9-kılavuz tel yüksek radyoopak görünüme ve kayganlığa sahip olmalıdır.
- 10-seçilen ürünün 5 adedi stif snare olacaktır.
- 11- titubb kaydı olacak .
- 12-şartnamede belirtilen tüm modeller için ubb kaydı mevcut olup ve barkod numaraları teklif cetvelinde belirtilecektir.
- 13-numuneler kullanıldıktan sonra seçimi için karar verilecektir.
- 14-malzemenin son kullanma tarihi en az raf ömrünün 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 15-son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala firmayla görüşürülerek miad uzatımı yapılacaktır.

2-TAŞ ÇIKARMA BALONU

- 1-üç lümenli olacak ve bu lümenler ayrı kanallardan oluşacak.
- 2-kateter 7 f çapında olacak.
- 3-kateter uç kısma yaklaştıkça incelerek sonlanacak ve en fazla 5 f çapında olacak.
- 4-0.035 kılavuz tel le kullanıma uygun olacak.
- 5-şaftı ekstraksiyon sırasında bozulmayacak kadar yeterli dayanıklılıkta olacak.
- 6-uç kısmında bulunan balonun her iki ucunda radyoopak marker bulunacak.
- 7-balon kademeli olarak 9/12/15 mm - 12/15/18 mm ve 15/18/21 mm olmak üzere kademeli olarak şişirilebilmelidir.firma belirtilen üç ayrı modelden istenildiği miktarlarda teslimat yapabilmelidir.
- 8-balonun üç ayrı kademede şişirilebilmesini sağlayan enjektörler paket içerisinde yer almalıdır.
- 9-enjektörler üzerinde balon çapları silinmeyecek şekilde yazılı olacak.
- 10- titubb kaydı olacak .
- 11-şartnamede belirtilen tüm modeller için ubb kaydı mevcut olup ve barkod numaraları teklif cetvelinde belirtilecektir
- 12-ürün üzerinde hangi markaya ait olduğunun anlaşılabilmesi için üretici firma ismi veya logosu yer almalıdır.
- 12-numuneler kullanıldıktan sonra seçimi için karar verilecektir.
- 13-malzemenin son kullanma tarihi en az raf ömrünün 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 14-son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala firmayla görüşürülerek miad uzatımı yapılacaktır.

3-BILIARY STENT SET

- 1- Stent dış çapı 10 Fr olmalıdır.
- 2- Barb'lar (sabitleyici çentik) arasında kalan, kullanım uzunluğu 5 , 7 , 10 , cm. olmalıdır.
- 3- .035" kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
- 4- Taşıyıcı kateter, biliary stent ve itici kateter aynı sistemde yüklü olmalıdır.
- 5- Stent, proximal ve distal olarak yeniden pozisyonlandırılabilirmelidir.
- 6- Distal 1.5 cm.'lik kısmı hidrofilik olmalıdır.
- 7- Percuflex materyalden yapılmış olmalıdır.
- 8- Stent proximal'inde ve itici kateter distalinde radyopak marker'lar bulunmalıdır.

uyandır
Yrd. Doç. Dr. Gülten Can SEZGİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 118007

m
Prof. Dr. Mevlüt BAŞKOL
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Tıp Fak. No: 11-143-001000-1150-0000-0000-0000
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

- 9- Stentlerin ölçüleri ihtiyaca göre firmaya bildirilecektir. Daha sonrasında ihtiyaca göre değiştirilebilmelidir.
- 10- numuneler kullanıldıktan sonra seçimi için karar verilecektir.
- 11- malzemenin son kullanma tarihi en az raf ömrünün 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 12- son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala firmayla görüşülerek miad uzatımı yapılacaktır.


4-SFİNKTEROTOM ÜÇ LÜMENLİ 30 MM

- 1- 7 f çapındave en fazla 200 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 2-uç kısmı incelenerek sonlanacak (5,5 f çapında olacak)
- 3-kesme teli 30 mm uzunluğunda olacak.
- 4-flexible olacak
- 5-renkli uç markerları bulunacak.
- 6-üç lümenli olacak ve bu lümenler ayrı kanallardan oluşacak.
- 7-kesme teli monofilament yapıda olacak.
- 8-0.035 kılavuz tel ile uyumlu olacak.
- 9-üç parmakla kontrolü sağlayan plastik handle üzerinde olacak.
- 10-kesici telden sonraki uç kısmı 5 mm -10 mm ve 15 mm olmak üzere alternatifli olacak.firma istenilen modeli istenilen miktarlarda teslim edebilmelidir.
- 11- titubb kaydı olacak .
- 12-şartnamede belirtilen tüm modeller için ubb kaydı mevcut olup ve barkod numaraları teklif cetvelinde belirtilecektir.
- 13-ürün üzerinde hangi markaya ait olduğunun anlaşılabilmesi için üretici firma ismi veya logosu yer almalıdır.
- 14numuneler kullanıldıktan sonra seçimi için karar verilecektir
- 15-malzemenin son kullanma tarihi en az raf ömrünün 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 16-son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala firmayla görüşülerek miad uzatımı yapılacaktır.

5-PANCREATİK PLASTİK BİLİARY STENT 5 F

- 1- 5 f dış çapında olacak.
- 2- iki ucun da 2 'şer adet flepleri bulunacak
- 3- iki ucunda karşılıklı ve stent üzerinde de dağınık bir şekilde düzenlenmiş drenaj delikleri bulunacak.
- 4- flexible olacak.
- 5- ürünün radyoopaklığı yeterli düzeyde olacak.
- 6- ucu incelenerek sonlanacak.
- 7- eğimli olacak.
- 8- stent uzunlukları flep arası -5- uzunluğunda olacak.
- 9- stentin toplam uzunluğu etiket üzerinde yazılı olacak.
- 10-şartnamede belirtilen tüm modeller için ubb kaydı mevcut olup ve barkod numaraları teklif cetvelinde belirtilecektir
- 11numuneler kullanıldıktan sonra seçimi için karar verilecektir
- 12-malzemenin son kullanma tarihi en az raf ömrünün 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 13-son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala firmayla görüşülerek miad uzatımı yapılacaktır.
- 14-Stentlerin ölçüleri ihtiyaca göre firmaya bildirilecektir. Daha sonrasında ihtiyaca göre değiştirilebilmelidir.

6-DİSPOSABLE BİYOPSİ FORSEPSİ KOLONOSKOPIK İĞNELİ


Yrd. Doç. Dr. Gülten Can SEZGİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 118007


Prof. Dr. Mevlüt BAŞKOL
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.
Tıp Doç. Dr. 52-445 Cebeli ve 51154 Cebeli 57139
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

- 1-ürün kateteri en fazla 2.3 mm dış çapa sahip olmalıdır.
- 2-ürün kateteri en az 230 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 3-ürün oval tip iğneli olmalıdır.
- 4-forseps kapakçıkları en az 6.7 mm genişliğinde açılabilmelidir.
- 5-forseps kapakçıkları kolay deforme olmamalıdır.
- 6-forseps şaftı paslanmaz çelikten üretilmiş olup üzeri kaplı olmalıdır.
- 7-kateter kaplaması üzerinde pozisyonlandırma markerları bulunmalıdır.
- 8-2.8 mm cihaz çalışma kanalına uygun olmalıdır.
- 9-ürün üzerinde hangi markaya ait olduğunun anlaşılabilmesi için üretici firma ismi veya logosu yer almalıdır.
- 10-numuneler kullanıldıktan sonra seçimi için karar verilecektir
- 11-malzemenin son kullanma tarihi en az raf ömrünün 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 12-son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala firmayla görüşülerek miad uzatımı yapılacaktır.

7-PERKÜTAN ENDOSKOBİK GASTROSTOMİ SETİ

1- FLOW-20-PULL-I Perkütan Endoskopik Gastrostomi Seti:

1. 15-22 FR Silikon beslenme tübü olmalıdır ve materyali polyvinylchloride olmalıdır.
2. Tübün iç çapı 4.17 mm olmalıdır ve distal uç kısmı radiopak tulip tip olmalıdır.
3. Tübün üstünde 1 er cm ara ile 10 cm e kadar skalası olmalıdır.
4. Setin İçinde:
 - a. 150 cm uzunluğunda teflon kaplı, paslanmaz çelik insertion wire olmalıdır.
 - b. Teflon kaplı soğuk snare olmalıdır.
 - c. Pivotal bolster olmalıdır.
 - d. Twist lock kilitleme sistemi olmalıdır.
 - e. Pull tie olmalıdır.
 - f. Bolus adaptörü olmalıdır.
 - g. Universal adaptörü olmalıdır.
 - h. 1 adet metal makas olmalıdır.
 - i. 1 adet karından mideye girebilecek uzunlukta iğne olmalıdır.
 - j. 1 adet bıçak bulunmalıdır.
 - k. 1 adet hasta örtüsü olmalıdır.
 - l. Gazlı bez bulunmalıdır.

5. Numuneler kullanıldıktan sonra seçimi için karar verilecektir

7-malzemenin son kullanma tarihi en az raf ömrünün 2/3'ü kadar olmalıdır.

8-son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala firmayla görüşülerek miad uzatımı yapılacaktır.

8-ENDOSONOĞRAFİK ASPIRASYON BİYOPSİ İĞNESİ FNB 22G

- 1-EUS İğnesi, Endosnografi cihazı ile aspirasyon biyopsisi yapabilmek için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. İğnenin içinde bulunan stile kink yapmaması ve eski halini tekrar alabilecek yapıda olmalıdır.
3. Emniyet açısından stile handle ile overlock kilit mekanizması ile bağlanmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Gülten Can SEZGİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 118007

Prof. Dr. Mevlüt BAŞKOL
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.
Tıp Doç. Dr. Mustafa Kemal ÇETİNKAYA
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

4. Stilenin uç kısmı, yuvarlak yapıda ve üç iğne yapısına sahip olmalı ve bu şekilde daha etkin doku alabilmelidir.
5. Hem iğnenin, hem de kateter şaftının uzunluğu, handle üzerindeki lock kilit mekanizmaları ile ayarlanabilir olmalıdır. Lock kilit mekanizması, kullanımı kolay ve ergonomic olmalı, tek elle kullanılabilir olmalıdır.
6. Skopinin uzunluğa göre kateterin şaft kısmı 4 cm. ayarlanabilir ve ayarlandıktan sonra lock mekanizması ile kilitlenip sabitlenebilir.
8. Kateterin şaftı elastik yapıda olmalıdır.
9. İğne 0-8 cm. arasında ayarlanabilir olmalıdır. İğne ayarlandıktan sonra lock kilitleme Mekanizması ile sabitlenebilmelidir.
13. Çalışma kanalı, bölümdeki EUS cihazının çapına göre 2.7 mm olarak tercih edilebilmelidir.
14. Kateter uzunluğu 137,5-141,5 cm. olmalı ve iğne ölçüsü 22g olmalıdır.
15. Set içerisinde 1 adet üç yollu musluk ile valide edilmiş enjektör olmalıdır ve mevcut enjektör 5-20 ml arasında ayarlanabilir vakum kilitli şırınga olmalıdır.
16. Numuneler kullanıldıktan sonra seçimi için karar verilecektir
17. malzemenin son kullanma tarihi en az raf ömrünün 2/3'ü kadar olmalıdır.
18. son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala firmayla görüşülerek miad uzatımı yapılacaktır.

9-ÖZOFAGUS MULTI BANT LİGASYON SETİ

1. Bant atma materyali ip olmalıdır ve ipin uzunluğu en az 122 cm olmalıdır.
2. Kontrollü bant atışını sağlayan iki yönlü handle' ı olmalıdır.
3. 6 Adet bant ligasyon olmalıdır.
4. Yıkama adaptörü ve sistemi kurma kateteri set içinde mevcut olmalıdır.
5. Her endoskop markası (Fujinon, olympus, pentax vs.) ile uyumlu bant ligasyon seti olmalıdır.
5. Her endoskop markası (Fujinon, olympus, pentax vs.) ile uyumlu bant ligasyon seti olmalıdır.
6. Numuneler kullanıldıktan sonra seçimi için karar verilecektir
- 7- malzemenin son kullanma tarihi en az raf ömrünün 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 8- son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala firmayla görüşülerek miad uzatımı yapılacaktır.

10-SCLEROTERAPİ İĞNESİ KOLONOSKOPİK

- 1- kateter çapı 2.3 mm olmalıdır.
- 2- kateter uzunluğu en az 230 cm olmalıdır.
- 3- kateterin uç kısmı metal korumalı olmalıdır.
- 4- iğne uzunluğu 4 ve 5 mm olmak üzere alternatifli olmalıdır. istenilen miktarlarda teslimat yapılacaktır.
- 5- handle kısmı olmalıdır.
- 6- kilitlenebilir handle a sahip olmalıdır.
- 7- şartnamede belirtilen tüm modeller için ubb kaydı mevcut olup ve barkod numaraları teklif cetvelinde belirtilecektir.
- 8- ürün üzerinde hangi markaya ait olduğunun anlaşılabilmesi için üretici firma ismi veya logosu yer almalıdır.
- 9- numuneler kullanıldıktan sonra seçimi için karar verilecektir
- 10- malzemenin son kullanma tarihi en az raf ömrünün 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 11- son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala firmayla görüşülerek miad uzatımı yapılacaktır.

11-ÖZEFAĞIAL PİLORİK BİLİYER DİLASYON BALONU TEKNİK SARTNAMESİ

1. Balon çalışma uzunluğu 5.5 cm olmalıdır.

uygun
Yrd. Doç. Dr. Gülten Can SEZGİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 118007

Prof. Dr. Mevlüt BAŞKOL
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

2. Dış çapı 2.8/3.2 mm Endoskop çalışma kanalından geçebilmelidir.
3. Kateter çapı 7.5 Fr olmalıdır, çalışma uzunluğu 240 cm olmalıdır.
4. Ürün özefagus, pilor, bilayer ve kolon darlıklarının kademeli olarak genişletilmesinde kullanıma uygun olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
5. 3 aşamada şişirilebilmeli, her aşamada aynı yüzey sertliğiyle değişik çaplarda dilatasyon sağlayabilmelidir.
6. Balon Pebax (balonun her noktasında aynı çap) materyalden imal edilip, yüksek atmosfer basınçlara dayanıklı olmalıdır.
7. Ürünün "CE Belgesi" ve/veya "FDA Onayı" olmalıdır.
8. Balon çapları ve balon şişirme atmosferi aşağıdaki ölçülerde olmalıdır:
 - a. Balon çapı aynı balonda 12-13,5-15 mm açılır iken balon şişirme atmosferi 3-4,5-8 atm olmalıdır.
 - b. Balon çapı aynı balonda 15-16,5-18 mm açılır iken balon şişirme atmosferi 3-4,5-7 atm olmalıdır.
9. Kliniğin ihtiyacı olan ölçülerde teslimat yapılacaktır.
10. Malzemenin son kullanma tarihi en az raf ömrünün 2/3'ü kadar olmalıdır.
11. Son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala miat uzatımı yapılacaktır.

12-DİSPOSABLE HEMOCLİP SET 16 MM -11MM

- 1-klip gastrointestinal sistemde kanamalarında ve doku defektlerinin kapatılmasında kullanıma uygun olmalıdır
- 2-gastroskopi ve kolonoskopide kullanıma uygun olmalıdır.
- 3-klip 16 mm olarak açılabilmelidir.
- 4-klip 135 derece açılı olmalıdır.
- 5-klip set halinde kullanıma hazır halde olmalıdır.
- 6-klip uygulama aparatı 2.6 mm çapında 230 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 7-klip uygulama aparatı rotatable olmalıdır.
- 8-klip tekrarlayan açılıp kapanma özelliğinde olmalıdır.
- 9-klip uygulama aparatı kaplı olmalı ve kaplama üzerinde pozisyonlandırma markerları bulunmalıdır.
- 10-şartnamede belirtilen tüm modeller için ubb kaydı mevcut olup ve barkod numaraları teklif cetvelinde belirtilecektir.
- 11-ürün üzerinde hangi markaya ait olduğunun anlaşılabilmesi için üretici firma ismi veya logosu yer almalıdır.
- 12-numuneler kullanıldıktan sonra seçimi için karar verilecektir
- 13-malzemenin son kullanma tarihi en az raf ömrünün 2/3'ü kadar olmalıdır.
- 14-son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala firmayla görüşürülerek miat uzatımı yapılacaktır.
- 15-Ölçülerin adedi ihtiyaca göre firmaya bildirilecektir.

13-POLYPECTOMY SNARE KOLONOSKOPIK

- 1-ürün kateteri 2.3 mm olmalıdır.
- 2-ürün kateter uzunluğu 230 cm olmalıdır.
- 3-ürün handle ile birlikte olmalıdır.
- 4-ürün kateteri handle kısmından ayrılabilir olmalıdır.
- 5-oval tip olmalıdır.
- 6-snare çapı 15-20-24-30-36-40 mm olmalıdır. istenilen modelden belirlenen adetlerde teslimat yapılabilmelidir.
- 7-ürün kateteri rotatable olmalı ve handle kısmından çevrildiğinde 360 derece dönebilmelidir.

uygundur.
Yrd. Doç. Dr. Gülten ÇAN SEZGİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 118007

Prof. Dr. Mevlüt BASKOL
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.
Tıp Fak. No: 118007 ve 118008
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

8-şartnamede belirtilen tüm modeller için ubb kaydı mevcut olup ve barkod numaraları teklif cetvelinde belirtilecektir.

9-ürün üzerinde hangi markaya ait olduğunun anlaşılabilmesi için üretici firma ismi veya logosu yer almalıdır.

ün kateteri üzerinde balon çapları silinmeyecek bir şekilde yazıl

10-numuneler kullanıldıktan sonra seçimi için karar verilecektir

11-malzemenin son kullanma tarihi en az raf ömrünün 2/3'ü kadar olmalıdır.

12-son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala firmayla görüşülerek miad uzatımı yapılacaktır.

14-TAŞ ÇIKARMA BASKETİ

1-basket kateteri 7 f çapında olacak.

2-basket kateteri flexible olacak.

3-basket kateteri en fazla 200 cm uzunluğunda olacak.

4-basket nitinol telden üretilmiş olacak

5-basket handle ile birlikte olacak.

6-basketin kateterin enjeksiyon lümeni bulunacak.

7-basket çapları 15-20-25-30-35 ve 40 mm olacak. Firma belirtilen modellerden istenildiği miktarlarda teslimat yapabilmelidir.

8- titubb kaydı olacak .

9-şartnamede belirtilen tüm modeller için ubb kaydı mevcut olup ve barkod numaraları teklif cetvelinde belirtilecektir


10-ürün üzerinde hangi markaya ait olduğunun anlaşılabilmesi için üretici firma ismi veya logosu yer almalı

11-numuneler kullanıldıktan sonra seçimi için karar verilecektir

12-malzemenin son kullanma tarihi en az raf ömrünün 2/3'ü kadar olmalıdır.

13-son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala firmayla görüşülerek miad uzatımı yapılacaktır.


Yrd. Doç. Dr. Gülten Can SEZGİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Dip. Tes. No: 118007


Prof. Dr. Mevlüt BASKOL
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Anst.
Tıp Fak. No: 11-118007/2016 Tarih: 07/04/2017
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri