

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
29.04.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin GÖZ HASTALIKLARI A.D. kullanılmak üzere ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	Viscoelastik madde 10 mg lık	500 ADET	
2	Viscoelastik madde 23 mg lık	500 ADET	
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.		
G	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. (ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE		

	ARANMAYACAKTIR)		
I	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI'TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.		
K	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.		
L	İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.		
M	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.		
N	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		
O	SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.		
P	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

'Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde 'Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)' durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.' Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunulması,

Teklif mektuplarının en geç 10/05/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

%1 LİK KOHEZİV VİSKOELASTİK MADDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Yüksek molekül ağırlıklı Sodyum Hyaluronat içermelidir.
- 2-Konsantrasyonu %1 NaHa ve pH 7.0 – 7.5 olmalıdır.
- 3-Ortalama molekül ağırlığı 3.200.000 Dalton olmalıdır.
- 4-Vizkozitesi 1.70-2.75 10g (Pas) olmalıdır.
- 5-Steril cam şırıngada 0.85 ml hacminde tek kullanımlık olacak ve 27 G steril kanül içermelidir. Kanül kilitli emniyetli kılıfı içerisinde olmalıdır.
- 6-Doğal yollardan elde edilerek üretilmiş olmalıdır, buhar içi sterilizasyon yapılmış olmalıdır.
- 7-Cerrahi işlem sonunda kolayca uzaklaşabilir özellikte olmalıdır.
- 8-Malzeme içeriğinde hava kabarcıkları bulunmamalıdır.
- 9-Koheziv özelliğe sahip olmalıdır.
- 10-Latex içermemelidir. Latex içermediği orijinal ambalajı ve katalogu üzerinde ve prospektüsünde belirtilecektir.
- 11-Üretici firma tarafından düzenlenmiş geçerli tarihli “Yetkili Distribütörlük Belgesi” verilmelidir.

Prof.Dr. Fatih HOROZOĞLU
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 98748
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Doç.Dr. Dursun GÜLMETZ SEVİM
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 15191
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

%2.3 LÜK KOEZİV VİSKOEALSTİK MADDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Yüksek molekül ağırlıklı Sodyum Hyaluronat içermelidir. Aşağıda belirtilen özellikler mutlaka orijinal prospektüste belirtilecektir. Firma bunu prospektüs üzerinde belirterek ihale dosyasında bulunduracaktır.

- Konsantrasyonu % 2,3 NaHa'olmalıdır.
- pH 6,8-7,6'dır.
- Ortalama molekül ağırlığı 3.200.000 Dalton' olmalıdır.
- Viskozitesi 3,10-4,10 log(pas) olmalıdır.
- Steril cam şırınga da 0,60 ml hacminde tek kullanımlık olmalıdır. 27 G steri kanül içermelidir.
- Doğal yollardan elde edilerek üretilmiş olmalıdır, buhar içi sterilizasyon yapılmış olmalıdır.

1. Fakoemülsifikasyon tekniği ile yapılan katarakt cerrahisi ve katlanabilir göz içi lens implantasyonunda;

- Psedöplastik özelliği sayesinde ince kanülden kolay enjekte edilebilmelidir.
- Transparan bir vizibiletaye sahip olmalıdır.
- Derin bir ön kamara yaratıp , cerrahi prosedür boyunca kapsüler keseyi şişirmelidir.
- Korneal endotel hücrelerini mekanik , kimyasal ve biyolojik yollardan korumalıdır.
 - Mekanik** : Cerrahi işlem esnasında oluşan şoku artırılmış vizkozite ve elastikiyeti sayesinde absorbe etmelidir.
 - Kimyasal** : Açığa çıkan serbest Oksijen Radikallerini nötralize eder.
 - Biyolojik** : Korneal endotel hücreleri üzerinde yer alan HABS reseptörlerine , arttırılmış molekül ağırlığı sayesinde daha fazla bağlanılmalıdır.
 - Cerrahi işlem sonunda kolay uzaklaştırılmalıdır.

2-Teklif edilen ürün orijinal olup Latex içermemelidir ve latex içermediği orijinal ambalajı, kataloğu ve prospektüsünde gösterilmelidir.

3-Malzeme içeriğinde hava kabarcıkları bulunmamalıdır.

Prof.Dr. Fatih HÖROZOĞLU
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tez.No: 98748
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Doç.Dr. Duygu GÜMEZ SEYİM
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tez.No: 141181
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri