

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
06.05.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	SAF KARBONDİOKSİT GAZI TEMİNİ	150 KG	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecektir.		
	**** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20085		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **15/05/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine gönderilmesini rica ederiz.

KARBONDİOKSİT GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Karbondioksit gazı TSE 2603-I (iki bin altı yüz üç tire bir) sınıfa uygun olacaktır.
- 2-Gaz hacimce %99,90 (yüzde doksan dokuz nokta doksan) karbondioksit ihtiva edecektir.
- 3- Boş karbondioksit tüpleri her gün 08:00-17:00 saatleri içinde, Gaz Vakum Atölyesinden firma görevlisi tarafından teslim /tesellüm makbuzu ile teslim alınacaktır.
- 4-Doldurulan karbondioksit tüpleri ertesi gün tekrar teslim edilecektir.

GENEL ÖZELLİKLER

- 1-Tüplerin teflon ve özel contaları yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir.
- 2-Boş ve dolu tüpler dik olarak taşınmalıdır.
- 3-Boş tüpler, tüp alındı fişi ile teslim alınacaktır. Dolu tüp tesliminde ise sevk irsaliyesi kesilecek olup yetkili teknik personellerin karşılıklı imzaları atılacaktır.
- 4-Dolum ve sevkiyat sırasında zarar gören tüpler yüklenici firmaya iade edilir. İkinci bir dolum ücreti talep edilemez. Hastaneye ait tüplerin yeterli olmaması durumunda istenilen miktardaki tüpleri yüklenici firma emanet olarak teslim edecektir, emanet alınan tüpler ilgili standartlara uygun, periyodik bakım ve kontrolleri yapılmış olarak teslim edilecektir.
- 5-Tıbbi gaz tüpleri **TSE 11169 "Çelik Çekme Dikişsiz Tüpler" standardına** (08.08.2012 tarihinden itibaren TS EN ISO 9809-1 standardına) uygun imal edilmiş olmalı.
- 6- TSE 3402 "Tıpta Uygulanan Gaz Tüplerinin İşaretlenmesi" ile ilgili standart çerçevesinde işaret ve markalamaları yapılacaktır. İhaleye katılacak firmalar bu standart ile ilgili yetki belgelerinin istenildiğinde ibraz edeceklerdir.
- 7-Tüplerin genel kontrolleri ile boya, ventil vb. bakımları tedarikçi firma tarafından aksatılmadan yapılacaktır. Bu işlem için ayrıca ücret talep etmeyecektir.
- 8-Medikal amaçlı tıbbi gazlar 1. (birinci) derece insan yaşamı ile ilgili olup, yüklenici firma üretim, depolama, nakliye kullanma süresinde gazın tıbbi özelliklerinin korunmasını taahhüt edecektir.
- 9-Tüp vanaları, üzerinde yüklenici veya gazın adının yazılı olduğu isim logosu yer alan ısı ile daraltılmış emniyet bandı ile kapatılmış olacaktır.
- 10-Yüklenici firma medikal gazları kendi tüpleri ile teslim etmesi halinde medikal tüpler ilgili standartlara uygun olacaktır.
- 11-Medikal gaz tüplerinde;

İmalatçı firmanın adı, işareti (etiketi)
Tüpün içindeki gazın muhteviyatı
Seri numarası
Tüpün darası yazılacaktır.
Tüpler 'pi' işaretli olmalıdır.

TEKLİF DOSYASINDA İSTENEN BELGELER

- 1- İstekliler Üretici ise Medikal Gaz Üretim, Dolum, Depolama, Dağıtım ile ilgili mevzuat gereğince Sağlık Bakanlığı ve /veya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Medikal Gaz Üretim, Dolum, Depolama, Dağıtım İzin Belgelerinin tamamı, istekli üretici değil bayi ise Yetkili Satıcı Belgesinin yanı sıra ilgili Mevzuat gereğince İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Medikal Gaz Depolama Dağıtım İzin Belgesi ve bayisi bulunduğu firmanın Sağlık

[Handwritten signatures and marks]

4- Periyodik muayenelerinin yapılması sakıncalı bulunan taşınabilir basınçlı kapların hurdaya ayrılma işlemleri tespit raporu doğrultusunda yetkili firma tarafından yapılacaktır ve raporlanacaktır. Hurdaya ayrılan tüpler yapılan işlemler sonrası tarafımıza raporlarıyla birlikte ulaştırılacaktır.

5- Periyodik muayene sonrası tespit edilen kayıtlar ve raporlar standartlara uygun olarak düzenlenerek ilgili birime teslim edilecektir.

6- Teklif verecek firmalar TÜRKAİ (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından verilen akreditasyon sertifikasını, hizmet yeterlilik belgelerini, yetkili bayilik aracılığıyla teklif verenler ise yetkilendirilmiş olduklarına dair belgeleri ve hizmet yeterlilik belgelerini teklif dosyasına ekleyecektir.

7- Yüklenici firma; kuruma ait tüplerin arızalı vanaların değiştirilmesi işlemini yine ihaleye vereceği birim fiyat ücret karşılığında yapacak olup, ihalede belirtilen vana değişimi birim fiyatı üzerinden ihale bitene kadar geçerli olacaktır. Kaç adet vana değişimi yapılmış ise tüp seri numaraları belirtilerek ayrıca faturalandırılacaktır.

EĞİTİM

Medikal gazlar hakkında yüklenici firma yetkilisi (eğitim vermeye yetkili olacaktır) tarafından, idarenin belirleyeceği sayıda birim personeline ücretsiz olarak eğitim verilecek olup verilen eğitim kayıt altına alınacaktır.

Abdurrahim NAR
Makine Teknikeri

Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

Prof. Dr. Ayşe ÜLGEY
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Öğretim Üyesi

Özcan ÖZYURT
Hastaneler Başmüdürü