

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
08.05.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi DEMİRBAŞ DEPO (ÜROLOJİ ANABİLİMDALI) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	471006 NEEDLE DRIVER	3 ADET	
2	471296 LARGE SUTURE CUT NEEDLE DRIVER	3 ADET	
3	471093 PROGRASP FORCEPS	4 ADET	
4	471205 FENESTRATED BİPOLAR FORCEPS	1 ADET	
5	471172 MARYLAND BİPOLAR FORCEPS	4 ADET	
6	471405 FORCED BİPOLAR FORCEPS	1 ADET	
7	470179 MONOPOLAR CURVED SCİSSORS (HOT SHEARS)	10 ADET	
8	470361 5 MM- 8MM CANNULA SEAL	20 ADET	
9	400180 TİP COVER ACCESSORY	100 ADET	
10	470015 INSTRUMENT ARM DRAPE	400 ADET	
11	470359 8 MM BLADELESS OBRURATOR (OPTİCAL)	6 ADET	
12	470008 8 MM BLUNT OBTURATOR	2 ADET	
13	470183 PERMANENT CAUTERY HOOK (MONOPOLAR)	1 ADET	
14	480427 VESSEL SEALER EXTEND	10 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir. *Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek ** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KÂĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **13/05/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

DaVinci X Robotik Cerrahi Sistemi Enstrüman/Aksesuarları Teknik Şartnamesi

471006 Large Needle Driver (3 Adet)

- 1- Enstrüman da Vinci X veya da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Enstrüman cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ila 30 derece arasında olmalıdır.
- 4- Çenelerin her birinin uzunluğu 0,9cm ile 1,1cm arasında olmalıdır.
- 5- Enstrümanın çalışma uzunluğu 31cm ile 32cm arasında olmalıdır.
- 6- Enstrüman çapı 8mm olmalıdır.
- 7- Enstrüman 15 ameliyatta kullanılabilir.

471296 Large Suture Cut Needle Driver (3 Adet)

- 1- Enstrüman da Vinci X veya da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Enstrüman cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Sütür atma ve sütür kavrama özelliğine sahip yapıda olmalıdır. Ayrıca enstrümanın çene iç kısmında sütür kesici makas bulunmalıdır.
- 4- Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ile 38 derece arasında olmalıdır.
- 5- Çenelerin her birinin uzunluğu 1cm ile 1,2cm arasında olmalıdır.
- 6- Enstrümanın çalışma uzunluğu 31cm ile 32cm arasında olmalıdır.
- 7- Enstrüman çapı 8mm olmalıdır.
- 8- Enstrüman 15 ameliyatta kullanılabilir.

471093 Prograsp Forceps (4 Adet)

- 1- Enstrüman da Vinci X veya da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Enstrüman cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ile 55 derece arasında olmalıdır.
- 4- Çenelerin her birinin uzunluğu 2,7cm ile 2,9cm arasında olmalıdır.
- 5- Enstrümanın çalışma uzunluğu 33cm ile 34cm arasında olmalıdır.
- 6- Enstrüman çapı 8mm olmalıdır.
- 7- Enstrüman 18 ameliyatta kullanılabilir.

471205 Fenestrated Bipolar Forceps (1 Adet)

- 1- Enstrüman da Vinci X veya da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Enstrüman cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ila 45 derece arasında olmalıdır.
- 4- Çenelerin her birinin uzunluğu 2cm ile 2,2cm arasında olmalıdır.
- 5- Enstrümanın çalışma alanında bulunan maksimum toplam uzunluğu 32cm ile 33cm arasında olmalıdır.
- 6- Enstrüman çapı 8mm olmalıdır.
- 7- Enstrüman 14 ameliyatta kullanılabilir.

471172 Maryland Bipolar Forceps (4 Adet)

- 1- Enstrüman da Vinci X veya da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Enstrüman cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ila 45 derece arasında olmalıdır.
- 4- Çenelerin her birinin uzunluğu 1,9cm ile 2,1cm arasında olmalıdır.
- 5- Enstrümanın çalışma uzunluğu 32cm ile 33cm arasında olmalıdır.
- 6- Enstrüman çapı 8mm olmalıdır.
- 7- Enstrüman 14 ameliyatta kullanılabilir.

471405 Forced Bipolar Forceps (1 Adet)

- 1- Enstrüman da Vinci X veya da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Enstrüman cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ila 42 derece arasında olmalıdır.
- 4- Çenelerin her birinin uzunluğu 2,7cm ile 2,9cm arasında olmalıdır.
- 5- Enstrümanın çalışma alanında bulunan maksimum toplam uzunluğu 33cm ile 34cm arasında olmalıdır.
- 6- Enstrüman çapı 8mm olmalıdır.
- 7- En az 12 ameliyatta kullanılabilir.

470179 Monopolar Curved Scissors (Hot Shears) (10 Adet)

- 1- Enstrüman da Vinci X veya da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Enstrüman cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ile 30 derece arasında olmalıdır.
- 4- Çenelerin her birinin uzunluğu 1,2cm ile 1,4cm arasında olmalıdır.
- 5- Enstrümanın çalışma uzunluğu 31cm ile 32cm arasında olmalıdır.
- 6- Enstrüman çapı 8mm olmalıdır.
- 7- Enstrüman 10 ameliyatta kullanılabilir.

470361 5mm-8 mm Cannula Seal (20 Adet)

- 1- Malzeme da Vinci X veya da Vinci Xi sistemi ile kullanılan robotik kanüller ile uyumlu olmalıdır.
- 2- 8 mm robotik enstrümanlarla kullanıma uygun olmalıdır.
- 3- Üzerinde 5mm çap düşürücü bulunmalı bu sayede 5mm enstrümanlarla da kullanıma uygun olmalıdır.
- 4- İnsüflasyon için kanül üzerinde musluğu bulunmalıdır.

400180 Tip Cover Accessory (100 Adet)

- 1- Malzeme da Vinci Si, da Vinci X ve da Vinci Xi sistemi ile kullanılan monopolar makas ile uyumlu olmalıdır.
- 2- Tip Cover Aksesuarı'nın etrafında makas ucuna takılmasını kolaylaştırmak için koruyucu bir kılıf bulunmalıdır.
- 3- Koruyucu kılıf, malzeme makasa takıldıktan sonra yana doğru açılarak makas ucundan ayrılabilir.
- 4- Tip Cover Aksesuarı, monopolar makasın bilek kısmından dokuya elektrik akımını engellemek üzere izolasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 5- Makasın hareketlerini engellemeyecek esneklikte olmalıdır.

470015 Instrument Arm Drape (400 Adet)

- 1- Malzeme da Vinci X veya da Vinci Xi robotik cerrahi sisteminin enstrüman kollarını örtmek ve bu sayede steril olan ameliyat sahasında kolların kullanımını sağlamak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- Malzeme tekli paketler halinde steril ve cerrahi operasyon için kullanıma hazır olmalıdır.
- 3- Örtüler şeffaf naylondan üretilmiş olmalıdır.
- 4- Üzerlerine monte edilmiş plastik aparatlar sayesinde örtüler kollara tutturulabilir.

- 5- Plastik aparatlar ameliyat esnasında kullanılan enstrümanlar ile robotik kolları birbirine bağlayan ve robotik kolların hareketlerini sınırlamayacak tarzda dizayn edilmiş olmalıdır.
- 6- Örtünün üzerinde örtüyü kola tutturabilmek için metal aparatlar bulunmalıdır.

470359 8 mm Bladeless Obturator (Optical) (6 Adet)

- 1- Malzeme da Vinci X veya da Vinci Xi sistemi ile kullanımına uygun olmalıdır.
- 2- Obturator 8 mm olmalıdır ve 8 mm kanüller ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 3- Obturatorün uç kısmı batin duvarından kolay ve daha az travmatik bir giriş sağlayacak yapıya sahip olmalıdır.
- 4- Obturator tek kullanımlık yapıda olmalıdır.
- 5- Obturator üzerinde, kanül sızdırmazlık contasına sabitlenebilmesi için kilit mekanizması bulunmalıdır.

470008 8 mm Blunt Obturator (2 Adet)

- 1- Malzeme da Vinci X veya da Vinci Xi sistemi ile kullanımına uygun olmalıdır.
- 2- Obturator 8 mm olmalıdır ve 8 mm kanüller ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 3- Obturatorün uç kısmı dokuya zarar vermemesi için köreltilmiş (blunt) yapıya sahip olmalıdır.
- 4- Obturator çok kullanımlık (reusable) olmalıdır.
- 5- Obturator üzerinde, kanül sızdırmazlık contasına sabitlenebilmesi için kilit mekanizması bulunmalıdır.

470183 Permanent Cautery Hook

- 1- Enstrüman da Vinci X veya da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Enstrüman cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Kanca uzunluğu 1,5cm ile 1,7cm arasında olmalıdır.
- 4- Enstrümanın çalışma uzunluğu 32cm ile 33cm arasında olmalıdır.
- 5- Enstrüman çapı 8mm olmalıdır.
- 6- Enstrüman 10 ameliyatta kullanılabilir.

480422 Vessel Sealer Extend

- 1- Enstrüman da Vinci X veya da Vinci Xi Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Enstrüman cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ile 40 derece arasında olmalıdır.
- 4- Çenelerin her birinin uzunluğu 2cm ile 2,1cm arasında olmalıdır.

- 5- Enstrümanın çalışma alnında bulunan maksimum toplam uzunluğu 32cm ile 33cm arasında olmalıdır.
- 6- Çene uç kısımları diseksiyona uygun ve tutucu özellikte olmalıdır.
- 7- Enstrüman 7 mm'ye kadar olan damarları mühürleyebilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 8- Enstrüman çapı 8mm olmalıdır.
- 9- Enstrüman tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.