

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
10.05.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin **GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.** kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	EEG ELEKTRODU	50 ADET	
2	TERMİSTÖR (ALİCE 6 PSG CİHAZI İLE UYUMLU)	4 ADET	
3	EEG (ELEKTROT) PASTASI TEN 20 BENZERİ	50 ADET	
	(ŞARTNAME EKTEDİR)		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.		
G	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT		

	BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. (ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)		
I	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI'TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.		
K	İSTEKLI FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.		
L	İSTEKLI FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.		
M	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.		
N	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		
O	SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.		
P	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdareimizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdareimizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdareimizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları,

Teklif mektuplarının en geç 24/05/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

EEG ELEKTROD SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Elektrotlar PhilipsRespironics Marka Alice 6 PSG cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Elektrotlar altın kaplama olmalıdır.
3. Elektrotlar etilen oksit ile sterile edilebilmelidir.
4. Elektrotların uzunluğu 72 inch den az olmamalıdır.
5. Paket içersinde 10 adet elektrot bulunmalıdır.
6. Elektrotların uçları standart DIN tipinde olmalıdır.
7. Elektrot kablolarının herbiri ayrı renklerde olmalıdır.
8. Elektrotların hastaya bağlanan altın kaplama kısmı kaşık şeklinde , EEG pastasının fazlasının çıkabilmesi için delikli yapıda olmalıdır.

Prof. Dr. İnci GÜLMEZ
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 412
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

Öğr. Gör. Dr. Nur Aleyra YETKİN
Dip. Tes. No: 155544 - Uzm. Tes. No: 121986
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Öğr. Gör. Dr. Nur Aleyra YETKİN
Dip. Tes. No: 155544 - Uzm. Tes. No: 121986
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

TERMİSTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1.1. Termistörler Philips Respironics Marka Alice 6 PSG cihazına uyumlu olmalıdır.
- 1.2. Termistörler artifaktı ortadan kaldırmak için uçları yalıtılmış olmalıdır.
- 1.3. Termistörlerin hassasiyeti 2-30 $\mu\text{V}/\text{mm}$ arasında olmalıdır.
- 1.4. Termistörlerin düşük frekans filtresi 0.16 Hz veya daha düşük olmalıdır.
- 1.5. Termistörlerin yüksek frekans filtresi 15 Hz olmalıdır.
- 1.6. Termistörlerin tipik frekans değeri peek-to-peek 400 μV olmalıdır.
- 1.7. Termistörlerin çıkış empedası 7 ohm olmalıdır.
- 1.8. Sensör konnektörü Alice 6 headboxa rahatlıkla takılabilmesi için keyhole (anahtar deliği) şeklinde olmalıdır.
- 1.9. Termistörlerin kablo uzunluğu 2 metre olmalıdır.

Prof. Dr. İnci GÜLMEZ
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 412
Eriyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Öğr.Gör.Dr. Nur Aleyra YETKİN
Dip. Tes. No: 15554 - Uzm. Tes. No: 124928
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D.
Eriyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

EEG (elektrot) Pastası Teknik Şartnamesi

1. Cildi veya kullanılan bölgeyi tahriş etmemeli herhangi bir yan etkisi olmamalıdır.
2. Oda sıcaklığında bozulmadan korunabilmelidir.
3. Kısa sürede kurumamalıdır.
4. Uzun süre kullanılabilirlik ömrü olmalıdır.
5. Elektrotları yapıştırılan bölgede sabit tutabilmelidir.
6. Hasta sağlığına zarar vermemelidir.
7. İletkenlik özelliği iyi ve uzun süreli olmalıdır.
8. 4 OZ (114 GMS) model olmalıdır.
9. İçeriğinde Polyoxethylene20 CetyEther ,WaterGlycerinCalciumCarbonate, 1,2 Propanediol, PotassiumChloride, Gelwhite, SodyumChloride, Polyoxyethylene20 sarbital,Methylparaben, Propylparaben içermelidir.
10. Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
11. Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.

Prof. Dr. İnci GÜLMEZ
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Diy. No: 412
Erişim: 0312 222 2222

Öğr. Gör. Dr. Nur Alevna YETKİN
Diy. Tes. No: 155824 - Uzm. Tes. No: 121986
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D.
Erişim: 0312 222 2222