

NOT: Teklif mektuplarının en geç **30/05/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

İnfüzyon Taşıyıcı Teknik Şartnamesi

1. Serum askısının gövdesi 25 mm(+/- 1) çapında, taşıyıcı borusu 18 mm (+/-1) çapında kromaj kaplı borudan imal edilmelidir.
2. Serum askısı dört adet serum kancasına sahip olmalıdır.
3. Serum askısının kancası plastik yapıda olmalıdır.
4. Kancanın ucu dairesel olarak şekillendirilmiş olmalıdır.
5. Serum askısının kancaları minimum 1,5 kg taşıma kapasitesinde olmalıdır.
6. Serum askısının yüksekliği en az 1000mm-2000mm arasında ayarlanabilir olmalıdır.
7. Askı yüksekliğinin sabitlenebilmesi için kelebek yapıda üzeri plastik kaplı vida sistemi bulunmalıdır.
8. Serum askısının gövdesi infüzyon pompasını taşıyabilecek dengeye sahip olmalıdır.
9. Ayak yapısı gövde yapısı ile aynı kromaj kaplı olarak imal edilmelidir.
10. Ayak bölümünde beş adet tekerlek bulunmalıdır.
11. Ayak bölümünde bulunan tekerlerin çapı 50 mm(+/-2) olmalıdır.
12. Tekerlerin en az iki adedi frenli olmalıdır.
13. Serum askısı imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

Prof. Dr. Mevlüt İNANÇ
İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 116003
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri