

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
23.05.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin **PLASTİK CERRAHİ A.D.** kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	CERRAHİ TÖRPÜ	5 ADET	
2	CERRAHİ ELAVATÖR	2 ADET	
3	CERRAHİ MAKAS (MEDİCON 02.20.61 VEYA BENZERİ)	5 ADET	
4	CERRAHİ MAKAS (MEDİCON 02.21.61 VEYA BENZERİ)	10 ADET	
5	EKARTÖR	3 ADET	
6	ULTRASONİK PİEZO CİHAZI	1 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.		

G	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. (ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)		
I	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI'TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.		
K	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.		
L	İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.		
M	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.		
N	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		
O	SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.		
P	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları,

Teklif mektuplarının en geç 07/06/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAIL:erudsim@erciyes.edu.tr

CERRAHİ TÖRPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Converse nasal file 18.5 cm
Medicon 67.59.65 veya benzeri

CERRAHİ ELEVATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Cottle septum elevatörü
Medicon 67.16.21
20cm veya benzeri

CERRAHİ MAKAS TEKNİK ŞARTNAMESİ

İris makas düz 11,5 cm tungsten karbid ağızlı
Medicon 02.20.61 veya benzeri

İris makas eğri 11,5 cm tungsten karbid ağızlı
Medicon 02.21.61 veya benzeri

EKARTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tebbets ekartör
Medicon 23.76.01
90 mm X 24 mm veya benzeri

Tebbets ekartör
Medicon 23.76.04
150 mm X 36 mm veya benzeri


Tebbets ekartör
Medicon 23.76.03
115 mm X 24 mm veya benzeri

Prof. Dr. C. Alper KEMALOĞLU

Prof. Dr. İrfan ÖZYAZGAN

PİEZO ULTRASONİK CERRAHİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz diğer branşlarla birlikte Plastik Cerrahi ve Maksillofasiyal cerrahi uygulamalarında kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
2. Cihazın el parçasının ışıklı led sistemine sahip olması tercih sebebi olacaktır.
3. Cihaz güncel Türkiye şartlarındaki elektrik akımı ile çalışmalıdır.
4. Cihaz 24~36 (± 4) kHz frekansında çalışmalıdır.
5. Cihazın çıkış gücü 5~35 (± 4) W olmalıdır.
6. Cihazın, su akış oranı dakikada 100 (± 10) ml olmalıdır .
7. Cihaz konsolu üzerinden su akım ve hız ayarı yapılabilmelidir.
8. Cihazın ayarlarının digital ekran ve dokunmatik panel ile yapılabilmesi tercih sebebi olacaktır.
10. Cihazın peristaltik pompası cihazın dış kısmında olup serum hortumu kolaylıkla takıp çıkarılabilmelidir.
11. Cihazda mevcut programların hem ayak pedalından hem de ana konsoldan yapılabilmesi tercih sebebi olacaktır.
12. Cihaza 2 adet hand piece (el parçası) aynı anda takılarak kullanabilmelidir.
13. Başlık kabloları en az 2 m. uzunluğunda olup, kolayca takılıp sökülebilmelidir. Başlık ve kablosu 135 dereceye kadar otoklav ile steril edilebilmelidir.
14. Cihaz ile birlikte 2 adet el parçası, ayak pedalı, sterilizasyon kaseti, uç takımları, uç standı, 1adet serum veya şişe askısı, uç anahtarı verilmelidir
15. Uç çeşitleri içerisinde burun ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış kesici, törpüleyici (aşındırıcı) ve delici modeller mutlaka bulunmalıdır.
16. Cihaz uç çeşitleri, mevcut alternatifler içerisinde tarafımızca seçilecek ve bazıları aynı modelden ve fazla sayıda olmak üzere en az 30 adet teslim edilecektir. Diğer özellikleri benzer olan teklifler içerisinde daha fazla sayıda uç teslim etmeyi garantileyen firmanın teklifi tercih edilecektir.


Prof. Dr. İrfan ÖZYAZGAN


Prof. Dr. C. Alper KEMALOĞLU