

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
06.06.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin **GÖZ HASTALIKLARI A.D.** kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	POŞLU DRAPE	2500 ADET	
2	CERRAHİ SÜTÜR 8/0 VICRYL (SPATÜL İĞNELİ)	50 ADET	
3	CERRAHİ SÜTÜR 8/0 VICRYL (YUVARLAK İĞNELİ)	50 ADET	
	(ŞARTNAME EKTEDİR)		
	TEKLİFLE BİRLİKTE MALZEMENİN GÖRSELİ GÖNDERİLECEKTİR. GÖRSELİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.		
G	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		

H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. (ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)		
I	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI'TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.		
K	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.		
L	İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.		
M	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.		
N	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		
O	SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.		
P	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

'Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdareimizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdareimizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde 'Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)' durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.' Hususları belirtilmiştir.

İdareimizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları,

Teklif mektuplarının en geç 24/06/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

OFTALMİK DRAPE TEKNİK ŞARTNAMESİ (TEK POŞLU)

- 1- Göz Ameliyatlarında kullanılmak üzere, hastanın yüzünü örtmek için imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Hastanın yüzüne örtüldüğünde, kesinlikle terleme yapmamalıdır ve medikal non-woven malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Poşetlerden hiçbir şekilde sızıntı olmayacağı belirtilmeli ve sızıntı olması durumunda tüm bu poşetlerin yenisi ile değiştirileceği yazılı olarak taahhüt edilmelidir.
- 4- Tam ebadı tercihen 100 X 150 cm tek poşlu göz örtüsü olmalıdır.
- 5- Sıvı toplama kapasitesi tercihen 1000 ml. olmalıdır.
- 6- Tercihen CE veya ISO kalite belgelerine sahip olmalıdır.
- 7- İhaleye giren tüm firmalar 3 er adet numune bırakmalıdır.
- 8- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık süre içermelidir.
- 9- Ürün numunesi denendikten sonra seçim yapılacaktır

8/0 VİCRYL SPATÜL İĞNELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1-Malzeme poliglaktin 910 dan mamül olacaktır ve ayrıca kaplaması kendi etken maddesi olan poliglaktin 370 den mamül olacaktır.
- 2-Malzeme multifilaman olacaktır.
- 3-Erime süresi 60 günün üzerinde olmalıdır.
- 4-Malzeme beher alüminyum folyo içerisinde olacaktır.
- 5-Son kullanma tarihleri kutu ve poşetlerin üzerinde yazılı olmalıdır.
- 6-Beher alüminyum folyo üzerinde malzeme ile ilgili bilgilerin yanı sıra iğnenin profil resmi basılı olacaktır.
- 7-Beher poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve usp karşılığı, katalog numarası olması gerekir.
- 8-CE, TSE belgesi olmalıdır.
- 9-Beher poşet içinde malzeme steril şekilde poşetli olacaktır.
- 10-Sağlık bakanlığı tarafından verilen imalata yeterlilik belgesi olacaktır.
- 11-Beher kutu üzerinde sağlık bakanlığının vermiş olduğu ruhsat tarihi, nosu, tse logo ve tse numarasının yer aldığı etiket olmalıdır.
- 12-Ethilen oksit gazıyla steril edilmelidir
- 13-Teklif sırasında ürünün numunesi bırakılmalıdır.
- 14- Ürünün numunesi denendikten sonra klinik tarafından seçim yapılacaktır.
- 15-Sütür iğnesi spatül yapıda, dairesi 3/8, iğne uzunluğu 6.5 mm olmalıdır. Sütür uzunluğu en az 30 cm olmalıdır.
- 16-Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl kullanım süresi olmalıdır.

Doç. Dr. Mehmet ÜNLÜ
Siyahçılar Mah. AD.
Dış Tıp Fak. 135. No. 102030
Erciyes Üni. Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları
Uzmanı
Uyruşma Merkezi

Dr. Öğr. Üyesi H. S. SÖZÜM
Erciyes Üni. Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları
Uzmanı
Dış Tıp Fak. 135. No. 102030
Uyruşma Merkezi

8/0 VİCRYL YUVARLAK İĞNELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Malzeme poliglaktin 910 dan mamül olacaktır ve ayrıca kaplaması kendi etken maddesi olan poliglaktin 370 den mamül olacaktır.
- 2-Malzeme multiflaman olacaktır. Sütür iğnesi yuvarlak yapıda, dairesi 3/8, iğne uzunluğu 6.5 mm olmalıdır. Sütür uzunluğu en az 30 cm olmalıdır.
- 3-Erime süresi 60 günün üzerinde olmalıdır.
- 4-Malzeme beher alüminyum folyo içerisinde olacaktır.
- 5-Son kullanma tarihleri kutu ve poşetlerin üzerinde yazılı olmalıdır.
- 6-Beher alüminyum folyo üzerinde malzeme ile ilgili bilgilerin yanı sıra iğnenin profil resmi basılı olacaktır.
- 7-Beher poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve usp karşılığı, katalog numarası olması gerekir.
- 8-CE belgesi olmalıdır.
- 9-Beher poşet içinde malzeme steril şekilde poşetli olacaktır.
- 10-Sağlık bakanlığı tarafından verilen imalata yeterlilik belgesi olacaktır.
- 11-Beher kutu üzerinde Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu ruhsat tarihi, nosu, TSE logo ve TSE numarasının yer aldığı etiket olmalıdır.
- 12-Ethilen oksit gazıyla steril edilmelidir
- 13-Teklif sırasında ürünün numunesi bırakılmalıdır.
- 14- Ürünün numunesi denendikten sonra klinik tarafından seçim yapılacaktır.
- 15-Sütür iğnesi yuvarlak yapıda, dairesi 3/8, iğne uzunluğu 6.5 mm olmalıdır. Sütür uzunluğu en az 30 cm olmalıdır.
- 16-Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl kullanım süresi olmalıdır.


Doç. Dr. Metin ÜNLÜ
Göz Hastalıkları AD.
Dip.Tes.No: 135719-102080
Erciyes Üniversitesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi


Dr. Özgür Çiğdem, SÖNMEZ
Erciyes Üni. Tıp Fak. Göz Hastalıkları
Uzmanı
Uz. Tes. No: 144284
Dip. Tes. No: 165179