

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
01.07.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi DEMİRBAŞ DEPO (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	TERMOSİFON	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **18/07/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **crudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK ŞARTNAME FORMU



TERMOSİFON ŞARTNAMESİ

Kontrol Sistemi	:Elektronik Kontrollü
Gösterge Biçimi	:LCD
Smart Fonksiyonu	:Var
Eco Fonksiyonu	:Var
Otomatik Arıza Tanı Fonksiyonu	:Var
Kuru Çalışmama Fonksiyonu	:Var
Titanium Emaye Kaplı Kazan	:Var
Aktif Elektrik Emniyet Fonksiyonu	:Var
Donma Emniyeti	:Var
Korozyona Karşı Koruma	:Mg Anot
Bakterilere Karşı Koruma	:Var
Yüksek Basınç Emniyet Ventili	:Var
Elektrik Emniyet Fonksiyonu	:Var
Kapasite 1(Su Kapasitesi)lt	: 70-80
Kapasite 2(Isıtma Gücü)W	:1800+1200
Elektronik Koruma Sınıfı	:IP25
Elektrik Beslemesi	:230 VAC, 50Hz
Elektriksel Koruma	: I Sınıf
Maksimum Su Basıncı bar(kPa)	:10 bar
Sıcaklık Ayar Aralığı °C	:10-75

Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. No: 1546 - Dip. Tes. No: 42666-660 /
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Nedret KOÇ