

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
01.07.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1.	TEK KULLANIMLIK VİDEO BRONKOSKOP	3 ADET	
	(ŞARTNAMESİ EKTEDİR)		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.		
G	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. (ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)		

I	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI'TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.		
K	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.		
L	İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.		
M	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.		
N	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		
O	SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.		
P	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

'Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde 'Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)' durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.' Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerini sunmaları,

Teklif mektuplarının en geç 17/07/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

TEK KULLANIMLIK FLEXIBLE VİDEO BRONKOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Solunum yollarının, ses kutusunun (gırtlak), nefes borusunun, hava yollarının (bronşlar) ve bronşların daha küçük dallarının (bronşiyoller) görüntülenmesi, Oksijen transferi için hava yoluna solunum tüpü yerleştirilmesi, salgıların emilmesi, doku örneklerinin alınması (biyopsi) akciğerlere ilaç verilmesi ve çeşitli akciğer hastalıklarının teşhis edilmesi başta olmak üzere bronkoskopide görüntüleme ve biyopsi alınması için tasarlanmış olmalıdır.
2. Disposable Flexible Bronkoskop ve çok kullanımlık LCD Görüntüleme Monitöründen oluşmalıdır
3. Disposable Flexible Bronkoskop dış çapı: Yetişkin hastalar için 5.8mm, 5.0mm, 4.0mm, Pediatrik hastalar için 3.2mm ve 2.2mm tiplerinden herhangi biri olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
5. Görüş alanı 120° olmalıdır.
6. Görüş açısı 0° olmalıdır.
7. Alan derinliği 3-50mm olmalıdır.
8. Açık mekanizması sayesinde distal uçta elde edilen defleksiyon yukarı doğru en az 210°, aşağı doğru en az 210° olmalıdır.
9. Çalışma uzunluğu 60cm (±5cm) olmalıdır.
10. Ürünün aşağıdaki ölçülerde olmalıdır.
Dış çapı 5,8mm çalışma kanalı 3,3mm
Dış çapı 5,8mm çalışma kanalı 2,8mm
Dış çapı 5,2mm çalışma kanalı 2,2mm
Dış çapı 5,0mm çalışma kanalı 2,8mm
Dış çapı 4,4mm çalışma kanalı 2,0mm
Dış çapı 3,2mm çalışma kanalı 1,2mm
Dış çapı 2,2mm çalışma kanalsız.
11. Cihazın aspirasyon butonu bulunmalıdır.
12. İrigasyon için luer port bulunmalıdır. Kullanım kolaylığı açısından port elceğin sol tarafında yer almalıdır.
13. Elcek kısmında en az 2 adet fonksiyonel buton bulunmalıdır.
14. Skopun her hangi bir zaman kısıtlaması olmamalıdır.
15. Otomatik ışık ayarı bulunmalıdır, parlama meydana geldiği zaman kendi ışığını otomatik olarak kısabilmelidir.
16. Chip-on-tip teknolojisine sayesinde distalde CMOS kamerası olmalı ve peteksi olmayan, dijital görüntü sağlamalıdır.
17. Doğrudan görüntüleme ünitesine bağlanabilmelidir.
18. Disposable Flexible Bronkoskop beraberinde verilecek LCD Görüntüleme Monitörü ve kullanıcı hekimin tercihi doğrultusunda aynı marka görüntüyü doğrudan hastane endovizyonuna taşıyan monitörsüz prosesör ile tam uyumlu olmalıdır.

LCD Görüntüleme Monitörü:

1. Disposable Flexible Bronkoskop ile tam uyumlu olmalıdır. Her hangi bir çevirici veya ek bir kabloya ihtiyaç duymadan doğrudan skopla bağlantı kurabilmelidir.
2. Ekran boyutu 8" olmalıdır.
3. Ekran çözünürlüğü en az 1024 x 768 piksel olmalıdır.
4. En az bir adet HDMI çıkışı bulunmalıdır. Bu çıkış sayesinde hastanede bulunan mevcut endovizyon sisteminin monitörüne bağlanabilmelidir.
5. Hafıza / Veri transferi yapılabilirdir. Bu transfer için monitör üzerinde USB portu bulunmalıdır.
6. Cihazın dahili en az 32GB hafızası olmalıdır. Dilendiği zaman taşınabilir bellek takılarak bu hafıza artırılabilir.
7. Resim ve Video kaydı yapabilmelidir.
8. Monitör üzerinden White Balance, Görüntü Dondurma özellikleri aktif edilebilmelidir. Bu özellik Skop üzerinde bulunan 2 adet fonksiyonel tuş üzerinden de yapılabilirdir.
9. Batarya kapasitesi en az 6400 mAh olmalıdır.
10. Aralıksız batarya süresi en az 4 saat olmalıdır.
11. Kolay taşınabilmesi ve ihtiyaç duyulan klinikte kullanılabilmesi için ağırlığı en fazla 1 Kg (±0.05 Kg) olmalıdır.
12. Video çıkış kapasitesi HDMI aracılığıyla en az 1920 x 1080 piksel çözünürlükte olmalıdır.
13. Her 10 adet Disposable Flexible Bronkoskop için 1 adet LCD Görüntüleme Monitörü ve tamamlayıcı aksesuarları mülkiyeti firmada kalmak koşulu ile ürünler bitene kadar sağlık tesisine kullanım amaçlı bırakılmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Şahin TEMEL
İç Hast. ve Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 01003226-112747-134073
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Dr. Öğr. Üyesi Recep Civan YÜKSEL
İç Hast. ve Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 150810-115817-137522
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

GEREKÇE

3. basamak yoğun bakım ünitesinde hastaların bronkoskopi ihtiyacı olmaktadır. Bu hastaların bir kısmı izolasyon gerektiren hastalardır. Ünitimiz de kullanılan bronkoskopi cihazı yıllık bakım ve arızaları sebebiyle kullanım dışı olduğu zamanlar olmaktadır (şu anda arıza sebebiyle tamirdedir). Hem ünitemizde kullanılan cihazın kullanılmadığı zamanlarda hem de özel izolasyon gereken durumlarda kullanılmak üzere 3 adet dispozil bronkoskopi cihazna ihtiyaç vardır.


Dr. Öğr. Üyesi Şahin TEMEL
İç Hast. ve Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes.No: 01003226-112747-134073
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri


Dr. Öğr. Üyesi Recep Civan YÜKSEL
İç Hast. ve Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes.No: 150810-115817-137522
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri