

NOT: Teklif mektuplarının en geç **22/07/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

LİFTER-OTOMATİK (Kadavra Taşıma Arabası, Hidrolik Sedve)

Tek bir personel ile cenazeleri cenaze taşıma aracına, morg ünitelerine hijyenik olarak el ile temas olmadan verleştirilmek ve nakil etmek için tasarlanmış olmalıdır.

1. Ebatları en az 750 mm x 2100 mm x 320 /1700 mm olmalıdır.
2. Kullanılan malzeme paslanmaz boru olmalıdır. En az 32 mm çapında en az 1,5 mm kalınlığında AISI 304 Kalite Cr-Ni olmalıdır.
3. Kaldıraçta en az 19 mm çapında en az 750 mm boyunda özel geliştirilmiş su ve nemden etkilenmeyen en az 4 adet özel konveyör borusu olmalıdır.
4. Alt şasede bağlı 32 mm çapında 78 cm uzunluğunda taşıma kulpu olmalıdır.
5. Kaldıraçta 2 adet frenli olmak üzere 4 adet teker olmalıdır.
6. Kaldıraçta üst bölmenin kalkmasını ve inmesini sağlayacak ayak kumanda sistemi olmalıdır.
7. Kaldıraç 320 mm'ye kadar inecek ve en az 1700 mm'ye kadar çıkabilecek hareket kapasitesine sahip olmalıdır.
8. Hareketi sağlayan parçalar ve kullanılan bütün parçaları (Teker, Motor, Motor kabini, Kol, Kayar rulmanlar, Alt şase Üst Şase, Kayar Rulmanlar, Hareket pedalleri, Konveyör, Konveyör ruloları, Rulo yatakları, Rulo pimleri, Rulo gövdeleri, Piston, Piston hortumları, Piston Kovanı, Piston mili, Makaslar, Makas mafsalları, arızalanması durumunda lifter vidalı somunlu yerlerinden sökölerek yenisi ile değıştirilebilir özellikte üretilmelidir.
9. Lifter'in pistonu kapalıyken aşağı inmeli, açıkken yukarı kalkmalıdır ve yere paralel çalışmalıdır.
10. Lifter'in üzerinde kaldırılacak ağırlığı ayarlayabilen manuel ağırlık kontrol sistemi olmalıdır.
11. Lifter'in inişı için hızını ayarlayan hız kontrol sistemi olmalıdır.
12. Lifter boru ray sistemine sahip olmalıdır.
13. Lifterin aşağı-yukarı hareketinde piston makaslarla birlikte hareket etmelidir. Bu sayede cenaze tavaşının konulduğu konveyörde sarsıntı en aza indirilmelidir.
14. Lifter'in pistonu makaslara orta yerinden pim ile takılıp çıkartılır olmalıdır. Piston yukarı doğru kalkarken makasa bağlı pistonun alt kısmı ileri doğru hareketli olmalıdır.
15. Pistonun kapalı boyu en fazla 600 mm, strok ise 332 mm olmalıdır.

16. Lifter çalışma ve hareket sırasında cenazenin nakli sırasında herhangi bir elektrik kablosu bağlanmadan istenilen yere gidecek ve yine yapacağı hareketlerde dışardan bir enerji almadan yapacak şekilde tasarlanacaktır.
17. Üretime başlamadan önce idare ile görüşülüp üst tablaya konulacak cenaze tavaasının özellikleri tespit edilecektir.
18. Enerji durumunu gösteren dijital gösterge sayısal olarak okunabilecektir.
19. Stop-start butonu olmalıdır.
20. Firma teklif ettiği cihazın şartnamede belirtilen özellikleri karşıladığına dair teknik ürünün üretim aşamalarını gösteren teknik resmini, kataloglarını, fotoğraflarını koymalıdır.
21. TSE ile Hizmet Yeri Belgesi kapsamı 13005 tıbbi cihazlar olacaktır. Firmanın üretmiş olduğu cihazlara ait ISO 9001:2015 belgesi, ISO 45001:2018 ve ISO14001:2015 kalite sistem belgeleri olmalıdır. Belge kapsamı morg ünitelerine ait olmalıdır.
22. Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.
23. Ürün morg cihazları ile uyumlu çalışmalıdır.
24. İhaleye katılan firma teklif ettiği marka ürüne ait katalog ve teknik çizimlerini ihale dosyasında şartnamedeki maddelerini karşıladığının teyidi için sunmalıdır. İdare istemesi halinde şartnamede belirtilen özellikleri karşılayan ürün 15 gün içerisinde idareye getirilerek uygunluk onayı alınmalıdır. Ürün getirmeyen firmanın teklifi ihale dışı bırakılacaktır.

*EÜ Hastaneleri
Halil ALTINKAYA
Hastane Müdürü Yrd.*

*Levent Öztürk
Birim Sorumlusu
Görsel*