

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
11.07.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi DEMİRBAŞ DEPO (TIBBİ PATOLOJİ A.D) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ALARMLI ELEKTRONİK KRONOMETRE	5 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **29/07/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

05.07.2024

GEREKÇE

Bölümümüzde Histokimyasal boyamada otomasyon sistemden manüel sisteme geçildiği için boyama sürelerinin takibinde alarmlı elektronik kronometreye ihtiyaç vardır.

LABORATUVAR TİPİ ALARMLI ELEKTRONİK KRONOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihaz 99 dakika 59 saniyeye kadar sayabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 2- Cihazda dakika ve saniye gösterimi olmalıdır.
- 3- Geniş okunaklı LCB ekranı sayesinde dakika ve saniye rahatlıkla görülebilmelidir.
- 4- Cihazın arkasında bulunan mıknatıs sayesinde metal yüzeylere tutunabilmelidir.
- 5- Kronometre masa üstünde de kullanılabilmelidir.
- 6- Alarm sesi uyarmalıdır.

Prof. Dr. Özlem CAKIR
Tıbbi Patoloji A.D.
Dip. Tes. No: 76107
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. Figen ÖZTÜRK
Tıbbi Patoloji A.D. Başkanı
Dip. No: 86342 Dip. Tes. No: 47623
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri