

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
12.07.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin **GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.** kullanılmak üzere ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	POZİSYONLAMA PEDLERİ (1 Adet Üçgen Yastık prizmatik, 2 Adet bacak arası destek yastığı, 2 adet güçlü taban aşıl destek yastığı)	2 TAKIM	
	(ŞARTNAME EKTEDİR.)		
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANİNDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.		
G	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN		

	TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. (ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)		
I	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI'TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.		
K	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.		
L	İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.		
M	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.		
N	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALINACAKTIR.		
O	SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.		
P	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALINACAKTIR.		

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

'Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdareміzce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdareміzce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde 'Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)' durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.' Hususları belirtilmiştir.

İdareміzce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları,

Teklif mektuplarının en geç 23/07/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

GÜMÜŞ İYON KAPLAMALI HASTA ELEVASYON YASTIĞI 5'Lİ SET TEKNİK ŞARTNAMESİ
GÜMÜŞ İYON KAPLAMALI PU Hasta pozisyon pedi 5'li set şeklinde olmalıdır.

GÜMÜŞ İYON KAPLAMALI HASTA ELEVASYON YASTIĞI 5'Lİ SET'i Barkodu Olmadır.
Onaylı Kuruluş Tarafından Verilen Kalite ve Üretim Belgeleri Sunulmalıdır.
Set içeriğinde;

- 1 Adet Üçgen Yastık Prizmatik**
- 2 Adet Elips Bacak Arası Destek Yastığı**
- 2 Adet Güçlü Taban Aşıl Destek Yastığı**

GÜMÜŞ İYON KAPLI Üçgen Prizmatik Destek Yastığı Teknik Özellikleri

Prizmatik Üçgen Elevasyon Yastığı Açılırları 90,65,25 Derece Olmalıdır.
İstenilen Ölçülerinde prizmatik yapıda olmalıdır.
Dış Kılıf İle Muhafız Edilmiş Olmalıdır.
Dış Kılıf Özellikleri Aşağıda belirtilen Şekilde Olmalıdır.
Çökme Yapmayan Özel Dizayn "HARE" Materyal den Yapılmış Olmalıdır.
Yavaş Salınım Sayesinde Buruşmayı Önleyen Bir Katman Olmalıdır.
Çökme Olmaması İçin Flow Air Özellikleri Olmalıdır. Bu Özellik Numune Olarak Değerlendirilecektir.
Dansite Özelliği 32 olmalıdır. HARE den Üretilmiş Olmalıdır.
Üçgen Prizmatik Yastık Aynı Zamanda 3 Farklı Kullanım Amacına Uygun Olmalıdır.
30° ve 50° olarak kullanılabilir özellikte olmalıdır.
Ayak düşmesini engelleyici yapıda olmalıdır.
Diz altı kullanımına da uygun olmalıdır.
Onaylı Kuruluş Tarafından Verilen Kalite ve Üretim Belgeleri Sunulmalıdır.

GÜMÜŞ İYON KAPLI Elips Bacak Arası Destek Yastığı Teknik Özellikleri

İstenilen ölçülerde olmalıdır.
25Cm X 25cm Oluklu Olmalıdır.
Dış Kılıf İle Muhafız Edilmiş Olmalıdır.
Dış Kılıf Özellikleri Aşağıda belirtilen Şekilde Olmalıdır.
Çökme Yapmayan Özel Dizayn "HARE" Materyal den Yapılmış Olmalıdır.
Yavaş Salınım Sayesinde Buruşmayı Önleyen Bir Katman Olmalıdır.
Çökme Olmaması İçin Flow Air Özellikleri Olmalıdır. Bu Özellik Numune Olarak Değerlendirilecektir.
Dansite Özelliği 32 Olmalıdır. HARE dan Olmalıdır.
Bacak Arası ayak bileği ve dirsek el bileği olarak kullanılabilir özellikte olmalıdır.
Sürtünmeyi engelleyici yapıda olmalıdır.
Onaylı Kuruluş Tarafından Verilen Kalite ve Üretim Belgeleri Sunulmalıdır.

GÜMÜŞ İYON KAPLI Aşıl Destek Yastığı Teknik Özellikleri

İstenilen ölçülerde olmalıdır. CNC Özel Dizayn Olmalıdır.
Yastık kombine kullanım için Foot UP (ayak Düşmesini Engelleyici) için uygun olmalıdır.
Dış Kılıf İle Muhafız Edilmiş Olmalıdır.
Dış Kılıf Özellikleri Aşağıda belirtilen Şekilde Olmalıdır.
Çökme Yapmayan Özel Dizayn "HARE" Materyal den Yapılmış Olmalıdır.
Yavaş Salınım Sayesinde Buruşmayı Önleyen Bir Katman Olmalıdır.
Çökme Olmaması İçin Flow Air Özellikleri Olmalıdır. Bu Özellik Numune Olarak Değerlendirilecektir.
Dansite Özelliği 32 Olmalıdır. HARE dan Olmalıdır.
Yastık Aynı Zamanda 2 Farklı Kullanım Amacına Uygun Olmalıdır.
Aşıl ve dirsek el bileği olarak kullanılabilir özellikte olmalıdır.
Sürtünmeyi engelleyici yapıda olmalıdır.
Onaylı Kuruluş Tarafından Verilen Kalite ve Üretim Belgeleri Sunulmalıdır.

GÜMÜŞ İYON KAPLI KUMAŞ ÖZELLİĞİ

İnterlock kumaş sayesinde sıvı geçirmeyen özellikte olmalıdır.
Gümüş İyon Kaplı PU Materyal Frekans döküm sayesinde Sıvı geçirmeyen özellikte olmalıdır.
Kılıf Ürün Muhteviyatına uygun yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
Kılıf fermuarlı olmalıdır.
Kılıf çıkarılabilir özellikte olmalıdır.
Kılıf yıkanabilir özellikte olmalıdır.
Kılıf dezenfektanlarla temizlenebilir özellikte olmalıdır.
Kılıf anti bakteriyel özellikte olmalıdır.
Onaylı Kuruluş Tarafından Verilen Kalite ve Üretim Belgeleri Sunulmalıdır.

Öğr.Gör.Dr. N. Aytekin YETKİN
Dip. Tes. No: 155544 - Uzm. Tes. No: 121988
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri