

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
18.07.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TÜP BEBEK ÜNİTESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	EMBRİYOLOJİ IVF WORKSTATION (L-126) HEPA FİLTRESİ (H14 HEPA FİLTRE)	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **01/08/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya crudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

EMBRİYOLOJİ IVF WORKSTATION HEPA FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Filtre boyutları 1812 X 464 x 69 mm olmalıdır.
2. Filtre verimi 0.3 µm partiküllerde MPPS de en az %99,999 olmalıdır.
3. Filtre EN 1822 sınıflandırmasına göre H14 Sınıfında olmalıdır.
4. Filtrenin hava akışına basınç tepkisi minimum 125 Pa olmalıdır.
5. Teklif veren firma, teslimat sırasında, filtreye ilişkin Kalite Kontrol Sertifikasını da Kullanıcı birime teslim etmelidir.
6. Teklif veren firma, teslimat sonrasında, filtreyi değiştirmeli, filtre etkinliğinin tespitine yönelik olarak ölçüm yapabilmeli, yapacağı bu ölçümde değişimi yapılan filtrenin Class 3 standardında olduğunu gösterir raporu bölüme ayrıca ibraz etmelidir.
7. Teklif veren firma üretici firmadan almış olduğu tek yetkili distribütörlük belgesini Apostille onaylı olarak teklifi ile birlikte ibraz etmelidir.
8. Teklif veren firma, üretici firmanın İmalatçılık Sertifikasını Apostille onaylı olarak teklifi ile birlikte ibraz etmelidir.
9. Teklif veren firma filtrelerin değişimlerini yaptıktan sonra partikül ölçümü yapmalı ve Sağlık Bakanlığı' nın onaylı akredite raporunu vermelidir.
10. Sağlık Bakanlığı' nın onayladığı akredite rapor, üstlenici firma tarafından altı ayda bir olmak üzere, yılda iki defa ücretsiz olarak verilecektir.
11. Tüm bu idari şartlar, bu teknik şartnamenin ayrılmaz bir parçası olup, teklif veren firmaların gerekli belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

Prof. Dr. İpek MÜDERRİS.
Kadın Hast. ve Doğum AD.
Dip. No: 7610
İht. Dip. No: 33039 / 62662

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ÜLGER
Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 179847-193413
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri