

NOT: Teklif mektuplarının en geç **01/08/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **crudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

Sedye Teknik Şartnamesi

1. Sedyenin gövdesi metal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Sedyenin yatak platformu metal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Sedyenin sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanabilir olmalıdır.
4. Sedyenin her iki yanında metal, krom-nikel kaplı, açılıp kapanabilen korkuluklar olmalıdır.
5. Sedyenin yatak platformu sünger üzeri polyester kaplı şilte bulunmalıdır.
6. Sedyenin üst platformu ana gövdeden ayrılabilir olmalıdır.
7. Sedyenin alt kısmında malzeme taşıma rafı olmalıdır.
8. Sedyenin alt kısmında tüp taşıma aparatı bulunmalıdır.
9. Sedyede bir adet serum asma aparatı olmalı ve bu askı sedyenin başucunda her iki yana takılabilir olmalıdır.
10. Sedyede 360° dönebilen 125mm çapında dört adet tekerlek olmalı, tekerleklerin ikisi fren tertibatlı olmalıdır.
11. Sedyenin tüm metal aksamı elektrostatik toz boya ile kaplanmış olmalıdır.
12. Sedyenin dış ölçüleri en az 660*2130mm olmalıdır.
13. Sedyenin yüksekliği en fazla 850 mm olmalıdır.
14. Sedyenin korkuluk yüksekliği 200 mm olmalıdır.
15. Sedyenin güvenli çalışma yükü en az 120 kg olmalıdır.
16. Sedyenin taşıma kapasitesi en az 240 kg olmalıdır.
17. Sedyede üzerine monte edilmiş emniyet kemeri olmalıdır.
18. Sedyenin yatak platformu 540*1770 mm olmalıdır.
19. Ürünün ISO 45001-2016 ve ISO 13485-2016 belgesi olmalıdır.
20. Ürünün TSE belgesi olmalıdır.

ERÜ SAĞLIK UYGUNLUĞU ARAŞTIRMA MERKEZİ
MUSTAFA ELEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.
1703

Prof. Dr. Mevride İNANÇ
Hastalıklar ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı
Diy. Mes. No: 116005
Tıbbi Onkoloji Hastaneleri