

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
09.08.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi DEMİRBAŞ DEPO (ACİL TIP SERVİS) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	OKSİJEN TÜPÜ (5 LT)	16 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **27/08/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

5 LT OKSİJEN TÜPÜ ŞARTNAMESİ

1-KONU: ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından alımı yapılacak olan 5 (LT) oksijen tüplerine ait teknik şartnamedir.

2.TEKNİK ÖZELLİKLER

2-1. Bu teknik şartname kapsamındaki 5LT Çelik tüpler ISO 9809-1 2019 AB Standartlarına uygun olacaktır. ISO 9809-1'e (standardı), ADR'ye (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa  Anlaşması), göre uygun işaretli olarak üretilmiş olacaktır.

Dikişsiz Çelik Gaz Silindirleri özelliklerini, konu alır.

2-2 Tüpler 34 CRM04 çelikten üretilmiş olacaktır.

2-3 Tüpler konkav kendinde ayaklı olacaktır.

2-4 Oksijen tüpleri standartlarda belirtilen renkte olacaktır.

2-5 Tüpler imalat tarihi son 1 yıla ait olacaktır. Eski tarihi tüpler kabul edilmeyecektir.

2-6 Tüplerin işletme basıncı 200 bar ve deneyi basınçları 300 bar olacaktır.

2-7 Tüpler "pi" li olacaktır.

2-8 Tüpler boyalı ve boş olarak teslim edilecektir.

2.9 Tüp imalatçısı firma tüpe ait test sertifikalarını tüp ile birlikte dosya halinde teslim edecektir.

2-10 5 LT tüpler 4.90- 5.50 LT olacaktır.

Abdurrahim NAR
Makina Teknikeri
41825
ERÜ SAĞLIK UYGULAMA MERKEZİ

Prof. Dr. Nurullah GÜNAY
Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Tescil No: 80487
E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğr. Gör. Dr. Yusuf Erteğül ASLAN
Acil Tıp Anabilim Dalı
Dip.Tes.No: 170977
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Selim ÇONA
Tekniker
Sicil No: B42065