

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ  
09.08.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **DEMİRBAŞ DEPO ( ACİL TIP SERVİS )** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.  
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım **DEMİRTAŞ**  
Döner Sermaye İşletme Müd.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ                                                                                                                             | Miktarı        | Birim fiyatı |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1    | <b>TEKLİ OKSİJEN FLOWMETRESİ ( UZUN JAKLI )</b>                                                                                              | <b>80 ADET</b> |              |
|      |                                                                                                                                              |                |              |
|      |                                                                                                                                              |                |              |
|      |                                                                                                                                              |                |              |
|      |                                                                                                                                              |                |              |
|      |                                                                                                                                              |                |              |
|      |                                                                                                                                              |                |              |
|      |                                                                                                                                              |                |              |
|      |                                                                                                                                              |                |              |
|      |                                                                                                                                              |                |              |
|      | <b>TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA</b>                                                                                                            |                |              |
|      |                                                                                                                                              |                |              |
|      |                                                                                                                                              |                |              |
|      |                                                                                                                                              |                |              |
| B    | ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                             |                |              |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                |                |              |
| D    | TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.                                                                    |                |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI                                                                                   |                |              |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI                                                                             |                |              |
| G    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.      |                |              |
| H    | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR |                |              |
| I    | FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR                                    |                |              |
| J    | FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR             |                |              |

NOT: Teklif mektuplarının en geç 27/08/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya [erudsim@erciyes.edu.tr](mailto:erudsim@erciyes.edu.tr) adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

## TEKLİ OKSİJEN FLOWMETRESİ(UZUN JAKLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Merkezi medikal oksijen sisteminden hastaya tedavi ve tedavi amaçlı oksijen verebilmek için oksijen flowmetresine ihtiyaç vardır. Oksijen flowmetresi birim fiyatına nemlendirme şişesi ve nakliye dahildir. Oksijen flowmetresinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

- 1-) Oksijen Flowmetre akış skalası 0-15 lpm aralığında ve 1 lpm artışı olacaktır.
- 2-) Flowmetre 4 Bar basınçta çalışabilir olmalıdır.
- 3-) Skala Tüpü ve Koruma camı kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 4-) Gövde Pirinç malzemeden mamul krom kaplı olmalıdır.
- 5-) Firma ismi ve gaz ismi kalıcı bir şekilde yazılmış olmalıdır.
- 6-) Flowmetre Ayar volanı pirinç malzemeden mamul krom kaplı olmalıdır. Ayar volanı üzerinde açma-kapama yönü gösterilmeli ve firma-gaz cinsi kalıcı şekilde belirtilmelidir.
- 7-) Nemlendirme şişesi kırılmaz polikarbon malzemeden üretilmiş olacaktır.
- 8-) Nemlendirme şişesi kabının su seviyesinin maksimum ve minimum değerleri belirtilmelidir.
- 9-) Nemlendirme şişesi otoklavda steril edilebilir olmalıdır. 134 c de yapılabilir.
- 10-) Nemlendirme şişe kapağı ABS türevi LGH100 malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 11-) Nemlendirme şişesi içinde difüzör olmalıdır.
- 12-) Difüzör şeffaf silikon hortuma bağlanmalıdır.
- 13-) Oksijeni nemlendirme şişesinin içinde homojen eşit dağıtması için difüzör olması gerekmektedir.
- 14-) Üzerine BS standardına uyumlu direk bağlantılı abone fişi (uzun jaklı) monteli olmalıdır.
- 15-) Oksijen Flowmetresi probunun uç noktası ile gövdeye bağlantı arasındaki mesafe en az 80 mm 'nin altında olmamalıdır.
- 16-) Flowmetre gövdesinin çapı en az 30 mm olmalıdır.
- 17-) Nemlendirme şişesi ile flowmetre arası bağlantı vidalı olmalıdır ve elle sökülüp takılabilmelidir.
- 18-) Mevcut merkezi medikal gaz sistemine uyumlu olmalıdır.
- 19-) Flowmetreye 2 yıl garanti verilmelidir. 2 yıl garanti bitiminden başlamak üzere 5 yıl bedeli mukabilinde yedek parça garantisi verilmelidir.
- 20-) İmalatçı firmalar ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2012 kalite belgeli olmalıdır.
- 21-) İmalatçı firmalar CE kalite belgeli olmalıdır.
- 22-) İmalatçı firmaların TSE Hizmet Yeterlilik belgeli olmalıdır.

Selim ÇONA  
Tekniker  
Sicil No: B42065

Prof. Dr. Nurullah GÜNEY  
Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı  
Tescil No: 80487  
E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğr. Gör. Dr. Yusuf Ertuğrul ASLAN  
Acil Tıp Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 170977  
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Abdurrabim NAR  
Makina Teknikeri  
TSE 1525  
ERÜ SAĞLIK UYGULAMA MERKEZİ