

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ  
09.08.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi DEMİRBAŞ DEPO ( ACİL TIP SERVİS ) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.  
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ  
Döner Sermaye İşletme Müd.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ                                                                                                                             | Miktarı | Birim fiyatı |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1    | VAKUM REGÜLATÖRÜ ALIMI                                                                                                                       | 80 ADET |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      | TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA                                                                                                                   |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
|      |                                                                                                                                              |         |              |
| B    | ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                             |         |              |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                |         |              |
| D    | TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.                                                                    |         |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI                                                                                   |         |              |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI                                                                             |         |              |
| G    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.      |         |              |
| H    | ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR |         |              |
| I    | FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİLERDİR                                     |         |              |
| J    | FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR             |         |              |

NOT: Teklif mektuplarının en geç **27/08/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **crudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

## VAKUM REGÜLATÖRÜ ŞARTNAMESİ

Merkezi medikal vakum sistemine bağlantı yapılarak özellikle cerrahi işlem vb. uygulanan hastaların tedavi sürecinde oluşan sıvıların emişi yapıp vakum kavanozlarında toplanması için için vakum regülatörüne ihtiyaç vardır. Vakum regülatörü birim fiyatına manometre, jak, ve nakliye dahildir. Hassas ayarlı yetişkin tip vakum regülatörünün teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Ayarlanan vakum seviyesinde kalabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Vakum Regülatörü istenildiği ayara ayarlanabilmeli ve üzerinde On-Off butonu olmalıdır. Butonlar on kısmı yeşil renkli, off tarafı ise kırmızı renkli olmalıdır.
- Regülatör Ayar volanı metal malzemeden mamul boya kaplı olmalıdır. Ayar volanı üzerinde açma-kapama yönü gösterilmeli ve firma-gaz cinsi kalıcı şekilde belirtilmelidir.
- Manometreli ve regülatörlü olmalıdır.
- 0-760 mmHg aralığında vakum'a regüle edilebilir olmalıdır.
- Açma-Kapama vana mantığı ile çalışan regülatörler kabul edilmeyecektir. Akış değerinde değişiklik olmadan vakum seviyesini ayarlayabilme özelliği olmalıdır.
- Hassas Ayar gerektiren bölümlerde kullanılabilir olmalıdır.
- Firma ismi ve gaz ismi kalıcı bir şekilde yazılmış olacaktır.
- Vakum regülatörü gövdesi krom kaplı metal malzemeden imal diyaframalı olmalıdır. Gövde çapı en az 48 mm 'nin altında olmamalıdır.
- Üzerine BS standardına uyumlu abone fişi monteli olacaktır.
- Vakum Regülatörü probunun uç noktası ile gövdeye bağlantı arasındaki mesafe 70 mm 'nin altında olmamalıdır.
- Vakum Regülatörü manometresi metal olmalı ve çapı 50 mm nin altında olmalıdır.
- Vakum Regülatörü çıkışı pirinç malzemeden mamul krom kaplı ve hortum bağlantılı, konik olmalıdır.
- Mevcut merkezi medikal gaz sistemine uyumlu olmalıdır.
- Manometre içerisinde üretici firma markası yazmalıdır. Vakum regülatörü ile manometre aynı marka olmalıdır.
- Vakum Regülatörü 2 yıl garanti verilmelidir. 2 yıl garanti bitiminden başlamak üzere 5 yıl bedeli mukabilinde yedek parça garantisi verilmelidir.
- İmalatçı ve Satıcı firmalar ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2012 kalite belgeli olmalıdır.
- İmalatçı ve Satıcı firmalar CE kalite belgeli olmalıdır.
- İmalatçı ve Satıcı firmaların TSE Hizmet Yeterlilik belgeli olmalıdır.

Selim ÇONA  
Tekniker  
Sicil No: B42065

Prof. Dr. Murullah GÜRAY  
Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı  
Tic. Sic. No: 80487  
E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğr. Gör. Dr. Yusuf Ertuğrul ASLAN  
Acil Tıp Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 170977  
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Abdurrahim NAR  
Makina Teknikeri  
Tic. Sic. No: 41525  
ERÜ SAĞLIK UYGULAMA MERKEZİ