

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : 8447197-934-01-
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
15/08/2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizde Kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
İşletme Müdürü

ÜROLOJİ AD. 2 KALEM YAKLAŞIK MALİYETİ					
Sıra No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	DİSPOSABLE ,FLEKSİBLE ÜRETERORENESKOP	ADET	50		
2	TEK KULLANIMLIK FLEKSİBLE SİSTESKOP	ADET	50		

KAŞE - İMZA

	TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR.			
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.			
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.			
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.			
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.			
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.			
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.			

G	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.			
H	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.			
I	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.			
İ	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.			

NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anılan Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunulması

Teklif mektuplarının en geç 29/08/2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.

DİSPOSABLE, FLEKSİBLE SİSTOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

Disposable Fleksible Sistoskop, mesane ve mesane duvarları, üretra, sfinkter ve prostadın görüntülemesi, biyopsi alınması ve ihtiyaç duyulduğunda negatif basınç yardımıyla mesanedeki taşın tahliye edilmesi için tasarlanmış olmalıdır.

1. Disposable Fleksible Sistoskop ve çok kullanımlık LCD Görüntüleme Monitöründen oluşmalıdır.
2. Disposable Fleksible Sistoskop dış çapı: Yetişkin hastalar için 5.2mm ve 4.0mm, Pediatrik hastalar için 3.2mm olmalıdır. Teklif veren firma bu çapların hepsini ürün gamında bulundurmalı, kullanıcı hekim isteğine göre teslimat yapmalıdır.

Disposable Fleksible Sistoskop:

3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Görüş alanı 120° olmalıdır.
5. Görüş açısı 0° olmalıdır.
6. Mesanenin tüm duvarlarının rahatlıkla muayene edilebilmesi için aç mekanizması sayesinde distal uçta elde edilen defleksiyon yukarı doğru en az 210°, aşağı doğru en az 210° olmalıdır.
7. Çalışma uzunluğu en fazla 35cm olmalıdır.
8. Çalışma kanalı bulunmalıdır. Kanal çapı, 5.2mm modeller için en az 2.2mm, 4.0mm modeller için en az 2.0mm ve 3.2mm modeller için en az 1.2mm kalınlığında olmalıdır.
9. Cihazın aspirasyon butonu bulunmalıdır.
10. İrigasyon için luer pört bulunmalıdır. Kullanım kolaylığı açısından port elceğin sol tarafında yer almalıdır.
11. Elcek kısmında en az 2 adet fonksiyonel buton bulunmalıdır.
12. Skopun her hangi bir zaman kısıtlaması olmamalıdır.
13. Otomatik ışık ayarı bulunmalıdır, parlama meydana geldiği zaman kendi ışığını otomatik olarak kısabilmelidir.
14. Chip-on-tip teknolojisi sayesinde distalde CMOS kamerası olmalı ve peteksi olmayan, dijital görüntü sağlamalıdır.
15. Doğrudan görüntüleme ünitesine bağlanabilmelidir.
16. Disposable Flexible Sistoskop beraberinde verilecek LCD Görüntüleme Monitörü ve kullanıcı hekimin tercihi doğrultusunda aynı marka görüntüyü doğrudan hastane endovizyonuna taşıyan monitörsüz prosesör ile tam uyumlu olmalıdır.

LCD Görüntüleme Monitörü 15.6”:

17. Disposable Flexible Sistoskop ile tam uyumlu olmalıdır.
18. Ekran boyutu 15.6” olmalıdır.

19. Ekran çözünürlüğü en az 1920 x 1080 piksel olmalıdır.
20. En az bir adet HDMI, DVI ve SDI çıkışı bulunmalıdır. Bu çıkış sayesinde hastanede bulunan mevcut endovizyon sisteminin monitörüne bağlanabilmelidir.
21. Renkli TFT LCD dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.
22. LED seviyesi / keskinlik / renk tonu / kontrast gibi görüntü ayarları bulunmalıdır.
23. Çift ekran destekli olmalı ve rotasyon özelliği bulunmalıdır.
24. En az 3 farklı görüntü formatı sunabilmelidir. (Kare, Daire vb.)
25. Menüsü İngilizce dahil olmak üzere çoklu dil destekli olmalıdır. Bu sayede tüm kullanıcılar için kullanım kolaylığı sağlamalıdır.
26. Hafıza / Veri transferi yapılabilmelidir. Bu transfer için monitör üzerinde USB portu bulunmalıdır.
27. Cihazın dahili en az 64 GB (işletim sistemi dahil) hafızası olmalıdır. Dilendiği zaman taşınabilir bellek takılarak bu hafıza arttırılabilmelidir.
28. Resim çekme ve Video kaydı yapabilmelidir.
29. Resimler için format JPG, videolar için format MP4 olmalıdır.
30. Skop butonlarına; White Balance, Zoom, Görüntü Alma, Video Kaydetme, Görüntüyü Dondurma ve görüntüyü tekrar aktif hale getirme özellikleri atanabilmelidir.
31. Şarj edilebilir lityum batarya kapasitesi en az 9500 mAh olmalıdır.
32. Batarya ile 5 saate kadar çalışabilmelidir.
33. Kolay taşınabilmesi ve ihtiyaç duyulan klinikte kullanılabilmesi için ağırlığı en fazla 2.7 Kg (± 0.05 Kg) olmalıdır.
34. Monitör ölçüleri 386.4 (yükseklik) x 253.6 (genişlik) x 38.5 (derinlik) mm olmalıdır.
35. AC 100-240V 50/60Hz şehir cereyanında çalışmalıdır.
36. Video çıkış kapasitesi HDMI ve DVI aracılığıyla en az 1920 x 1080 piksel çözünürlükte olmalıdır.

LCD Görüntüleme Monitörü 8”:

37. Disposable Flexible Sistoskop ile tam uyumlu olmalıdır.
38. Hafıza / veri transferi cihazda bulunan USB portu üzerinden yapılabilmelidir.
39. USB üzerinden resim ve video kaydı yapılabilmelidir. Cihazın kendisinin en az 16GB hafızası bulunmalıdır.
40. White Balance, Görüntü Dondurma, Resim ve Video Kaydı gibi seçimler için menü butonları bulunmalıdır.
41. HDMI çıkışından 1920*1080 piksele kadar görüntü aktarabilmelidir.
42. Lityum pilleri ile 4 saate kadar kullanım sağlamalıdır.
43. Pil kapasitesi >6400 mAh olmalıdır.

Görüntüleme Ünitesi (Prosesör):

44. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğü olmalıdır.
45. Disposable Flexible Sistoskop ile tam uyumlu olmalıdır.
46. Dokunmatik ekran olmalıdır.
47. Görüntü ve video kaydı için USB portu bulunmalıdır.
48. Görüntü formatı 16:9 olmalıdır.
49. 0-7 arasında 8 adet parlaklık kontrol seviyesi bulunmalıdır.
50. FAT32 formatında dahili hafıza kartı bulunmalıdır.
51. İngilizce dahil çoklu dil desteği bulunmalıdır.
52. Ağırlığı azami 3.6 kg (+/- %10) olmalıdır.
53. Ölçüleri 377 x 281 x 82 mm olmalıdır.
54. Her 10 adet Disposable Flexible Sistoskop için, kullanıcı hekimin tercihinine göre; yukarıdaki özelliklere sahip 1 adet LCD Görüntüleme Monitörü 8" veya 1 adet LCD Görüntüleme Monitörü 8" veya 1 adet Görüntüleme Ünitesi (prosesör), ve tamamlayıcı aksesuarları (aynı anda 4 adet skop taşıyabilecek, taşıma sepeti olan ve hareket ettirilebilen (mobil), orijinal monitörü ile uyumlu ve aynı marka troley ve ilgili güç ve görüntü aktarım kabloları), mülkiyeti tedarikçi firmada kalmak koşulu ile ürünler bitene kadar sağlık tesisine kullanım amaçlı bırakılmalıdır.
55. Cihaz ile hastanemizde demonstrasyon yapılacak; katalog ve teknik şartnameye uygunluk beyanı ile birlikte uygunluk değerlendirmesine tabi tutulacaktır.
56. Teklif sahibi firmanın TS 12426, TS 13703 ve TS 13011 standartlarında Hizmet Yeterlilik Belgesi olacaktır.

Doç. Dr. Numan BAYDİLLİ
Üroloji ABD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Halil TOSUN
Üroloji ABD Öğretim Üyesi

DİSPOSABLE, FLEKSİBLE ÜRETERORENOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İdrar yolundan böbreklere girilerek böbrek içindeki taşların holmium lazer ile parçalanması ve taşların çok küçük parçalara ayrılarak, taşların temizlenmesi ve bu aşamada görüntüleme işlemleri için tasarlanmış olmalıdır.

1. Teklif edilen Set; Disposable Fleksible Üreterorenoskop, çok kullanımlık Prosesör, Negatif Basınç Özelliğine sahip Girişim Kılıfından oluşmalıdır.
2. 100 Adet Disposable URS alımı karşılığında kliniğimizin kullanıma bir adet ince holep seti kullanıma bırakılacaktır. İnce holep seti 19/22 rezektoskop setleriyle kullanıma uygun olmalıdır.

Disposable Fleksible Üreterorenoskop:

3. Disposable Fleksible Üreterorenoskop dış çapı en fazla 6.3 Fr olmalıdır.
4. Disposable Üreterorenoskop, optimize edilmiş görüntüleme teknolojisine sahip olmalı, 1080p çözünürlüğe uç kısmında bulunan 160K CMOS sensör çipi sayesinde ulaşmalıdır.
5. Disposable Üreteroneskop 1:1 tork oranına sahip olmalıdır.
6. Tek kullanımlık olmalıdır.
7. Defleksiyon yapılan kısmı tıbbi sınıf paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve bu husus orijinal katalogda belgelendirilmelidir.
8. Pozitif defleksiyon mekanizmalı olmalıdır. Açık mekanizması sayesinde distal uçta elde edilen defleksiyon yukarı doğru 285°, aşağı doğru 285° olmalıdır. Özellikle alt kalikslerdeki defleksiyon kabiliyeti yüksek olmalıdır.
9. Disposable Üreteroneskop, uç kısmındaki kazara lazer hasarını en aza indirmek için medikal kurşun uçlu tasarıma sahip olmalı ve bu husus orijinal katalogda gösterilmelidir.
10. Görüş alanı en az 120° olmalıdır.
11. Görüş açısı 0° olmalıdır.
12. Çalışma uzunluğu basket kateterle verimli çalışma aralığı meydana getirmesi açısından en fazla 65cm olmalıdır.
13. Çalışma kanalı bulunmalıdır. Kanal çapı 3.6 Fr. olmalıdır.
14. Vaka esnasında kullanıcı hekimin sterilliğini bozmadan ayar geçişleri yapabilmesi için Elçek kısmında en az 2 adet fonksiyonel buton bulunmalıdır.
15. Skopun herhangi bir zaman kısıtlaması olmamalıdır.
16. Otomatik ışık ayarı bulunmalıdır, parlama meydana geldiği zaman kendi ışığını otomatik olarak kısabilmelidir.
17. Chip-on-tip teknolojisine sayesinde distalde CMOS kamerası olmalı ve peteksi olmayan, dijital görüntü sağlamalıdır.
18. Doğrudan görüntüleme ünitesine bağlanabilmelidir.

19. Teklif edilecek her 25 adet skop için 1 Adet Negatif basınçla emme-tahliye özelliğine sahip 10-12 Fr. 46 cm Access (Girişim) kılıfı teslim edilecektir.
20. Teklif edilen Disposable Fleksible Üreterorenoskop ameliyathanede kullanılan Prosesörde çalışmalı ve tam uyumlu olmalıdır. Uyumlu olmayan firmalar hastanenin talep ettiği kadar prosesör'ü (Görüntüleme Ünitesi) mülkiyeti tedarikçi firmada kalmak koşuluyla hastanenin kullanımına bırakacak ve 3 ayda bir periyodik olarak bakımını yapacaktır.
21. Hastanenin kullanımına bırakılacak prosesör aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:
- Prosesör:**
1. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğü olmalıdır.
 2. Disposable Flexible Bronkoskop ile tam uyumlu olmalıdır.
 3. Dokunmatik ekran olmalıdır.
 4. Görüntü ve video kaydı için USB portu bulunmalıdır.
 5. Görüntü formatı 16:9 olmalıdır.
 6. 0-7 arasında 8 adet parlaklık kontrol seviyesi bulunmalıdır.
 7. FAT32 formatında dahili hafıza kartı bulunmalıdır.
 8. İngilizce dahil çoklu dil desteği bulunmalıdır.
 9. Ağırlığı azami 3.6 kg (+/- %10) olmalıdır.
 10. Ölçüleri 377 x 281 x 82 mm olmalıdır.
 11. Cihaz ile hastanemizde demonstrasyon yapılacak; katalog ve teknik şartnameye uygunluk beyanı ile birlikte uygunluk değerlendirmesine tabi tutulacaktır.
 12. Teklif sahibi firmanın TS 12426, TS 13703 ve TS 13011 standartlarında Hizmet Yeterlilik Belgesi olacaktır.

Doç. Dr. Numan BAYDİLLİ
Üroloji ABD Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Halil TOSUN
Üroloji ABD Öğretim Üyesi