

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
22.08.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin MERKEZ BAKTERİYOLOJİ LAB. Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1.	10 KALEM KİMYASAL SARF MALZEME ALIMI		
2.			
3.			
4.			
	MALZEME LİSTESİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.		
G	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C.		

	BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. (ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)		
I	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI'TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.		
K	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.		
L	İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.		
M	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.		
N	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		
O	SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.		
P	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

'Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde 'Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)' durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.' Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları,

Teklif mektuplarının en geç 27/08/2024 günü 17.00 e kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

_ MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

1	150.03.04.02.21.01.001			Steril Petri Kutusu	2,5	ADET	30000		
2	150.03.03.01.99.02.002			Koyun kanlı agar(hazır besiyeri)	2,5	ADET	22000		
3	150.03.02.99.05.07.009			Çikolata agar(hazır besiyeri)	2,5	ADET	1500		
4	150.03.02.99.05.07.165			VRE için kromojenik agar	2,5	ADET	400		
5	150.03.02.99.05.07.169			KPC için kromojenik agar	2,5	ADET	400		
6	150.03.02.99.05.07.005			Basitrasinli çikolata agar (hazır besiyeri)	2,5	ADET	1500		
7	150.03.03.01.99.02.010			Mueller Hinton Agar Defibrine At Kanı Ve B-Nad (Mhf) Plağı	2,5	ADET	400		
8	150.03.02.99.05.07.139			Kristal viyole	2,5	LITRE	4		
9	150.03.02.99.05.07.140			Iyodin(LugolL	2,5	LITRE	4		
10	150.03.02.99.05.07.141			Sulu fuksin(safranin)	2,5	LITRE	6		

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ
Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail:tfh@erciyes.edu.tr

Dök. Kodu: MC.FR.01

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev. No: 08

Rev. Tarih: Mayıs 2022

SIRA NO: 1 ; PLASTİK PETRİ KUTUSU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1-Tek kullanımlık ve plastikden mamül olmalıdır
- 2-90 mmçapında olmalıdır
- 3-20 lik paket halinde şeffaf vedayanıklı poşetle ile paketlenmiş olmalıdır.
- 4-Steril olarak teslim edilmeli ve paketlerin üzerinde hangi yöntemle steril edildiği yazılı olmalıdır.
- 5-Besiyerinin dökülmesini kolaylaştırmak için petriler üst üste konulduğunda dengeli ve düzgün olmalıdır
- 6- Petrilerin kapaklarının ne çok sıkı nede çok gevşek olmalıdır
- 7-Paketlerin konduğu mukavva kutular dayanıklı sert mukavvadandır mamul olmalı kutuların taşınması sırasında içerik zarar görmemelidir
- 8- Seçim aşamasında örnekler laboratuvarımızda kullanan teknisyen tarafından değerlendirilecektir.

SIRA NO: 2-7 ; KULLANIMA HAZIR BESİYERLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

- 1- Mikrobiyolojik kültür işlemlerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
- 2- Besiyerleri 90 mm'lik bölmesiz plastik petrilerde kullanıma hazır olmalıdır.
- 3- Her ambalajın üzerinde besiyerinin son kullanma tarihi, üretim lot numarası, besiyerinin adı silinmeyecek ve kazınmayacak şekilde yazılmalıdır.
- 4- Üretici firma CE belgesine sahip olmalıdır.
- 5- Her 10,20 veya daha fazla petri, steriliteyi koruyucu poşet ile kapatılmış ve ambalajlanmış olmalıdır.
- 6- İstenilen besiyerleri tüketilemediği durumlarda firma yenileri ile değiştirmelidir.
- 7- Teslim edilecek besiyerleri en az iki ay mialtı olmalıdır; aksi halde kabul edilmeyecektir.
- 8- Talep edilen besiyerleri en geç 25 iş günü içerisinde teslim edilmelidir. (ayda en az 2 kere besiyeri sipariş talebi alınmalı). Besiyeri teslimatında yaşanacak aksamalarda yüklenici firma laboratuvarın iş akışını aksatmayacak şekilde besiyeri temin etmekle yükümlüdür.
- 9- Besiyerleri steril olmalıdır. Sterilitesi bozulmuş (kontaminasyon) veya zarar görmüş besiyerlerini firma yenileri ile değiştirmelidir.
- 10- Bu kısma teklif veren tüm firmalar, tüm besiyerleri için laboratuvara örnek besiyeri getirmelidir. Bu numunelerin her birinin lot numarası için hazırlanmış kalite kontrol sertifikalarını teslim etmelidir. Bu numuneler laboratuvarımızda bulunan standart kalite kontrol suşları ile test edilecektir. Muayene sonucu kabul edilebilir sınırlarda çıkan numuneler kabul edilerek onaylanacaktır.

Prof. Dr. M. Z. ATALAY
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Doç. Dr. Pınar SAGIROĞLU
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. No: 1045/131210
E.U. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

11- İhale süresi boyunca madde 10 'da belirtilen muayene ve kalite kontrol işlemleri laboratuvar sorumlusunun gerek gördüğü durumlarda tekrar edilecektir. Uygunsuz durum söz konusu olduğunda yüklenici firma laboratuvarın iş akışını aksatmayacak şekilde uygun besiyerlerini getirmekle yükümlüdür.

12- Yüklenici firma 1-14 no'lu kalemlerde bulunan hazır besiyerlerinin temininde problem yaşaması durumunda laboratuvarın rutin işleyişini sürdürmek adına manuel besiyeri dökümünde kullanılacak 1 adet 0-50 mL, 2 adet 0-25 mL, 1 adet 0-5mL şişe tipi 121°C (2 bar basınç altında) derecede tamamen otoklavlanabilir dağıtıcıyı (şişe tipi dispenser) temin etmelidir. Dağıtıcının markası laboratuvar tarafından belirlenecektir.

13- Yüklenici firma kültür ekim işlemlerinde kullanılmak üzere 3 adet elektrikli beki (mikro insineratör) temin etmelidir.

ÖZEL ŞARTLAR

SIRA NO: 2; Koyun kanlı agar besiyeri

1- % 5 defibrine koyun kanı içermelidir.

SIRA NO: 3; Çikolata Agar besiyeri

1- Besiyeri, zor üreyen (fastidious) organizmaları (*H.influenzae*, *N.gonorrhoeae*, *N.meningitidis* *S.pneumoniae*) bilimsel olarak tanımlanabilecek nitelikte üretebilmelidir.

2- Faktör X (Hemin) ve V (NAD), B 12, tiyamin gibi vitaminler, sistein glutamin gibi amino asitleri içermelidir

SIRA NO: 6; Basitrasinli Çikolata agar besiyeri

1- *Haemophilus* için seçici besiyeri içerisinde X ve V faktör, B 12 , tiyamin gibi vitaminler, sistein glutamin gibi aminoasitleri içermeli ve normal boğaz florasını inhibe edecek basitrasin bulunmalı, besiyeri ATCC kökenlerini istenilen kalitede üretebilmeli ve flora içeren örneklerden *H.influenzae*'yi izole edebilmelidir.

SIRA NO: 7; Mueller Hinton Agar Defibrine At Kanı Ve B-Nad (Mhf) Plağı besiyeri

1- Plaklar Mueller Hinton agar, %5±0,5 (yüzde beş artı eksi sıfır virgül beş) defibrine at kanı ve 20±0,5 (yirmi artı eksi sıfır virgül beş) mg/lb-NAD agar içermelidir.

2- Plakların içindeki besiyerlerinin kalınlığı 4±0,5 (dört artı eksi sıfır virgül beş) mm olmalıdır.

3- Besiyeri performansı EUCAST ve CLSI tarafından tanımlanan kalite kontrol suşları kullanılarak değerlendirildiğinde sonuçlar beklenen değerlerde çıkmalıdır. Aksi durumda firma besiyerini yenisi ile değiştirmelidir.

4- *Streptococcus pneumoniae*, Grup A, B, C ve G streptokok, viridans grubu Streptokoklar, *Haemophilus türleri*, *Moraxella catarrhalis*, *Listeria monocytogenes*, *Pasteurella multocida*, *Campylobacter jejuni* ve *Campylobacter coli* gibi güç üreyen mikroorganizmaların antimikrobiyal duyarlılık testlerini çalışmaya uygun olmalıdır.

SIRA NO: 4; VRE için hazır kromojenik besiyeri

1- Rektal sürüntü gibi karışık örneklerden enterokok izolasyonu için kullanılabilir.

2- Besiyeri alfa-glukozidaz, beta-galaktozidaz ve 6–8 mikrogram/mL vankomisin içermelidir.

3- Enterococcus faecalis ve E.faecium dışındaki enterokokları ve barsak flora bakterilerini inhibe edebilmelidir.

4- Vankomisine dirençli Enterococcus türleri farklı renkte koloni oluşturmali ve renk farkı kolayca ayırt edilebilmelidir (pembe-mavi gibi). Eskülin hidrolizi esasına dayanan ve siyah koloni oluşturan klasik seçici besi yerleri kabul edilmeyecektir.

SIRA NO: 5; KPC için hazır kromojenik besiyeri İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Rektal sürüntü gibi karışık örneklerden karbapeneme dirençli Klebsiella izolasyonu için kullanılabilir.
- 2- Diğer flora bakterilerini inhibe edebilmelidir.
- 3- Karbapeneme dirençli Klebsiella türleri farklı renkte koloni oluşturmali ve renk farki kolayca ayirt edilebilmelidir (pembe-mavi gibi).

SIRA NO:8-9-10 ; GRAM BOYAMA SETİ (KRİSTAL VİOLE, LUGO, SULU FUKSİN) İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Her boya kiti (seti veya paketi) kristal viyole, lugol ve fuksin (safranin) boyalarını ve dekolorizasyon sıvısını içermelidir, hepsi aynı üreticiye ait olmalıdır.
- 2- Boyaların her biri en az 500 mL'lik saklama kapları içinde olmalı, üzerinde üretim tarihi, lot numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır
- 3- Set içindeki boyalar kullanıma hazır solüsyonlar halinde olmalı ve laboratuvar kullanımında ek hazırlama işlemi gerektirmemelidir.
- 4- Lugol çözeltisi PVP ile stabilize olmalıdır.
- 5- Kullanım süresi teslim tarihinde itibaren en az bir yıl olmalıdır. Teslimat laboratuvarın belirteceği zamanlarda firma tarafından yapılacaktır.
- 6- Sağlık Bakanlığının ürüne vermiş olduğu UBB kaydı olmalıdır.
- 7- Gram boyama cihazı setlerle birlikte temin edilmelidir
- 8- Gram boyaları püskürtme yöntemi ile çalışan otomatik gram boyama cihazları ile kullanılmaya uygun olmalı ve bu uygunluk kit prospektüsünde belgelenmelidir.
- 9- Gram boyama cihazının yedek malzemeleri mutlaka laboratuvarında bulundurulmalı veya 24 saat içerisinde temin edilmelidir.
- 10- Teklif veren firmalar söz konusu cihaz için teknik servis imkânlarını ve teknik alt yapı durumunu belgelemelidir. Teknik bakım hizmeti günde 24 saat, haftada 7 gün ve tüm bayram, resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere en geç 8 saat içerisinde verilmelidir. Cihazda herhangi bir arıza oluştuğunda, Sistem arızaları 24 saat içerisinde giderilmelidir. 24 saat içinde arıza giderilmez ise arıza sırasında ek bir sistemle laboratuvarın işlerinin yürütülmesi sağlanmalıdır.Sözleşme bitse dahi yedek malzeme ve teknik bakım hizmeti laboratuvardaki boya setleri bitimine kadar devam etmelidir.
- 11- Cihaz bakımı her ay olmak kaydı ile periyodik olarak yapılmalı ve belgelendirilmelidir. Bakım için gerekli tüm solüsyon ve malzemeler (alkol vb) firma tarafından karşılanacaktır.
- 12- Sözleşme süresi 12 aydır. Laboratuvara kurulan cihazlar, 18 ay kurumumuzda kalacaktır. Bu süre içinde firmanın cihazın çalışması ve teknik bakım gibi tüm konulardaki yükümlülükleri devam edecektir. Malzeme teslimi, sözleşme süresince önceden belirlenen sipariş takvimine göre olacaktır.

Prof. Dr. M. Ali ATALAY
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. No: 2971 - Dip. Tes. No: 81046/31210
Etiler Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Doç. Dr. Pınar SAĞIROĞLU
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Dip. No: 2971 - Dip. Tes. No: 81046/31210
Etiler Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri