

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
11.09.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **GAZ VAKUM ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	KAPSÜL	200 ADET	
2	KAVONUZ KAPAK TAKIMI	100 ADET	
3	FLOWMETRE KAPAK TAKIMI GENİŞ AĞIZLI	100 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek		
	** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Bilgi İçin : GAZ VAKUM ATÖLYESİ (Abdurrahim NAR)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20092		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KÂĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 25/09/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

MEDİKAL GAZ PRİZİ (KAPSÜLÜ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Erciyes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde kullanılan Medikal Gaz priz (kapsülleri) Ameliyathane Yoğun Bakım ,Servisler ve Polikliniklerde kullanılan MEGASAN MARKA Oksijen,Vakum,Hava 4,Hava 7, ve Azotprotoksit Medikal Gaz prizlerine uyumlu olacaktır.
- 2- Kapsül contası silikon olmalıdır.
- 3- Kapsül prinç malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 4- Kapsül parçaları pres vasıtası ile birleştirilmiş olmalı ve sökölmemelidir.
- 5- Kapsül içerisinde filtre olmamalıdır.
- 6- Teklif veren firmanın ürün ile ilgili yeterlilik belgesi olmalıdır.
- 7- Teklif edilen ürün için orijinal olduğuna dair imalatçı firma bilgi formu verecektir.
- 8- Teklifle birlikte 2 adet numune teslim edecektir.


Yalçın TOK
Teknisyen
Sicil No: 89602


Abdurrahim NAR
Makina Teknikeri
41576
ERÜ SAĞLIK UYGULAMA MERKEZİ

OKSİJEN FLOWMETRE KAVANUZ KAPAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-FLOWMETRE kavanoz kapağı yanmaz plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2-FLOWMETRE kavanoz kapağında gaz sıkışmasını önleyici emniyet valfi bulunmalıdır.
- 3-Bağlantı elemanlar paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 4-Cihaz kavanoz kapağı elle takılıp sökülebilir şekilde 9/16 ölçüde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 5-Hortum bağlantı ucu paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 6-Kavanoz kapağı üzerinde üretici firma ismi bulunmalıdır.
- 7-Teklif verecek firmaların hastanede kullanılan malzemelere uygun ürün numunelerini getirmesi gerekmektedir.

Yalçın TOK
Teknisyen
Sicil No: 88302




Abdurrahim NAR
Makine Teknikeri
T1525
ERÜ SAĞLIK UYGULAMA MERKEZİ

OKSİJEN FLOWMETRESİ GENİŞ AĞIZLI KAVANOZ KAPAĞI TAKIMI TEKNİK ŞARNAMEŚİ

1. Oksijen Flowmetresi nemlendirme řiřesi kapağı mevcut medikar markaya uygun olmalıdır.
2. Oksijen Flowmetresi nemlendirme řiřesi kapağı Polikarbon malzemeden imal edilmiř olmalıdır.
3. Oksijen Flowmetresi nemlendirme řiřesi kapağı ucuna baėlanan oksijenin homojen daėılımını saėlayabilmek iin difüzör olmalıdır, ve buna baėlı olarak difüzör hortumu olmalıdır.
4. Oksijen Flowmetresi ile nemlendirme seti arasında baėlantı metal vidalı olmalıdır.
5. Hastanedeki mevcut medikar markaya uygun olmalıdır.
6. İmalatı ve Satıcı firmalar ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2012 kalite belgeli olmalıdır.
7. İmalatı ve Satıcı firmalar CE kalite belgeli olmalıdır.
8. İmalatı ve Satıcı firmaların TSE Hizmet Yeterlilik belgeli olmalıdır.

Yalın TOK
Teknisyen
Sicil No: 80302

Abdurrahim NAR
Makine Teknikeri
41525
ERÜ SAėLIK UYGULAMA MERKEZİ