

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88  
MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ  
11.09.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin PEDIATRİ AD.(EMG ÜNİTESİ) Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

**TACİM DEMİRTAŞ**  
Dön.Ser.İşlt. Müd.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ                                                                                                 | Miktarı  | Birim fiyatı |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1.   | EMG İĞNESİ (PEDIATRİK)                                                                                           | 200 adet |              |
| 2.   | EMG YÜZEYSEL ELEKTROT                                                                                            | 200 adet |              |
| 3.   | EMG YÜZÜK ELEKTROT                                                                                               | 5 adet   |              |
| 4.   |                                                                                                                  |          |              |
|      | <b>MALZEME LİSTESİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR.</b>                                                             |          |              |
|      |                                                                                                                  |          |              |
|      |                                                                                                                  |          |              |
|      |                                                                                                                  |          |              |
|      | <b>NUMUNESİZ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR</b>                                         |          |              |
| A    | <b>SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.</b>                                                             |          |              |
| B    | <b>TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.</b>                                                   |          |              |
| C    | <b>ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.</b>                        |          |              |
| D    | <b>TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.</b>                           |          |              |
| E    | <b>TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.</b>                                           |          |              |
| F    | <b>TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.</b>                                     |          |              |
| G    | <b>YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.</b>              |          |              |
| H    | <b>İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C.</b> |          |              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. ( ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)                                                                                                                                                                 |  |  |
| I | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.                                                                                      |  |  |
| K | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. |  |  |
| L | İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYISI OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.                                                                                                                         |  |  |
| M | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.                                                                                                                                                                        |  |  |
| N | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR.<br><br>O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.<br><br>P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.                                                         |  |  |
| O | SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| P | TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları,

Teklif mektuplarının en geç 23/09/2024 günü 17.00 e kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAIL:erudsim@erciyes.edu.tr



## TEKNİK ŞARTNAME

- Elektrot kablo uzunluğu en az 1,5 metre uzunluğunda olmalıdır
- 1.5 mm dış konektörü olmalıdır
- Elektrot velcro tipinde olmalıdır
- Velcro uzunluğu en az 55 cm genişliği ise en az 2 cm olmalıdır
- Elektrot hastanemizde kullanılan EMG cihazı ile uyumlu olmalıdır
- EMG iğne elektrot tutucu ile uyumlu olmalı
- Mevcut kullanımdaki cihaza uyumlu olmalıdır
- Yetişkin iğne elektrot 37 mm kayıt düzey alanına sahip olmalıdır
- Pediatrik iğne elektrot 25 mm kayıt düzey alanına sahip olmalıdır
- Paslanmaz çelik
- İğne kavrama yerinde kayıt düzey doğrultusunu elle hissetmeyi sağlayacak belirteç
- İğne ve kablo bağlandığında en az 2,5 cm uzunluğunda kavrama uzunluğuna sahip

Her 100 yüzeysel EMG elektrotu için 1 adet elektrot kablosu birlikte verilmelidir.

- Merkezi tel polarizasyon artefaktlarını minimize etmek açısından platin olmalıdır
- Teklif veren firmalar numune vermelidir numuneler denenerek seçilmelidir

- Emg yüzeysel elektrot 15x20 mm ebatlarında, 15 cm kablolu, 07mm dişli soketli olmalıdır
- Bağlantı kablosu ile uyumlu olmalıdır

Her 100 iğne için 1 adet iğne kablosu verilecektir.

- Emg iğne elektrot kablosu 20 kg ağırlığı taşıyabilecek kapasitede olmalı
- Elektrot hastanemizde kullanılan EMG cihazı ile uyumlu olmalıdır
- Gönderilen EMG iğnesi ile uyumlu olmalıdır
- Kablo uzunluğu en az 1 metre uzunluğunda olmalıdır
- Teklif veren firmalar numune vermelidir numuneler denenerek seçilmelidir

Prof. Dr. Mustafa KARAKÜKCÜ  
Çocuk Sağ. ve Hast. Anabilim Dalı Başkanı  
Dip. Tes. No: 71701  
Etiler (Üniversite) Tıp Fakültesi Hastanesi

Prof. Dr. Hüseyin P. ...  
Dip. No: 76129 - 50638  
Etiler (Üniversite) Tıp Fakültesi Hastanesi

100

100

100

100