

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
19/09/2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi GENEL SARF DEPO (MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	BARKOD ETİKETİ	2000 RULO	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir. *Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek ** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FIRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 03/10/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılması veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

İndikatörlü Barkod Etiketi (Buhar Otoklav İçin yazılım sistemi ve yazıcılara uygun)

- Sistem etiketi Buhar sterilizasyonunda kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
- Etiketler buhar sterilizasyonuna dayanıklı olmalı, sterilizasyon sonrası çekme buruşma vs olmamalıdır.
- Sistem etiketi 500 lik rulolardan oluşmalıdır.
- Etiketler çift yapışmalı olmalıdır.
- Etiket 8 satır sterilizasyon bilgisi yazılacak şekilde olmalıdır.
- Sistem etiketini barkot okuyucu okuyabilmelidir.
- Sistem etiketleri 50mmx50 mm ebadında olmalıdır.
- Sistem etiketlerinin üzerinde kimyasal indikatör olmalıdır. Kimyasal indikatör renk değişimi siyah yada beyaza dönmeyecektir.
- Sistem etiketleri ISO 11140-1 e göre belgelendirilmiş olmalıdır. Belge akredite olmalıdır. Belge teklif dosyasında sunulacaktır.
- Etiketi veren firma kurumumuza ait olan Sterilizasyon Takip Programının güncellemesini ücretsiz yapacaktır.
- Kurumumuza ait markalama cihazına uyumlu 1 adet Elmas uç ücretsiz verilecektir.

Prof. Dr. M. Altay ATALAY

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dış Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tek.Nr: 70701-110681
Etiler Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri