

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAIL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
26.09.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin AĞRI POLİKLİNİĞİ Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1.	KURŞUN ÖNLÜK	6 ADET	
2.	TİROİD KORUMA	6 ADET	
3.	KURŞUN ÖNLÜK ASKISI	6 ADET	
4.			
5.			
	(ŞARTNAMESİ EKTEDİR)		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.		
G	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. (ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)		

I	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.		
K	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.		
L	İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.		
M	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.		
N	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		
O	SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.		
P	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdareimizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdareimizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdareimizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerini sunmaları,

Teklif mektuplarının en geç 10/10/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica ederiz.

MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

RADYASYON KORUYUCU ÖN KORUMALI VE TİROİT MODEL KURŞUN ÖNLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Radyasyon koruyucular; girişimsel ve cerrahi tüm tıbbi uygulamalarda yüksek frekans ve uzun süre ortamda bulunma nedeni ile maruz kalınan radyasyon saçılımını zararlı etkilerinden koruma sağlamak için tasarlanmış olmalıdır.
2. Radyasyon koruyucu (0.50 mm Pb eşdeğerlik kalınlığında) bağımsız test kuruluşları tarafından koruyuculuğu belgelenmiş olmalı ve DOĞRUDAN Işımayla ön korumada yüz kVp'aktif radyasyondan en az % 96 korumalıdır. Koruma değerleri belgelenmelidir.
3. Radyasyon koruyucu önlük ön taraflı koruma sağlayacak şekilde 2 parçalı tek parça önlük ve tiroid modeli olmalıdır.
4. Yukarıdaki kıyafetler ile aynı kumaş dokusu ve özelliğinde TİROİD koruyucu olmalıdır.
5. X ışınından koruyucu önlükler hafif ağırlıkta kurşun malzemeden üretilmiş olmalıdır. Önlüğün kaplama malzemesi poliüretan veya 1. Kalite naylon olmalıdır.
6. X ray koruyucu önlüğün ISO9001 standartlarında ve CE belgesi olmalıdır.
7. Önlüğün ebatlarının belirlenmesi için firmanın S-M-L ebat ve TSE standartlarında üretilmiş olmalıdır.
8. Katlama ve buruşma neticesinde koruyucu kesinlikle karılma yapmamalı ve bu özelliğini uzun süre korumalıdır.
9. Kurşun önlük askıya takılabilmesi için üzerinde askı yerlerinin olması gerekmektedir.
10. Her bir kurşun önlük için dayanıklı bir askı temin edilmelidir.
11. Önlüğün güvenlik standartları gereği ön yüzünde ve iç kısmında dozimetre cebi olmalıdır.
12. İstenildiğinde önlük cebi ve tiroid koruyucu üzerine isim yazılmalıdır.
13. Önlük etiketinde üretici firma bilgileri, beden bilgileri olmalıdır.
14. Kullanılan kumaş sıvı geçirmez uzun süreli kullanım ve hijyen açısından kolay silinebilen bir yapıya sahip olmalıdır. Önlüğün biyeleri sıvı geçirmez özellikte olmalıdır.
15. Alım öncesinde 1 (bir) adet numune ürün verilmelidir.
16. Koruyucuların kullanım rahatlığı, ağırlığı, koruyuculuk oranı, radyolojik inceleme ve şartnameye uygunluk göz önüne alınarak klinikçe değerlendirilecek ve karar verilecektir.

Prof. Dr. Gülen GÜLER
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.
Dip. No: 71268 - İht. No: 454652525
Etilim Hastanesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. Kudret DOĞRU
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.
Dip. No: 5695 - İht. No: 43588
Etilim Hastanesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. Kudret DOĞRU
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.
Dip. No: 5695 - İht. No: 43588
Etilim Hastanesi Tıp Fakültesi Hastaneleri