

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
03.10.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin KBB AD. Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1.	KULAK VENTİLASYON TÜPÜ ALTIN	100 adet	
2.	TEFLON PİSTON 0.4 MM	5 adet	
3.	TEFLON PİSTON 0.6 MM	5 adet	
4.	TORP	5 adet	
5.	PORP	5 adet	
6.	T TÜP	50 adet	
7.			
	*Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecektir. *Teklif veren firmalar antetli formlarında firma bilgileri vergi numarası,mail,telefon v.s. okunaklı olmalıdır. *Ürünün UBB-SUT kodu-Barkod nosu formda yazılı olmalıdır.		
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE		

	YAZILMALIDIR.		
G	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. (ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMASI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)		
I	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.		
K	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.		
L	İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.		
M	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.		
N	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALINACAKTIR.		
O	SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.		
P	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALINACAKTIR.		

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

'Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdareimizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdareimizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde 'Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)' durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.' Hususları belirtilmiştir.

İdareimizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları,


Teklif mektuplarının en geç 15/10/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

KULAK AMALİYATLARINDA KULLANILACAK T TÜP ŞARTNAMESİ

- 1- İç çapı 1,32 mm olmalıdır.
- 2- Uzunluğu 6 mm olmalıdır.
- 3- Hammaddesi silikon olmalıdır.

Dr. Öğr. İlhan KARA
KBB Hastalıkları Uzmanı
Diyadin Tıp Fakültesi
Etiler Hastanesi


Doç. Dr. Mehmet İlhan ŞAHİN
KBB Anabilim Dalı Başkanı

TOTAL ASİKÜLER PROZE (TORP)

- 1- Kronik otitli hastalarda kemikçik zincir bozukluklarında kullanılacak.
- 2- Protez komple saf titanyumdan üretilmiş olmalıdır.
- 3- Baş kısmı 2.6 x 3.6 mm shaft 0.2 mm olacaktır.
- 4- Uzunluk 3.0 – 7.0 mm arası ve 0.25 mm kademeli olarak ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
- 5- Protezle beraber özel plastik ölçü kutusu verilmelidir. Bu ölçü kutusu hem kulak içerisinde hangi ölçüdeki protezin kullanılacağını saptamada kullanılan plastik model protezleri içerisinde bulundurulmalı, hemde protezin uzunluk ayarının yapılması sağlamalıdır.
- 6- Ürün steril olmalıdır.
- 7- Malzemenin her biri ayrı kutuda olmalıdır.



Dr. Mehmet İlhan ŞAHİN
KBB Anabilim Dalı Uzmanı
Dip. Tez No: 162439
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi


Doç. Dr. Mehmet İlhan ŞAHİN
KBB Anabilim Dalı Başkanı

TEFLON PİSTON

- 1- Otoskleroğlu hastalarda yapılan stapedektomi amaliyatlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
- 2- Piston 0,4x 5 mm apında ve teflondan olmalıdır.
- 3- Piston abuk deforme olmayacak şekilde retilmiř olmalıdır.


Dr. Mehmet İlhan KARA
KBB Hastalıkları Uzmanı
Diyadin
Etilaş


Do. Dr. Mehmet İlhan řAHİN
KBB Anabilim Dalı Bařkanı

KULAK AMELİYATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE PARTİAL TİTANYUM PROTEZ (PORP) TTP VARIAC TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Protez komple saf titanyumdan (ASTM-F67) üretilmiş olacaktır.
- 2- Baş kısmı 2,6 x 3,6 mm shaft 0,2 mm olacaktır.
- 3- Uzunluk 1,75 – 4,5 mm arası ve 0,25 mm kademeli olarak ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
- 4- Protezle beraber özel plastik ölçüsü kutusu verilmelidir. Bu ölçü kutusu hem kulak içerisinde hangi ölçüdeki protezin kullanılacağını saptamada kullanıla plastik model protezleri içerisinde bulundurulmalı, hem de protezleri uzunluk ayarının yapılmasını sağlamalıdır.
- 5- Ürün gamma ile steril edilmiş olmalıdır.
- 6- Maksimum 7 tesla dozajında bir manyetik rezonans tomografi muayenesi olacak bir hastada bu implant hasta için tehlike oluşturmamalıdır.
- 7- Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
- 8- Teslim edilen ürünlerle birlikte bir adet kapama ve bir adet kesme forcepsleri verilmelidir.


Dr. Öğr. Dr. İlhan KARA
KBB Anabilim Dalı Uzmanı
T.C. Sağlık Bakanlığı
2499


Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin
KBB Anabilim Dalı Başkanı

TEFLON PİSTON

- 1- Otoklerozlu hastalarda yapılan stapedektomi amaliyatlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
- 2- Piston 0.6 mm x 5mm apında ve teflondan olmalıdır.

Dr. Öğr. İlhan KARA
KBB Hec. Uzmanı
Dip. 0532 311 11 99
Etiler Uluada İbraahim Paşa



Do. Dr. Mehmet İlhan ŞAHİN
KBB Anabilim Dalı Mutemedi

GROMMET TP ŐARTNAMESİ

- 1- 1,25 mm apında olmalıdır.
- 2- Malzeme altın olmalıdır.
- 3- Bu konuda inceleme yapılacak malzemenin altın olduęu teyid edilince alımına onay verilecektir.
- 4- Alt ve st flanő kalınlıkları eőit olmalıdır.

Dr. Ömer T. İ. KARA
KBB Anabilim Dalı Başkanı
Etiyopya Üniversitesi
Etiyopya Hastaneleri

Do. Dr. Mehmet İlhan ŐAHİN

KBB Anabilim Dalı Başkanı