

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
10.10.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **DEMİRBAŞ DEPO (TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİMDALI)** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım **DEMİRTAŞ**
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	BLOK ARŞİV DOLABI	20 ADET	
2	LAM ARŞİV DOLABI	20 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir. *Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek ** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KÂĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **24/10/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

BLOK ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Dolap, Patoloji laboratuvarlarında üretilen kaset blokların dizilebilmesi amacıyla üretilmiş olmalıdır.
- 2- 1 dolap 20 çekmece, 1 çekmece 12 bölüm olmalıdır
- 3- Çekmecelerde kullanım kolaylığı sağlayacak tutma kolu olmalıdır.
- 4- Dolap 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.
- 5- Dolaplar elektrostatik fırın boya ile boyanmalıdır.
- 6- Çekmeceler kendi rayında rahatlıkla hareket edebilmeli, herhangi bir noktaya takılma ya da zorlanma oluşmamalıdır.
- 7- Malzemenin teknik şartnameye uygunluğunun kontrol edilebilmesi için, 20 çekmeceli 1 adet dolap getirilmelidir.
- 8- Dolapların ayaklarının sabit olması gerekmektedir.

KURULUM:

- 1- Ürün teslimine hak kazanan firma dolapları tıbbi patoloji anabilim dalı arşivine yerleştirecektir.
- 2- Dolapların yerleştirileceği zemin dolapların dengede olabilmesi için gerekiyorsa firma tarafından düzeltilip istenilen yere istenilen şekilde yerleştirecektir.

Prof. Dr. Hülya ARGÜN
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 76108
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Fikret ÖZTÜRK
Tıbbi Patoloji Uzmanı
Dip.No:88372011.Tel.No:47823
Etiler/Üniversite/Beşiktaş/İstanbul/Hastaneleri


LAM ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Dolap 10 üniteli olmalıdır.
- 2- Her ünite 12 çekmece olmalıdır.
- 3- Her çekmecede 200-220 preparat alma kapasitesinde olmalıdır.
- 4- Her çekmecede karton etiket yerleştirmeye uygun yer olmalıdır.
- 5- Çekmecelerde kullanım kolaylığı sağlayacak tutma kolu olmalıdır.
- 6- Malzeme DKP saçtan imal edilmiş olmalıdır, çekmece ve kasa :0,6mm, çekmece altlığı:1.0mm ve çekmece kulpları 1.2mm kalınlığında olmalıdır.
- 7- Dolap 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.
- 8- Dolapla birlikte her ünite zemine düzgün ayak ve birer kapak verilmelidir.
- 9- Ünite devrilmeden üst üste dizilebilecek yapıda olmalıdır.
- 10- Dolaplar elektrostatik fırın boya boyanmalıdır.
- 11- Çekmeceler kendi rayında hareket ederken, kendi düzleminin dışına çıkmamalı ve diğer çekmeceler çarpmamalıdır.
- 12- Malzemenin teknik şartnameye uygunluğunun kontrol edilebilmesi için, 12 çekmeceli 1 adet dolap getirilmelidir.

KURULUM

- 1- Ürün teslimine hak kazanan firma, dolapları Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı arşivine yerleştirecektir.
- 2- Dolapların yerleştirileceği zemin, dolapların dengede olabilmesi için gerekiyorsa firma tarafından düzeltilip, istenilen yere istenilen şekilde yerleştirilecektir.


Prof. Dr. Hülye AKGÜN
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 76108
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi


Prof. Dr. Figen ÖZTÜRK
Tıbbi Patoloji A.D Başkanı
Dip. No: 36312 / Dip. Tes. No: 47823
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri