

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAİL:crudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
18.10.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. Kullanılmak üzere ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1.	FORCEPS KAPAĞI	100 ADET	
2.	SUCTION BUTTON ASPİRASYON KAPAĞI	50 ADET	
	(ŞARTNAMESİ EKTEDİR)		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAGİTLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALİ OLMALİ VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZİLİ OLMALİDİR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALİDİR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALİDİR.		
G	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. (ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)		

I	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI'TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.		
K	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.		
L	İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.		
M	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.		
N	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		
O	SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.		
P	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

'Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde 'Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)' durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.' Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerini sunmaları,

Teklif mektuplarının en geç 05/11/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

FOV-DV7 FORCEPS KAPAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. FORCEPS KAPAĞI FORCEPS UYGULAMALARINA UYGUN OLMALIDIR
2. FORCEPS KAPAĞI AÇILIP KAPANABİLEN AYRI BİR KAPAKÇIĞI BULUNMALIDIR.
3. FORCEPS İN GEÇEBİLECEĞİ TEK YÖNLÜ BİR KAPAKCIĞA SAHİP OLMALIDIR.
4. MALZEME SİYAH RENKTE SİLİKON YAPIDA OLMALIDIR.
5. MALZEME FUJINON 5 SERİSİ ENDOSKOPİ CİHAZLARI İLE UYUMLU ÇALIŞABİLMELİDİR.
6. FORCEPS KAPAĞI DEZENFEKTE EDİLEBİLMELİDİR.
7. FORCEPS KAPAĞI ENDOSKOPİ CİHAZINA KOLAYLIKLA TAKILIP ÇIKARTILABİLMELİ, HERHANGİ BİR APARAT VEYA MALZEMEYE İHTİYAÇ DUYMAMALIDIR.
8. FORCEPS KAPAĞI ÇOK KULLANIMLIK OLMALIDIR.
9. FORCEPS KAPAĞI İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEYECEK BİR YAPIYA SAHİP OLMALIDIR.
10. TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER ÜRETİCİ FİRMADAN ALINMIŞ 31.12.2024 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ YETKİ BELGELERİNİ SUNMALIDIRLAR. BU BELGEYİ SUNMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

Prof. Dr. Nuri TULAR
Dip. Tes. No: 157499
Uzm. Tes. No: 123199
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz AD.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Dr. Öğr. Üyesi Burcu BARAN
Dip. Tes. No: 157499 - Uzm. Tes. No: 123199
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz AD.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

SB-602 SUCTION BUTTON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. FUJINON BRONKOSKOPİ CİHAZLARI İLE SORUNSUZCA ÇALIŞABİLMELİDİR.
2. İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VEREBİLECEK HİÇ BİR MADDE BARINDIRMAMALIDIR.
3. FUJINON BRONKOSKOPİ CİHAZLARININ EMME İŞLEMİNİ SORUNSUZCA ORGANİZE EDEBİLMELİDİR.
4. CİHAZDAN ZAHMETSİZCE ÇIKARABİLMELİ VE YIKANIP DEZENFEKTE EDİLEBİLMELİDİR.
5. İSTEKLİLER ÜRETİCİ FİRMADAN ALINMIŞ 31.12.2024 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ YETKİ BELGELERİNİ SUNACAKLARDIR.

Prof. Dr. Nuri TATAR
Dış. Tes. No: 123199
Uzm. Tes. No: 123199
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz AD.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Dr. Öğr. Üyesi Burcu BARAN
Dış. Tes. No: 123199 - Uzm. Tes. No: 123199
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz AD.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri