

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
25.10.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin BİYOKİMYA LAB.Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1.	SAÇ ÇİNKO	100 adet	
2.	SERUM ÇİNKO	3000 adet	
3.	İDRAR BAKIR	300 adet	
4.	SERUM BAKIR	750 adet	
5.	KAN KURŞUN	100 adet	
6.			
	*Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecektir. *Teklif veren firmalar antetli formlarında firma bilgileri vergi numarası,mail,telefon v.s. okunaklı olmalıdır. *Ürünün UBB-SUT kodu-Barkod nosu formda yazılı olmalıdır.		
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.		
G	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLI		

	SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. (ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)		
I	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI'TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.		
K	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.		
L	İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.		
M	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.		
N	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALINACAKTIR.		
O	SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.		
P	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALINACAKTIR.		

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

'Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde 'Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)' durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.' Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları,

Teklif mektuplarının en geç 06/11/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

ATOMİK ABSORPSİYON CİHAZI İLE İZ ELEMENT (ÇİNKO, BAKIR, KURŞUN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİMİ	TEST SAYISI
1	SAÇ ÇİNKO	ADET	100
2	SERUM ÇİNKO	ADET	3000
3	İDRAR BAKIR	ADET	300
4	SERUM BAKIR	ADET	750
5	KAN KURŞUN	ADET	100

1. kalem ile 5. kalem arasında ihale edilen tüm kalemler (1. kalem ve 5. kalem dahil) bir arada değerlendirilecektir. Analizi yapılacak Çinko, Bakır, Kurşun testleri için kit karşılığı bir adet Atomik absorpsiyon spektrofotometresi (AAS) Cihaz, kitlerin çalışması için gerekli olan tüm sarf malzeme ve aksesuarları ile birlikte laboratuvarımızda kurulacaktır.

Kurulacak sistemin aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmesi gerekmektedir:

1. Sistem alev sistemi olmalı, sistemle birlikte otomatik örnekleyici, işletim yazılımı, bilgisayar sistemi, yazıcı, kabinli sessiz tip hava kompresörü ve gerekli aksesuarlar sağlanacaktır.
2. Tüm sistem ve aksesuarları 220 V, 50Hz şebeke cırcıyını ile çalışmalı ve firma tarafından kesintisiz güç kaynağı temin edilmelidir.
3. Cihaz açıldığında tüm kontrolleri otomatik olarak yapmalı ve bu kontrolleri tamamlandığını ekranda görüntülemelidir.
4. Sistemde yer alan alev ünitesi, alev yüksekliğini otomatik olarak ayarlayabilmelidir.
5. Oyuk katod lambalarının maksimum ömürleri ve ne kadar kullanılmış oldukları (saat olarak) yazılımdan izlenebilmelidir.
6. Yakıcı gaz akış hızı, cihaz açıldığı zaman veya alev söndüğü zaman otomatik olarak kontrol edilmelidir. Gaz kaçağı tespit edildiği zaman sesli alarm ve monitörde uyarı ile kullanıcı ikaz edilmelidir.
7. Sistemle birlikte bakır, çinko, kurşun düzeyine bakabilmek için gereken kalibratör ve kontrollerin de bulunduğı bakır, çinko, kurşun testlerinin çalışılması için gerekli reaktifler verilmelidir.
8. Reaktifler ile birlikte asetilen gazı regülatörü ve dolu tüpü, çalışmalarda kullanılacak kimyasallar ve tüm sarf malzemeleri firma tarafından temin edilecektir.
9. Teknik bakıma, cihaza ait her türlü parça dahildir.
10. Teknik bakım ve onarım hizmeti süreklidir. Bu hizmet, hastanelerimizin resmi mesai saatleri dışında da, tüm bayram ve tatil günlerinde de verilecektir.
11. Arıza bildirimini sonunda en geç 48 saat içinde müdahale edilecektir.
12. Bakır, çinko ve kurşun testleri için ÜTS'de ürün kayıt zorunluluğı aranmayacaktır. Gerekli reaktifler ve sarf malzemeler orijinal ambalajında teslim edilecektir.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAK.
Yrd.Doç.Dr. Didem BARLAK KETİ
Tıbbi Biyokimya A.B.D.
Tes. No: 933396 / 100976