

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
25.10.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin **GÖZ HASTALIKLARI A.D.** Kullanılmak üzere ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1.	Standart Gold Plaque(d=12 mm)	1 ADET	
2.	Standart Gold Plaque(d=16 mm)	1 ADET	
3.	Standart Gold Plaque(d=18 mm)	1 ADET	
4.	Standart Gold Plaque(d=20 mm)	1 ADET	
5.	Standart Gold Plaque(d=12, 16, 18, 20 mm) / Tek Kullanımlık I-25 seed ve COMS Plaque Shell ile uyumlu	4 ADET	
6.	Notched Gold Plaque (d=16 mm) I-25 seed ile uyumlu	1 ADET	
7.	Kurşun Korumalı Gözlük	2 ADET	
8.	Kurşun Tezgah Üstü Siperlik (camlı)	1 ADET	
9.	Uzun Penset (20 cm)	2 ADET	
	(ŞARTNAMESİ EKTEDİR)		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI		

	İLE YAZILMALIDIR.		
G	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. (ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)		
I	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI'TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.		
K	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.		
L	İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.		
M	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.		
N	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALINACAKTIR.		
O	SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.		
P	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALINACAKTIR.		

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

'Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde 'Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)' durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.' Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerini sunmaları,

Teklif mektuplarının en geç 30/10/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

MANUEL BRAKİTERAPİ DEMİRBAŞLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname, uveal melanom, retinoblastom ve diğer oküler tümörlerin tedavisi maksadıyla uygulanacak olan I-125 oftalmik seedlerin hazırlanması ve uygulanmasında kullanılacak olan malzemeler ve ekipmanlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiş olan özelliklerde olmalıdır.

Malzeme listesi;

- a) I-125 seed uygulaması için plaklar/aplikatörler (standart ve çentikli)
- b) Uygulama plakları ile uyumlu silikon insertler (Coms Insert)
- c) Kurşun korumalı gözlük
- d) Kurşun siperlik
- e) I-125 seed hazırlığı için penset
- f) Doz Planlaması için Yazılım

Yukarıda yer alan malzeme listesinde belirtilen ürünler, aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;

11. Oftalmik Seedler tek başına kullanılamamakta olup, öncelikle Coms Insert adı verilen tek kullanımlık silikon plakalara koyulmalı ve bu silikon plakalar da tedavi için göze implante edilecek olan Plaklara/Aplikatörlere yerleştirilmelidir.
12. Uygulamada kullanılacak olan Plaklar altın plak olmalı ve standart ya da çentikli olarak sunulabilmelidir.
13. Tedavi için göze implante edilecek Aplikatörler 12 ile 20 mm çapları arasında farklı boyutlara sahip olmalıdır.
14. Teklif edilen plaklar/aplikatörler 12 mm, 16 mm, 18 mm ve 20 mm olarak 4 farklı boyutta standart ve 16 mm boyutunda çentikli olacak şekilde toplam 5 adet olmalıdır.
15. Seedlerin yerleştirileceği silikon plakalar Aplikatörlerle uyumlu olacak biçimde standart ve çentikli olmak üzere 12 ile 20 mm çapları arasında 5 farklı boyuta sahip olmalıdır.
16. Tercih edilen plaklar/aplikatörler ile uyumlu olacak şekilde 12 mm, 16 mm, 18 mm ve 20 mm olarak 4 farklı boyutta standart insert ve 16 mm boyutunda çentikli insert olacak şekilde toplam 5 adet silikon insert teklife dahil edilmelidir. .
17. Seedler steril olmayan bir formda tedarik edilmelidir ve silikon plakalar ile Aplikatöre yerleştirilmiş olarak buhar sterilizasyonu sonrası hastaya uygulanmalıdır.
18. Seedlerin hazırlığı ve uygulaması esnasında personelin korunması maksadıyla 2 adet kurşun gözlük tedarik edilmelidir.
19. Kurşun gözlüklerin koruma değeri 0,75 mm kurşuna eşdeğer olmalıdır.
20. Teklif edilen kurşun gözlüklerin ön ve yan korumaları olmalı ve göz ve şakak kısımlarını her türlü saçılan radyasyona karşı maksimum oranda korumalıdır.
21. Kurşun gözlükler ile birlikte boyun ipi ve koruma kutusu verilmelidir.
22. Seedlerin silikon insert ve plak/aplikatöre yerleştirilmesi esnasında personelin radyasyona maruz kalmasının önlenmesi amacıyla kurşun camlı, tezgah üstü kurşun siperlik sunulacaktır.
23. Sunulan siperlik, Beta ve Gama Radyasyon koruması için 20 mm taban ve ön kurşun zırh kalınlığına sahip olmalıdır.
24. Siperliğin cam ölçüleri 280 x 280 x 8 mm olacak şekilde 2 mm kurşuna eşdeğer özellikte olmalıdır.
25. Seed hazırlığı için 2 adet 20 cm uzunluğunda penset tedarik edilmelidir.
26. Pensetler olası kimyasallara, korozyona, ısıya ve darbelere dayanıklı olması amacıyla paslanmaz çelik, seedlerin rahatça tutulabilmesi için ise sivri uçlu ve dişli olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi G. D. SENER
Göz Hastalıkları A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. Fatih HOROZOĞLU
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tez. No: 98748
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

27. I-125 seed uygulamalarında hastaya verilecek doz miktarının belirlenmesi ve plakların yerleştirilmesinin ayarlanabilmesi amacıyla uygulama simülasyonunun yapılabileceği ve doz hesaplamasının yapılabileceği bir yazılım tedarik edilmelidir.
28. Verilecek yazılım, yazılımın işletim sistemi ile uyumlu olacak şekilde bir masaüstü ya da dizüstü bilgisayar ile birlikte sunulmalı, bilgisayarın kullanıcılar tarafından kullanılması için gerekli yazılım yüklenmi ve şifreler tedarikçi tarafından ayarlanmış olarak kullanıma hazır bir şekilde bölüme teslim edilmelidir.

Dr. Öğr. Üye Hidayet ŞENER
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 945076
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. Fatih KOROZOĞLU
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 98748
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri