

KAYSERİ
25.10.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **DEMİRBAŞ DEPO** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	CERRAHİ ALET TEPSİSİ (TEL SEPET , ALET SEPETİ – RAY TİPİ)	40 ADET	
	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		


NOT: Teklif mektuplarının en geç **08/11/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **crudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

ALET SEPETİ –RAY TİPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kullanılacağı mahaldeki raylara uyumlu olmalıdır.
- Ünite nikelajlı olmalıdır.
- Paslanmaz raylı sistemler için arkasında en az 2 adet kanca bulunmalı, sepet sağa-sola kolaylıkla hareket ettirilebilmelidir.
- Alüminyum raylı sistemlerde kullanılacak sepetler, klipsli olmalı bu klips kilit kolunu sağa sola çevirerek hem 10X25mm raylara hem de 10X30mm raylara bağlanabilmeli ve sağa-sola kolaylıkla hareket edebilmelidir. Mekanizma bırakıldığında sepet sabitlenebilmelidir.
- Sepetler hastaneye kurulumu yapılmış ürünlere uyumlu olmalı, herhangi bir tadilat gerektirmemelidir.
- Alet sepeti ölçüleri 250 x 150 x 100 mm olmalıdır.



Prof. Dr. Nurullah GÜNAY
Acil Tıp A.D. Başkanı



Prof. Dr. Ö. Levent AVŞAROĞULLARI
Acil Tıp A.D. Öğr. Üyesi