

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
25.10.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD..Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1.	PNEUMOCYSTİS JİROVECİİ ANTİJENEMİ DFA TESTLERİ	2000 test	
2.			
3.			
4.			
	*Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecektir. *Teklif veren firmalar antetli formlarında firma bilgileri vergi numarası,mail,telefon v.s. okunaklı olmalıdır. *Ürünün UBB-SUT kodu-Barkod nosu formda yazılı olmalıdır.		
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.		
G	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ		

1-SIRA SIRA NOLU PNEUMOCYSTİS JİROVECİİ ANTİJENEMİ (DFA) TESTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilen test kiti, ihaleden önce Anabilim Dalımız laboratuvarında denenmeli ve Laboratuvar sorumlusu'ndan ihaleye girilmesinde sakınca olmadığına dair alınan belge
- 2-Testler en az 6-12 ay miyatlı olmalıdır.
- 3-Testin çalışması için gerekli olan solüsyonlar kitin içinde olmalıdır.
- 4- Kit içeriğinin yetersiz kaldığı durumlarda testlerin çalışması için gerekli olan malzemelerin firma tarafından sağlanmalıdır.
- 5-Teklif edilen kitler, FDA ve/veya PAUL ERLICH ve CE belgesi içermelidir.
- 6- Soğuk zincir gerektiren testler soğuk zincirle yapılmalıdır.
- 7- Test ile uygun sayıda teflon lam temin edilmelidir.

Öğr. Gör. Dr.
Ömür Mustafa PARKAN
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 160060
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Prof.Dr.A.Nedret KOÇ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı Başkanı