

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88
MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
07.11.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin GASTROENTELOJİ BD. Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
Dön.Ser.İşlt. Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1.	ENDOSONOGRAFİK ASPIRASYON İĞNESİ FNB22G	20 adet	
2.	ENDOSONOGRAFİK ASPIRASYON İĞNESİ FNB25G	2 adet	
3.			
	*Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecektir. *Teklif veren firmalar antetli formlarında firma bilgileri vergi numarası,mail,telefon v.s. okunaklı olmalıdır. *Ürünün UBB-SUT kodu-Barkod nosu formda yazılı olmalıdır.		
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR		
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.		
G	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.		
H	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. (ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)		

I	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI'TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.		
K	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.		
L	İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.		
M	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.		
N	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		
O	SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.		
P	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.		

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

'Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde 'Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)' durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.' Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları,

Teklif mektuplarının en geç 11/11/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

ENDOSONOĞRAFİK ASPIRASYON BİYOPSİ İĞNESİ FNB 22G

-EUS İğnesi, Endosnografi cihazı ile aspirasyon biyopsisi yapabilmek için dizayn edilmiş olmalıdır.

2. İğnenin içinde bulunan stile kink yapmaması ve eski halini tekrar alabilecek yapıda olmalıdır.

3. Emniyet açısından stile handle ile overlock kilit mekanizması ile bağlanmalıdır.

4. Stilenin uç kısmı, yuvarlak yapıda ve üç iğne yapısına sahip olmalı ve bu şekilde daha etkin doku alabilmelidir.

5. Hem iğnenin, hem de kateter şaftının uzunluğu, handle üzerindeki lock

kilit mekanizmaları ile ayarlanabilir olmalıdır. Lock kilit mekanizması, kullanımı kolay ve ergonomik

olmalı, tek elle kullanılabilirdir.

6. Skopinin uzunluğa göre kateterin şaft kısmı 4 cm. ayarlanabilir ve ayarlandıktan sonra lock

mekanizması ile kilitlenip sabitlenebilir.

8. Kateterin şaftı eleastik yapıda olmalıdır.

9. İğne 0-8 cm. arasında ayarlanabilir olmalıdır.İğne ayarlandıktan sonra lock kilitleme mekanizması ile

sabitlenebilmelidir.

13. Çalışma kanalı, bölümdeki EUS cihazının çapına göre 2.7 mm olarak tercih edilebilmelidir.

14. Katerer uzunluğu 137,5-141,5 cm. olmalı ve iğne ölçüsü 22g olmalıdır.

15. Set içerisinde 1 adet üç yollu musluk ile valide edilmiş enjektör olmalıdır ve mevcut enjektör,

5-20 ml. arasında ayarlanabilir vakum kilitli şırınga olmalıdır.

Doç. Dr. Gülten CAN SEZGİN
Dip. No: 1118007
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Doç. Dr. Mevlut BAŞKOL
Gastroenteroloji AD.
Dip. No: 92-845
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

ENDOSONOĞRAFİK ASPIRASYON BİYOPSİ İĞNESİ FNB 25G

1. EUS İğnesi, Endosnografi cihazı ile aspirasyon biyopsisi yapabilmek için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. İğnenin içinde bulunan stile kink yapmaması ve eski halini tekrar alabilecek yapıda olmalıdır.
3. Emniyet açısından stile handle ile overlock kilit mekanizması ile bağlanmalıdır.
4. Stilenin uç kısmı, yuvarlak yapıda ve üç iğne yapısına sahip olmalı ve bu şekilde daha etkin doku alabilmelidir.
5. Hem iğnenin, hem de kateter shaftının uzunluğu, handle üzerindeki lock kilit mekanizmaları ile ayarlanabilir olmalıdır. Lock kilit mekanizması,kullanımı kolay ve ergonomik olmalı,tek elle kullanılabilenmelidir.
6. Skopinin uzunluğa göre kateterin shaft kısmı 4 cm. ayarlanabilir ve ayarlandıktan sonra lock mekanizması ile kilitlenip sabitlenebilir.
8. Kateterin shaftı eleastik yapıda olmalıdır.
9. İğne 0-8 cm. arasında ayarlanabilir olmalıdır.İğne ayarlandıktan sonra lock kilitleme mekanizması ile sabitlenebilmelidir.
- 13.Çalışma kanalı, bölümdeki EUS cihazının çapına göre 2.7 mm olarak tercih edilebilmelidir.
- 14.Katerer uzunluğu 137,5-141,5 cm. olmalı ve iğne ölçüsü 22g olmalıdır.
- 15.Set içerisinde 1 adet üç yollu musluk ile valide edilmiş enjektör olmalıdır ve mevcut enjektör, 5-20 ml.arasında ayarlanabilir vakum kilitli şırınga olmalıdır.


Doç.Dr. Gülten CAN SEZGİN
Dip. Tes. No: 178007
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri


Doç.Dr. Mehmet BAŞKOL
Gastroenteroloji AD.
Dip. No: 92-845
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri