

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
23/12/2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM (GAZ VAKUM ATÖLYESİ)** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	OKSİJEN FLOWMETRE AÇMA-KAPAMA VANASI (AYAR VOLANT)	100 ADET	
2	BAKIR KAYNAK TELİ	340 ADET	
3	VAKUM REGÜLATÖRÜ ON-OFF AÇMA KAPAMA DÜĞMESİ	200 ADET	
4	OKSİJEN FLOWMETRE JAKI (UZUN İLAVELİ)	100 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : Abdurrahim NAR		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20092		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 15/01/2025 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılması veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

OKSİJEN FLOWMETRE AÇMA-KAPAMA VANASI (AYAR VOLANI)

1. Oksijen Flowmetresi Açma-Kapama hastanedeki mevcut Medikar markaya uygun olmalıdır.
2. Oksijen Flowmetresine vidalı olarak bağlanmalıdır
3. Oksijen Flowmetresi Ayar Volanı; flowmetre gövdesine birebir uyacak şekilde orijinal ürün olmalıdır.
4. Oksijen Flowmetresi Ayar Volanı; prinç malzemedен olmalıdır. Ayar Volanı açma-kapma krom kaplı olmalıdır.
5. İmalatçı firmalar ISO 9001:2008 kalite belgeli olmalıdır.
6. İmalatçı firmaların TSE Hizmet Yeterlilik belgeli olmalıdır.


Abdurrahim NAR
Makina Teknikeri
41525
ERÜ SAĞLIK UYGULAMA MERKEZİ

BAKIR KAYNAK TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Bakır kaynak teli 2 mm kalınlığında 500 mm uzunluğunda olmalıdır.
- 2- Bakır kaynak teli 1 kg ' luk paketlerler halinde olmalıdır.
- 3- Oksijen kaynağı yapmaya elverişli olmalıdır.
- 4- Kaynak esnasında akma yapmamalıdır.
- 5- NF EN ISO 17672, ISO 9001, EN ISO 3677 , DIN 8513, NF EN 1044 belgelerine sahip olmalıdır.

Abdurrahim NAR
Makina Teknikeri
41525
ERÜ SAĞLIK UYGULAMA MERKEZİ

OKSİJEN FLOWMETRESİ JAKI(UZUN İLAVELİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Merkezi sistem oksijen flowmetresine takılmak için uyumlu olmalıdır.
- 2- Merkezi sistem bağlantılı oksijen jakı BS standardına uygun olmalıdır.
- 3- Oksijen gövdesi prinç malzemedenden imal edilmiş olup 40 mikron krom- nikel kaplı olmalıdır. Probların nikel kaplı yüzeyleri silinmemesi gerekmektedir.
- 4- Oksijen çıkışında flowmetre için uyumlu dişli bağlantı yeri mevcut olmalıdır.
- 5- Oksijen jakı ön kısmında gazın cinsini belirleyen etiketlenmenin olması gerekmektedir.
- 6- Üretim ve imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
- 7- Ücret karşılığında 10 (on) yıl süre ile yedek parça bulundurması gerekmektedir.
- 8- Teklif verecek firmaların numune göndermesi gerekmektedir.
- 9- Hastanemizde kullanılan tüm oksijen prizlerine uyumlu olmalıdır.
- 10- Teklif verecek firmaların ürün hizmet yeterlilik belgesi olması gerekmektedir.

Abdurrahim NAR
Makina Teknikeri
41525
ERÜ SAĞLIK UYGULAMA MERKEZİ