

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
24.12.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **DEMİRBAŞ DEPO (FTR SERVİSİ)** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım **DEMİRTAŞ**
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	BOSU TOPU	1 ADET	
2	PLASET TOPU	3 ADET	
3	EL EGZERSİZ TOPU	1 SET	
4	DİĞİFLEX (PARMAK AĞIRLIK ÇALIŞMASI)	1 SET	
5	DİĞİEXTEND(PARMAK AĞIRLIK ÇALIŞMASI)	1 SET	
6	PROPRIOCEPTİN TOP SETİ	3 ADET	
7	STEP PLATFORMU	2 ADET	
8	THERA BANT	1 RULO	
9	DUMBELL SET	2 SET	
10	TABURE	4 ADET	
11	YÜRÜTEÇ (WALKER)	2 ADET	
12	TRİPOT (BASTON)	2 ADET	
13	BİLGİSAYAR ÇALIŞMA KOLTUĞU	2 ADET	
14	KUM TORBALARI (KURŞUN AĞIRLIKLI)	2 SET	
15	POWERWEB (PARMAK AĞIRLIK ÇALIŞMASI)	1 SET	
16	HOTPACK PEDLERİ	40 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		
--	---	--	--

NOT: Teklif mektuplarının en geç **07/01/2025** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **crudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

HOTPACK TEKNİK ŞARTNAMESİ(FİZİK TEDAVİ SERVİSİ İÇİN)

A-Pedlerin içinde silikattan ve zehirsiz organik kimyasal maddelerden oluşmuş ısıyı muhafaza edici suyla reaksiyona girince jel şeklinde dönüşen kimyasal bulunmalıdır

B-Pedler , küflenmeye dayanıklı ve anti bakteriyel özelliğe sahip özel bir sentetik ve dayanıklı kumaşla kaplanmış olmalıdır

C-Pedlerin iç materyali dikişli bölmelerle pedin tüm yüzeyine eşit olarak dağıtılmış olmalıdır.Pedler sağlam , iplikle dikilmiş olmalıdır.

D a-Boyutları 48x35 (8 dilimli) 40 adet olmalıdır

E-Hastaya herhangi bir alerji yapmayacak şekilde olmalıdır

F-Pedleri asmak için askı yerleri olmalıdır

PROF.DR.MUSTAFA ÇALIŞ
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B.D.
ANABİLİM DALI BAŞKANI


Doç. Dr. İsa CÜCE
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B.D.
Dip. Tes. No: 153005 - Uzm. Tes. No: 117406
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahaneleri
DOÇ.DR.İSA CÜCE

POVER WEB TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Tüm set tek kasnakta 4 renk olabilir
- 2-Her rengin farklı direnci olmalıdır
- 3-Kasnakların çapı 7 inç olmalıdır
- 4-Malzeme kolay yırtılmayan malzemeden üretilmiş olmalıdır.

PROF DR. MUSTAFA ÇALIŞ

ANABİLİM DALI BAŞKANI



DOC DR. İSA CÜCE




Dr. İsa CÜCE
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon A.D.
Diyadin 2005 - Uzm. Tes. No: 11-486
Eskişehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

KURŞUN AĞIRLIKLI KUM TORBASİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Ağırlık torbaları sağlam çabuk yıpranmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır
- 2-Üzerlerinde velkro sayesinde sabitlenmesi kolay olmalıdır
- 3-Kurşun ağırlıklar sayesinde istenildiğinde kurşunlar çıkartılıp ağırlık değiştirilebilmelidir
- 4-1.5 kg ve 3 kg lık kurşun plaklarda 8 er adet olmalıdır.
- 5-Üretim hatasına karşı en az 2(iki)yıl garanti kapsamında olmalıdır
- 6-Kontrol ve kabul anabilim dalımız tarafından belirlenen teknik personelce sistem ile eklerinin rutin çalışma şartlarında firmanın ve anlaşmadaki hak ve sorumlulukları da göz önüne alınmak suretiyle denenmesinden sonra yapılacaktır

PROF.DR.MUSTAFA ÇALIŞ
ANABİLİM DALI BAŞKANI



DOÇ.DR.İSA ÇİÇEK
Doç.Dr.İsa Çiçek
Tıp ve Rehabilitasyon AD.
Diyarbakır - Üzm. Tıp No: 117465
Erişim: 0506 300 00 00

TRİPOT BASTON TEKNİK ŞARTNAMESİ(2 ADET)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1-Alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.

2-Boy ayarlanabilir olmalıdır.


3-Çift yönlü ayarlanabilir olmalıdır.

4-Yetişkin için olmalıdır.


5-Üretim hatasına karşı en az 2(iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.

6-Kontrol ve kabul anabilim dalımız tarafından belirlenen teknik personelce sistem ile eklerinin rutin çalışma şartlarında firmanın ve anlaşmadaki hak ve sorumlulukları da göz önüne alınmak suretiyle denenmesinden sonra yapılacaktır

Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ
E.U. Tıp Fakültesi Hastahane
FTR ve Algoloji Uzmanı
ANABİLİM DALI BAŞKANI



Doç. Dr. İsa CÜCE
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.
Doç. Dr. İsa Cüce, Uzman, Tesis No: 117465
E.U. Tıp Fakültesi Hastahaneleri



OFİS BİLGİSAYAR ÇALIŞMA KOLTUĞU

1-Koltuk yüksekliği 80 cm olmalıdır

2-koltuk genişliği 60 cm olmalıdır

3-Koltuk derinliği 50 cm olmalıdır

4-Koltuğun ayakları metal yıldız ayak olmalıdır ve üzerinde 5 adet hareketli teker bulunmalıdır.

5-Koltuğun arka oturak ve sırt kısmı belli açı ile arkaya yatabilen ve bir kol yardımı ile 3 konumda kilitleme yapabilen mekanizmaya sahip olmalıdır.

6-Koltuğun oturağına bağlı 25 cm yüksekliğinde kolluklar olmalıdır

7-Koltuklar tek renkte ve siyah olmalıdır.

8-Ürün 2 adet olmalıdır

PROF DR MUSTAFA ÇALIŞ

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Doç. Dr. İsa CÜCE
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD.
Dip. No: 117465
Erciyes Üniversitesi Hastaneleri

FİZİK TEDAVİ SERVİSİ TABURE ŞARTNAMESİ

- 1-Tabureler 5 ayaklı ve ayakları tekerlekli ve metal ayak olmalıdır.
- 2-Sırt kısmı dik ve destekli olmalıdır
- 3-Üzeri terletmeyen malzeme ile kaplı olmalıdır
- 4-Yükseklik ayarı yapılabilmelidir.
- 5-Taburelerin yüksekliği minumun 45cm , maksimum 85 cm olmalıdır.
- 6-Toplam 4 adet olmalıdır.
- 7-Malzeme deri olmalıdır

PROF DR MUSTAFA ÇALIŞ
ANABİLİM DALI BAŞKANI

Doç. Dr. İsa CÜCE
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.
Dip. Tıp No: 13440 - Üniv. İsa No: 117465
Erciyes Üniv. Fiziksel Tıp Fakültesi Hastaneleri

DOÇ DR İSA CÜCE

YÜRÜTEÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Yürüteç kullanım ve saklama kolaylığı açısından katlanabilir ve hareketli olmalıdır
- 2-Yürüteçin metal aksamı hafiflik açısından mat eloksallı kaplanmış sertleştirilmiş alüminyum ağırlıklı olmalıdır
- 3-alüminyum aksamın ana gövdesi 20-22 cm çapında olmalıdır
- 4-Alüminyum uzatmalar 18-20 cm çapında borudan yapılmış olmalıdır
- 5-Yürüteçin sağlamlığı ve dengesi için ortada birleşmeyi sağlayan bağlantı borularının çapı önde 20-22 , yanlarda 24-25 cm olmalıdır
- 6-Bağlantı boruları elektrostatik boya ile boyanmış ve dış mekanlarda kullanıma dayanıklı olmalıdır
- 7-Yürüteçin üzerinde 3 adet 2.5 cm aralıklı, toplamda 5 cm(+0.5)boy ayarı yapmaya yarayan delikleri olmalıdır
- 8-Yürüteçin en kısa hali 83 cm en uzun hali 88 cm gelmelidir
- 9-Yürüteçin uzatma/kısaltma işlemi yaylı pim mekanizması ile kolayca yapılabilir. herhangi bir cıvata yada somun açmak zorunda kalınmamalıdır
- 10-Yürüteçin üzerinde kullanılan tüm civatalar paslanmaz galvaniz kaplı çelikten olmalıdır
- 11-Yürüteçin üzerinde tüb boruların birleşme yerlerinde elastomer malzemeden üretilmiş plastik kapama ve geçiş parçalarının olması gereklidir
- 12-Yürüteçin el tutacak yerleri ne geçirilen kılıflar yumuşak elastomer malzemeden imal edilmiş olmalıdır. elastomer malzeme kokmayacak özellikte olmalıdır.
- 13-Yürüteçin alt lastikleri vakum yapacak cinsten elastomer malzemeden üretilmiş ısıya dayanıklı, ıslak zeminde kaymayacak özellikte olmalıdır
- 14-Yürüteçin koltuk değneğinin alt lastiğinin içinde üretim sırasında yerleştirilmiş lastiğin ömrünü uzatmaya yönelik metal pul bulunmalıdır.
- 15-Üretim hatasına karşı en az iki yıl garanti kapsamında olmalıdır
- 16-Yürüteç 2(iki) adet olmalıdır.

PROF DR MUSTAFA ÇALIŞ

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Prof. Dr. Mustafa Çalış
E.O. Sağlık Bilimleri Uzmanı
FTR ve E.O. Sağlık Uzmanı
Dip. Tes. No: 75520

Doc. Dr. İsa CÜCE
FTR ve E.O. Sağlık Bilimleri Uzmanı
Dip. Tes. No: 75520
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

DUMBELL SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1 set ağırlık içinde
 - 0.5 kg Dumbel 2 çift
 - 1 kg Dumbel 2 çift
 - 1.5 KG Dumbel 2 çift
 - 2 kg Dumbel 2 çift
 - 3 kg Dumbel 2 çift
- 2.Dumbıllar metal üzeri vinil kaplı dumbell olmalıdır.
- 3-Dumbılların görünebilir yerinde ağırlık kg ları yazılı olmalıdır
- 4-Dumleller kolay ayırtedilmesi için her ağırlığın rengi farklı olmalıdır.
- 5-Ürün 2 set olmalıdır

PROF DR MUSTAFA ÇALIŞ

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Prof. Dr. Mustafa Çalış
E.D. Tıp Fakültesi Fizyoterapi
Anabilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No: 73320

Doc. Dr. İsa CÜCE
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD
Dip. Tes. No: 117463
Erciyes Üniversitesi Hastaneleri

STEP PLATFORMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

(Step tahtası-iki kademeli step&fitness&egzersiz aleti

- 1-Step tahtası tercihe göre 2 farklı kademe yüksekliğinde olmalıdır
- 2-Her bir step tahtasının kademe yüksekliği 15 cm, alanı ise 10 cm olmalıdır
- 3-Step tahtasının boyu 68 cm eni ise 28 cm ve yüksekliği 10 cm olmalıdır
- 4-Ürün 2(iki) adet olmalıdır.

PROF DR MUSTAFA ÇALIŞ

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Prof. Dr. Mustafa Çalış
F.E.D. Tıp Fakültesi Hastaneleri
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı

Doc. Dr. İsa CÜCE
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.
Prof. Tez. No: 123005 - Uzm. Tes. No: 117465
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
DOÇ DR İSA CÜCE

19.11.2024

FİZİK TEDAVİ SERVİSİ FİZYOTERAPİ EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ


PROPRİOCEPTION TOP SETİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Egzersiz topları 6 farklı renkten oluşmalıdır
- 2-Egzersiz topları 10(+1) cm ve 80(+2) gr olmalıdır
- 3-Egzersiz toplarının yüzeyi pütürlü-tırtıllı olmalıdır
- 4-Egzersiz toplarında hava kaçırmasını engelleyecek özel sibop sistemi bulunmalıdır
- 5-Egzersiz topları kolay patlamayacak özel malzemeden imal edilmiş olmalıdır
- 6-Üretim hatasına karşı en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- 7-Ürün set halinde 3 set olmalıdır


PROF DR MUSTAFA ÇALIŞ

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Prof. Dr. Mustafa Çalış
E.O. Tıp Fakültesi Fizyoterapi
Fizyoterapi Uzmanı
Dip. Tes. No: 7352



Prof. Dr. İsa Cüce
Fizyoterapi Uzmanı
Dip. Tes. No: 153006 - 0117465
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoterapi



DİĞİ EKSTEND TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Cihaz fizik tedavide parmak egzersizleri yapabilmek için tasarlanmış olmalıdır
- 2-Beş parmak yada tek tek parmak eklemlerinin çalıştırılmasını sağlamalıdır
- 3-Bantlarının ayırt edilebilmesi farklı dirençteki bantların farklı renk kodlarıyla kodlandırılmış olması gerekmektedir
- 4-Farklı dirençteki bantlar kolayca değiştirilebilmelidir

PROF DR MUSTAFA ÇALIŞ

ANABİLİM DALI BAŞKAN

Prof. Dr. Mustafa Çalışkan
E.O. Tıp Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dip. Tes. No: 7337

Prof. Dr. İsa CÜCE
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD.
Dip. Tes. No: 117465
Erciyes Üniversitesi Hastaneleri

THERA BAND SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Bantlar sporcuları dirençli egzersiz ve rehabilitasyon hastaları için dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2.Bantlar lateks ten olmalıdır.
- 3-Bantlar hipoalerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 4-Bantlardaki pudra oranı düşük olmalıdır.
- 5-Bantlar sekiz ayrı renkte olmalı ve her rengin direnci farklı olmalıdır.
- 6-Bantlar % 100 uzadığında aşağıda değerlerde kuvvet uygulamalıdır
1.3 kg sarı, Kırmızı 1.8 kg, yeşil 2.7 kg, mavi 3.5 kg olmalıdır.
- 7-Egzersiz bantları esnek özellikte olmalıdır.
- 8-Egzersiz bantları 4 değişik renk ve serilikte 45.5 er metre orijinal kutularında olmalıdır.(sarı kırmızı mavi)

PROF DR MUSTAFA ÇALIŞ

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Doç. Dr. İsa CÜCE
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.
Tıp Fak. No: 117465 - Tıbbi Ter. No: 117465
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak. Hastaneleri

DİĞİ FLEX TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Cihaz fizik tedavide parmak egzersizleri yapabilmek için tasarlanmış olmalıdır
- 2-Her parmağı ayrı ayrı çalıştırmakta kullanılmalıdır
- 3-Ürün sarı mavi yeşil kırmızı renkte 4 direnç olmalıdır
- 4-Sarı renkte olan 0.7 ,kırmızı renkte olan 1.4 kg lik güce sahip olmalıdır

PROF DR MUSTAFA ÇALIŞ

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Doç. Dr. İsa CÜCE
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.
Tıp Tes. No: 113005 - Uzm. Tes. No: 117465
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

6-EL EGZERSİZ TOPU SETİ

- 1.Toplar fizik tedavide el egzersizleri yapılabilecek yapıda olmalıdır.
- 2.Top seti en az 5 adet top dan oluşmalıdır.Toplar yuvarlak olmalıdır.
- 3.Her egzersiz toplarının yumuşaklığı ve direnci farklı olmalıdır.Ve bu farklı dirençteki topların ayırt edilebilmesi için her biri ayrı renkte olmalıdır.
- 4-Toplar çabuk bozulmayan ve direnç özelliğini kaybetmeyen yapıda olmalıdır
- 5.Toplar yaklaşık 4 cm çapında olmalıdır.
- 6.Toplar sıcak ve soğuk tedavi uygulaması için gerektiğinde derin dondurucuya ve mikrodalga fırına koyulabilmelidir.

PROF DR MUSTAFA ÇALIŞ

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Prof. Dr. Mustafa Çalış
Dip. No: 7447
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

DOÇ DR İSA CÜÇÜ

Doç. Dr. İsa Cüçü
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.
Dip. Tes. No: 153205 - Uzm. Tes. No: 117485
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

BOSU TOPU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Bosu topu denge fonksiyonel ve spesifik egzersiz için uygun olmalıdır
- 2-Bosu topu düz plastik ser bir yüzeye yerleştirilmiş yarım daire şeklinde toptan oluşmalıdır.Dolayısıyla topun bir tarafı düz, diğer tarafı ise kubbe şeklindedir
- 3-Yarım daire şeklindeki top kısmı elastik malzemeden yapılmalıdır
- 4-Elastik kısmı delinme ve patlamaya karşı dayanıklı olmalıdır
- 5-Bosu topu hava ile şişirilerek stabilitesi ayarlanabilmelidir
- 6-Ölçüleri en az 63 cm çapında , 25 cm uzunluğunda olmalıdır
- 7-Maksimum taşıma kapasitesi en az 275 lb olmalıdır
- 8-Top şişmiş olarak teslim edilmelidir
- 9-Bosu topu 2 adet elastik tutma bantı , 1 adet pompa , subap tıpası ile teslim edilmelidir
- 10-Kullanıma uygun olmayan ürünler firma tarafından değiştirilecektir

PROF DR MUSTAFA ÇALIŞ

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Prof. Dr. Mustafa Çalış
Fakülte Başkanı
L. 117465


Dr. Dr. İsa CÜCE
Fakülte Başkanı
Doç. Dr. İsa CÜCE
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

PİLATES TOPU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Pilates topu egzersizlere ve rehabilitasyon amaçlı kullanıma uygun olmalıdır
- 2-Top orta sertlikte elastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır
- 3-Delinme ve patlamaya karşı dayanıklı olmalıdır.Olası bir delinme durumunda havasının yavaş yavaş inmesini sağlayacak ABS sistemi olmalıdır
- 4-Pilates toplarının kullanıcının amacına ve boylarına uyumlu olması için ,30 cm çapında ve 3 adet olmalıdır
- 5-Toplar şişmiş olarak teslim edilmelidir
- 6-Şişirme pompası ile teslim edilmelidir

PROF DR MUSTAFA ÇALIŞ


ANABİLİM DALI BAŞKANI






DOÇ DR İSA CÜCE




Doç. Dr. İsa CÜCE
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD.
Fak. Tıp Fak. 15206 - Uşm. Tıp No: 11 465
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahane







Tripot
(Boston)




Gölisma KolHuçu




Tobure



gates
(walker)







core
balance

